

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru
(ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-
1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri
generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 12) pentru anul 2027

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă				Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată	
1	Lot 1 Lot 3 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)				Buc	3	2002050.00	
		Cod	110130						
		Descriere	Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical						
		Parametru		Specificația					
		Prize de gaz		O2, Aer					
		Display mașina de anestezie		≥15", color TFT sau LCD					
				touch screen					
		Debitmetre	tipul	electronice					
			gaz	O2, Air					
			gama, L/min	diapazon min. 0.2 - 15					
		Vaporizator	tip vaporizator acceptate	Izofluran	obligatoriu				
				Sevofluran	obligatoriu				
				Halothan	obligatoriu				
			număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv	≥ 2 unități	obligatoriu				
				Izofluran	obligatoriu				
				Sevofluran	obligatoriu				
			interlock		obligatoriu				
			sistem de absorbție		obligatoriu				
		Mecanisme de siguranță	siguranța O2		acustică, vizuală				
			siguranță de amestec hipoxic		obligatoriu				
		Ventilator automat	tip pacient		Adult, Pediatric, Neonatal				
			moduri de ventilație		Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P				
			mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer)		obligatoriu				
			volumul Tidal, ml		diapazon min. 5-1500				
			frecvența respirației/minut		diapazon min. 5 - 100				
			Volum minutar (MV), L/min		diapazon min. 3-60				
			raportul I:E		minim 2:1 la 1:8				
			pauză de inspirație		obligatoriu				

			limita de presiune, cmH2O		diapazon min. 10-70						
			PEEP, cmH2O		diapazon min. 4-30						
			Trigger flux		diapazon min. 1-10 L/min						
			Trigger presiune		diapazon min. 20 - 1 cmH2O						
			Monitorizare complianta, rezistivitate		obligatoriu						
			Sistem de autodiagnostic		testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor						
		AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice)								obligatoriu	
		Sistem de management al consumului de agent anestezic								opțional	
		Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului	cu funcție de încălzire a amestecului gazos		obligatoriu						
			port auxiliar ieșire a amestecului gazos		obligatoriu						
		Parametri monitorizați și afișați pe display	Presiunea de aer	Alarmă de înaltă presiune						obligatoriu	
				Alarma presiune subatmosferică						obligatoriu	
				Presiune scăzută / apnee						obligatoriu	
				Alte alarme de presiune						obligatoriu	
			Volumul expirator / flux							obligatoriu	
			Volumul minut, l/min							obligatoriu	
			Concentrația de O2	Timp de răspuns, sec						≤ 35	
			Concentrația de CO2	alarmă apnee						obligatoriu	
			Monitorizare agent	Tipul de agenți						Isofluran, sevofluran, Halothan opțional	
				Auto indentificarea gazelor anestezice						obligatoriu	
				Alarmă concentrare agent						obligatoriu	
				Determinarea și afișarea valorii MAC						obligatoriu	
			spirometria							opțional	

		Modulul de gaze	încorporat la mașina de anestezie		obligatoriu				
			determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici		obligatoriu				
			Celulă determinare O2 tip paramagnetic		obligatoriu				
		Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale	display	≥19", color TFT sau LCD	obligatoriu				
				touch screen	obligatoriu				
			monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale		obligatoriu				
			fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie		obligatoriu				
			imprimantă termică încorporată <i>Reformularea parametrului in:</i> imprimantă termică		obligatoriu				
			conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB		obligatoriu				
			Protecti la defibrilare 360J		obligatoriu				
			Protectia contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecventa inalta		obligatoriu				
			Compensarea automata a driftului isoliniei		obligatoriu				
			Detectarea automata a tipului de manjeta		obligatoriu				
			baterie internă reîncărcabilă		obligatoriu				
			interfață de comunicare cu altele		obligatoriu				
		Modulele hemodinamice incluse	Electro-cardio-grama (ECG)	frecvența cardiacă	obligatoriu				
				traseul ECG	obligatoriu				
				analiza și măsurarea segmentui ST	obligatoriu				
				determinarea cel puțin 20 de aritmii	obligatoriu				
			Puls-oximetria (SpO2)	fotopletismografia	obligatoriu				
				valoarea SpO2	obligatoriu				
				indicile de perfuzie	obligatoriu				
			Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP)		obligatoriu				
			Respirația (impedanța transtoracică)		obligatoriu				
			Temperatura pe 2 canale		obligatoriu				
			Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale		obligatoriu				

		Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT)	obligatoriu			
		Alarmer prioritare	3			
		Tensiune de alimentare	220 V, 50 Hz			
		Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc	obligatoriu			
	Baterie internă	reîncărcabilă	obligatoriu			
		autonomie de lucru ≥ 1.5h	obligatoriu			
		Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc	obligatoriu			
		Frână centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți	obligatoriu			
		Presiune de alimentare cu gaze	3.0 - 6 bar			
		Accesorii				
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat	1 buc.			
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen	1 buc.			
	Circuit de ventilare	Adult, reutilizabil	≥ 2 set., să se indice codul produsului			
	Plămîn de test	Adult, reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor de flux	Reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Filtru antibacterial	Adult, unică utilizare	≥ 200 buc., să se indice codul produsului			
	Accesorii modul de gaz	Adult	≥ 2 set., să se indice codul produsului			
	Cablu ECG	Adult, reutilizabil 5 fire	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor ECG	Adult, unica utilizare	≥ 100 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor SpO2	Adult, reutilizabil	≥ 2 Buc., să se indice codul produsului			
	Manșete NIBP	Adult, reutilizabilă	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
		Adult mare, reutilizabilă	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor de temperatură	Adult, reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Cablu de interconectar e senzor IBP	Adult, reutilizabil	≥ 1 buc., să se indice codul produsului			

		Senzor IBP	Adult, unica utilizare	≥ 10 buc., să se indice codul produsului			
		Accesorii necesare de functionare a modului BIS sau TOF/ NMT	Accesorii pentru Adult	≥ 5 buc., să se indice codul produsului			
2	Lot 2 Lot 37 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)			Buc	4	657 183.33
		Cod	130250				
		Descriere	Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți				
		Parametrul		Specificația			
		Caracterisitici tehnice	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)	obligatoriu			
			Numărul de sateliți	2			
			Temperatura culorii	reglabil min. 3000 - 5000K			
				reglabilă			
			Reglarea intensității luminei	obligatoriu			
			Indexul de culoare	≥ 95			
		Dimensiunea câmpului, cm	Focusabil motorizat de la panoul de control	obligatoriu			
			Diametrul ajustabil la 1 m distanță	diapazon minim 24 - 33 cm			
			Adâncimea	≥ 80 cm			
			Distanța de lucru	0.7-1.5 m			
			Nivelul de iluminare la 1 m distanță	satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux			
		Rotația		360 grade			
		Ajustare pe verticală, cm		≥80			
		Cresterea temperaturii în campul operator		<1° C			
		Alimentarea	Rețeaua electrică	220V, 50Hz			
		Durata medie de viață a LED-urilor		min. 50000 h			

		<table><tr><td>Mișcarea capului luminos</td><td>≥ 4 grade de libertate</td></tr><tr><td>Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2</td><td>da, sterilizabil</td></tr><tr><td>Panou de control</td><td>integrat în lampa principal</td></tr><tr><td>Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Înălțimea podului</td><td>3-4 m</td></tr></table>	Mișcarea capului luminos	≥ 4 grade de libertate	Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2	da, sterilizabil	Panou de control	integrat în lampa principal	Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video	obligatoriu	Înălțimea podului	3-4 m																																		
Mișcarea capului luminos	≥ 4 grade de libertate																																													
Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2	da, sterilizabil																																													
Panou de control	integrat în lampa principal																																													
Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video	obligatoriu																																													
Înălțimea podului	3-4 m																																													
3	Lot 3 Lot 44 Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	<table><tr><td colspan="2">Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350</td></tr><tr><td>Cod</td><td>130350</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificația</td></tr><tr><td rowspan="4">Vacuum</td><td>Limita maximă</td><td>≥ 670 mmHg</td></tr><tr><td>Rata de flux, l/min.</td><td>≥ 80 l/min</td></tr><tr><td>Indicator vacuum</td><td>da, eroarea ≥±5%</td></tr><tr><td>Reglator aspirație</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Nivelul de zgomot, dBA</td><td>≤ 50 dBA</td></tr><tr><td rowspan="6">Vas colector</td><td>În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Selector mecanic de vas</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Numărul vaselor</td><td>2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)</td></tr><tr><td>Capacitatea, L</td><td>≥ 4 L</td></tr><tr><td>Protecție la umplere pentru fiecare vas</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Vas tip reutilizabil</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="3">Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)</td><td>Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Suport cu roțile</td><td>≥ 4 roți</td></tr><tr><td>Roți cu frână</td><td>da, ≥ 2 buc.</td></tr></table>	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350		Cod	130350	Descriere	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.	Parametru		Specificația	Vacuum	Limita maximă	≥ 670 mmHg	Rata de flux, l/min.	≥ 80 l/min	Indicator vacuum	da, eroarea ≥±5%	Reglator aspirație	obligatoriu	Nivelul de zgomot, dBA		≤ 50 dBA	Vas colector	În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector	obligatoriu	Selector mecanic de vas	obligatoriu	Numărul vaselor	2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)	Capacitatea, L	≥ 4 L	Protecție la umplere pentru fiecare vas	obligatoriu	Vas tip reutilizabil	obligatoriu	Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare	obligatoriu	Suport cu roțile	≥ 4 roți	Roți cu frână	da, ≥ 2 buc.	Buc	9	131 025,00
Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350																																														
Cod	130350																																													
Descriere	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.																																													
Parametru		Specificația																																												
Vacuum	Limita maximă	≥ 670 mmHg																																												
	Rata de flux, l/min.	≥ 80 l/min																																												
	Indicator vacuum	da, eroarea ≥±5%																																												
	Reglator aspirație	obligatoriu																																												
Nivelul de zgomot, dBA		≤ 50 dBA																																												
Vas colector	În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector	obligatoriu																																												
	Selector mecanic de vas	obligatoriu																																												
	Numărul vaselor	2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)																																												
	Capacitatea, L	≥ 4 L																																												
	Protecție la umplere pentru fiecare vas	obligatoriu																																												
	Vas tip reutilizabil	obligatoriu																																												
Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare	obligatoriu																																												
	Suport cu roțile	≥ 4 roți																																												
	Roți cu frână	da, ≥ 2 buc.																																												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Adnotări	ora	obligatoriu				
				data	obligatoriu				
				derivația	obligatoriu				
				ritmul cardiac	obligatoriu				
				modul de operare	obligatoriu				
				forma undeî descărcate	obligatoriu				
			Funcția sumară		obligatoriu				
		Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie		obligatoriu				
			Informația stocată		ECG, șoc, vocele din anturaj				
			Capacitatea de stocare		≥ 2 ore				
		Alimentarea	Rețea electrică 220 V, 50 Hz		obligatoriu				
			Baterie internă reîncărcabilă		obligatoriu				
			Timp de lucru de la baterie		3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă				
		Greutatea cu accesorii			< 9 kg				
		Accesorii							
		Padele	Adult, reutilizabile		1 set., (codul produsului oferit)				
			Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)		1 set., (codul produsului oferit)				
		Cablu ECG	reutilizabil 3 fire		1 buc., (codul produsului oferit)				
		Electrozi ECG	Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării		50 buc., (codul produsului oferit)				
			Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării		50 buc., (codul produsului oferit)				
		Hîrtie termică			5 buc., (codul produsului oferit)				
		Gel de contact			250 ml, (codul produsului oferit)				
5	Lot 5 Lot 65 Burghiu traumatologic /ortopedic (caracteristici avansate) 130910	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate)				Buc	1	129 500.00	
		Cod	130910						
		Descriere	Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional.						
		Parametru	Specificație						

		Piesa de mână	Electric	obligatoriu				
			Multifuncțional	obligatoriu				
			Putere, W	≥100				
			Greutate, gr	≤3500				
			Sterilizare,metoda	autoclavare ≤ 135 °C				
			Viteza maximă de rotație, r.p.m	≥600				
			Zgomot (db)	≤75				
			Mecanism de blocare	obligatoriu				
			Carcasă sterilizabilă	obligatoriu				
			Baterii	≥2				
			Indicator stare baterie	obligatoriu				
			Stație încărcare baterii	obligatoriu				
			Accesorii/adaptoare	Fereștrău oscilant	Cap rotativ 360 °	da		
		Frecventa r.p.m			≥10000			
		Sterilizare, autoclavare			da			
		Fereștrău alternativ		Frecventa r.p.m	≥10000			
				Sterilizare, autoclavare	da			
		Freză de alezaj		Viteza de rotație	reglabilă			
				Sterilizare, autoclavare	da			
		Perforatoare		obligatoriu				
		Alte adaptoare		opțional				
		Accesorii						
		Lame pentru fereștrau		1 set, să se indice codul produsului				
		Lame pentru fereștrau alternativ	2 buc., să se indice codul produsului					
		Burghie	1 set, să se indice codul produsului					
		Chee pentru fixare burghie	1 buc., să se indice codul produsului					
		Geanta pentru pastrare si transportare	1 buc., să se indice codul produsului					
		Container pentru sterilizare	1 buc., să se indice codul produsului					
		6	Lotul 6 Lot 85 Pat pediatric (electric) pentru	Pat pediatric (electric) pentru adolescenți (secția reanimare)		Buc	1	11666.66
				Cod	140420			

		Ușa	Număr	≥ 1				
			Descriere	transparenta				
			Mecanism	blocare cu cheie				
		Roți		obligatoriu				
		Frîne		obligatoriu				
		Lumină interior		obligatoriu				
		Construcție interioară		materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare				
		Construcție exterioară		cu acoperire anticorozivă				
		Afisaj temperatură		digital				
		Alarme	acustică					
			vizuală					
		Răcire		ventilată				
		Temperatura reglabilă		2 ... +8 °C				
		Omogenitatea/ uniformitatea termică		±2 °C				
		Alimentare		220 V, 50 Hz				
		Refrigerent		fară CFC / HCFC				
		Zgomot		< 50 dB				
8	Lot 8 Lot 138 Autorefractometru cu keratomie 170410	Autorefractometru cu keratomie				Buc	1	91666.66
		Cod		170410				
		Descriere	Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact.					
		Parametru		Specificație				
		Gama măsurilor de refracție	Distanța vertex, mm	diapazon minim 0, 10, 13.75, 15				
			Putere sferă (SPH)	diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)				
Putere cilindru(CYL)	diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)							
Axa	diapazon minim 0-180° (pasul 1°)							

			Distanța pupilară, mm	diapazon minim 10 - 85 (pasul 1)				
			Diametru pupilar minim, mm	2				
		Keratomie		Obligatoriu				
		Display		LCD				
		Printer		Obligatoriu				
		Alimentare		220 V, 50 Hz				
9	Lot 9 Lot 139 Oftalmosco p direct 170500	Oftalmoscop direct				Buc	5	59858.33
		Cod	170500					
		Descriere	Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi					
		Parametru		Specificație				
		Tip		Portabil				
		Diapazon focusare		-20 - +20 D				
		pasii de Dioptrii		1-10; 15; 20				
		Sistem iluminare		LED				
		5 fante	spot mare	obligatoriu				
			spot mic	obligatoriu				
			stea de fixatie	optional				
			jumatate de spot	obligatoriu				
			filtru rosu	optional				
			filtru albastru	optional				
			filtru verde	optional				
		Alimentare	Baterie reîncărcabilă	da, să se indice codul produsului				
		Încărcator de la rețea 220V 50Hz		obligatoriu				
10	Lot 10 Lot 184 Electrocardi ograf cu 3 canale,	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate				Buc	1	12430.83
		Cod	260210					

caracteristici avansate 260210	Descriere		Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.				
	Parametrul		Specificația				
	Tip pacient		adult, pediatric				
	Numărul de canale de procesare		3				
	Configurația	Portabil	obligatoriu				
	Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual				
		Sensitivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv				
		Semnal de calibrare	1 mV, ± 3%				
	Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-150 Hz				
		Filtre musculare	obligatoriu				
		Filtre frecvență joasă	obligatoriu				
		Filtre frecvență înaltă	obligatoriu				
		Filtru de rețea	50 Hz				
	Impedanța de intrare		≥ 10 M Ohm				
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 110 dB				
	Convertor analog-digital		≥ 16 bit				
	Scurgeri spre pacient prin electrozi		≤10 μA				
	Detector de pacemaker		obligatoriu				
	Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu				
	Imprimantă	Termică	încorporată				
		Mărimea hîrtiei	≥ 60 mm				
		Să se indice numele derivației printate	încorporată				
		Viteza de înscriere	5, 10, 25, 50 mm/s				
		Derivațiile înscrise	minim 12				
		Numărul de derivații înscrise simultan	3				
		Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	obligatoriu				

		Display	Grafic, LCD TFT color	obligatoriu
			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	obligatoriu
			Marime ecran	≥ 3 inch
			Rezoluția	≥ 320x240 pix
			Numărul de derivații afișate simultan	≥ 6
		Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG	Ethernet / USB / SD card/ fără fir(wireless)	obligatoriu
		Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea
		Ajustarea automată a izoliniei		obligatoriu
		Identificarea aritmiei		obligatoriu
		Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM
			Acuratețea	± 1 BPM sau ±1%
		Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	obligatoriu
			Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;
			Timpul interpretării	minim 10 s
		Alimentarea		220 V, 50 Hz
		Baterie internă	reîncărcabilă	obligatoriu
		Timp operare autonomă		≥ 3 h
		Protecție defibrilator		 Defibrillation proof type CF Applied Part
		Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	obligatoriu
			status sistem	obligatoriu

			deconectare alimentare rețea	obligatoriu				
			baterie descărcată	obligatoriu				
		Accesorii						
		Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.						
		Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)	≥ 2 set. indicați modelul oferit					
		Hîrtie termică	≥ 30 buc., indicați modelul oferit					
		Gel de contact	≥ 1 litru, indicați modelul oferit					
11	Lot 11 Lot 186 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza			Buc	5	550 000.00	
Cod	260220							
Descriere	Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan.							
Parametrul		Specificația						
Tip pacient		adult, pediatric						
Numărul de canale de procesare		6						
Configurația	Portabil	obligatoriu						
Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual						
	Sensivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv						
	Semnal de calibrare	1 mV, ± 3%						
Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-150 Hz						
	Filtre musculare	obligatoriu						
	Filtre frecvență joasă	obligatoriu						
	Filtre frecvență înaltă	obligatoriu						
	Filtru de rețea	50 Hz						
Impedanța de intrare		≥ 10 M Ohm						
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 100 dB						

		Convertor analog-digital		≥ 12 bit				
		Scurgeri spre pacient prin electrozi		≤10 μA				
		Detector de pacemaker		obligatoriu				
		Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu				
		Imprimantă	Termică	încorporată				
			Mărimea hîrtiei	≥ 80 mm				
			Să se indice numele derivației printate	obligatoriu				
			Viteza de înscriere	5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s				
			Densitatea imprimarii	8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s				
			Acuratețea	± 5% (axa x), ± 5% (axa y)				
			Derivațiile înscrise	minim 12				
			Numărul de derivații înscrise simultan	3, 6				
			Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	obligatoriu				
		Display	Grafic, LCD TFT	obligatoriu				
			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	obligatoriu				
			Marime ecran	≥ 5 inch				
			Rezoluția	≥ 640x480 pix				
			Numărul de derivații afișate simultan	12				
		Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea				
		Ajustarea automată a izoliniei		obligatoriu				

		Identificarea aritmiei		obligatoriu					
		Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM					
			Acuratețea	± 1 BPM					
		Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	obligatoriu					
			Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;					
			Timpul interpretării	minim 10 s					
		Alimentarea		220 V, 50 Hz					
		Baterie internă	reîncărcabilă	obligatoriu					
		Timp operare autonomă		≥ 2 ore					
		Protecție defibrilator		obligatoriu					
		Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	obligatoriu					
			status sistem	obligatoriu					
			deconectare alimentare rețea	obligatoriu					
			baterie descărcată	obligatoriu					
		Accesorii							
		Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)		≥ 2 set.					
		Hîrtie termică		≥ 30 buc.					
		Gel de contact		≥ 1 litru					
12	Lot 12 Lot 190 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate 260231	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate			Buc	2	46165,00		
		Cod	260231						
		Descriere	Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.						
		Parametrul	Specificația						
		Tip pacient	adult, pediatric						
		Numărul de canale de procesare						12	
		Configurația	Portabil					obligatoriu	
		Derivațiile	Tip înregistrare					auto și manual	
			Sensivitatea					2.5, 5, 10, 20 mm/mV	

			Semnal de calibrare	1 mV, $\pm 2\%$				
		Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-150 Hz				
			Filtru muscular	obligatoriu				
			Filtre frecvență joasă	obligatoriu				
			Filtre frecvență înaltă	obligatoriu				
			Filtru de rețea	50 Hz				
		Impedanța de intrare		$\geq 50 \text{ M Ohm}$				
		Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		$> 110 \text{ dB}$				
		Convertor analog-digital		$\geq 24 \text{ bit}$				
		Scurgeri spre pacient prin electrozi		$\leq 10 \mu\text{A}$				
		Detector de pacemaker		obligatoriu				
		Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu				
		Imprimantă	Termică	încorporată				
			Mărimea hîrtiei $\geq 210 \text{ mm}$	obligatoriu				
			Să se indice numele derivației printate	obligatoriu				
			Viteza de înscriere	5, 10, 25, 50 mm/s				
			Densitatea imprimării	8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s				
			Acuratețea	$\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y)				
			Derivațiile înscrise	minim 12				
			Numărul de derivații înscrise simultan	3, 6, 12				
			Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	obligatoriu				
		Display	Grafic, LCD TFT color	obligatoriu				

			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	obligatoriu				
			Marime ecran	≥ 7 inch				
			Rezoluția	≥ 800x480 pix				
			Touchscreen	obligatoriu				
			Numărul de derivații afișate simultan	12				
		Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG	Ethernet / USB / SD card	obligatoriu				
		Format date ECG	BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM	obligatoriu				
		Memorie	≥ 200 înregistrări ECG	obligatoriu				
		Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator		obligatoriu				
		Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea				
		Ajustarea automată a izoliniei		obligatoriu				
		Identificarea aritmiei		obligatoriu				
		Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM				
			Acuratețea	± 1 BPM				
		Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	obligatoriu				
			Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;				
			Timpul interpretării	minim 10 s				
		Alimentarea		220 V, 50 Hz				
		Baterie internă	reîncărcabilă	obligatoriu				
		Timp operare autonomă		≥ 2 ore				
		Protecție defibrilator		≥ 400 J				

		Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	obligatoriu					
			status sistem	obligatoriu					
			deconectare alimentare rețea	obligatoriu					
			baterie descărcată	obligatoriu					
		Accesorii							
		Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)		≥ 2 set.					
		Hîrtie termică		≥ 30 buc.					
		Gel de contact		≥ 1 litru					
		Troleu pe rotile	indicați modelul oferit	obligatoriu					
			troleu pe rotile	obligatoriu					
			≥ 4 roți	obligatoriu					
			≥ 2 roți cu frînă	obligatoriu					
			mîner pentru transportarea standului	obligatoriu					
			coș pentru accesorii	obligatoriu					
			braț articulată pentru electrozi ECG	obligatoriu					
			suport pentru gel de contact	obligatoriu					
			ajustarea pe înălțime	optional					
			sistem de fixare dispozitivului de suport	obligatoriu					
13	Lot 13 Lot 197 Monitor pentru monitorizare a funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)				Buc	20	148 000.00	
		Cod	260320						
		Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.						
		Parametrul		Specificația					
		Tip pacient	Adult, pediatric	da					
		Display, tip	Diagonala	≥ 12 inch					
			LCD TFT sau LED	obligatoriu					

			Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim				
			Parametri afișați	Semnal ECG				
				Pulsul				
				SpO2				
				Fotopletismograma				
				Presiunea sanguină neinvaziv				
				Temperatura				
		Analiza automată a undei ST	Trendingul ST	obligatoriu				
			Media în analiza segmentului ST	obligatoriu				
		Modul ECG	Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi	obligatoriu				
			I, II, III	obligatoriu				
			Sensivitatea	diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV				
			Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz	≥ 100 dB				
			Rata cardiacă	diapazon min. 15 - 350 bpm				
			Detectarea aritmiei	obligatoriu				
			Detectarea pacemaker	obligatoriu				
			Monitorizarea respirației Adult	diapazon min. 0 - 120 rpm				
			Protecție în portiva șocurilor de defibrilare	obligatoriu				
		Modul SpO2	Diapazonul	1 - 100%				
			Acuratețea la 70 - 100%	≤ 2 %				
			Monitorizarea rata pulsului	diapazon min. 30 - 300 bpm				
			Monitorizarea pletismogramei	obligatoriu				
			Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat	(exemplu: masimo, nellcor, etc)				
		Modul NIBP	Diapazonul Adult	diapazon min. 10 - 270 mmHg				
			Regim de măsurare	manual, automat, butonul Start				
			Regim automat	5, 10, 15, 30, 60, 120 min.				
			Buton de activare/dezactivare manual a NIBP	obligatoriu				

			Metoda de măsurare	oscilometrică				
			Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult	300 mmHg, ±3mmHg				
		Modul Temperatura	Diapazonul	diapazon min. 0 - 50.0 °C				
			Acuratețea	±0.1 °C				
			Rezoluția	≤ 0.1 °C				
			Număr de senzori	1 unit.				
		Protocoale de lucru preprogramate		obligatoriu				
		Protocoale de lucru setate de utilizator		obligatoriu				
		Memorie internă		obligatoriu				
		Trendingul evenimentelor		obligatoriu				
		Arhivarea datelor		obligatoriu				
		Imprimantă	Încorporată	obligatoriu				
		Forme de raportare	Viteza de înscriere	min. 25, 50 mm/s				
			Înscriere continuă	obligatoriu				
			Preprogramate	obligatoriu				
			Personalizate	obligatoriu				
		Alimentarea	rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu				
			Baterie internă	obligatoriu				
			Timp de lucru autonom a bateriei	minim 2 h				
		Interfata de conectare la monitorul central	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.	obligatoriu				
		Alarma	Vizuala, sonora	obligatoriu				
			Manjetă deconectată	obligatoriu				
			Manjetă defect	obligatoriu				
			Senzor SpO2 deconectat	obligatoriu				
			Senzor SpO2 defect	obligatoriu				
			Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită	obligatoriu				
			Nivelul baterie scăzut	obligatoriu				
			Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită	obligatoriu				
			Lipsă sursă externă de alimentare	obligatoriu				

			Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	obligatoriu					
			Ajustarea nivelului de alarmă	obligatoriu					
		Accesorii							
		Cablu ECG	cu 3 electrozi	2 buc., să se indice codul produsului					
		Electrozi ECG	adult, unică utilizare	300 buc., să se indice codul produsului					
		Senzor SpO2	adult, reutilizabil tip cleste	2 buc., să se indice codul produsului					
		Senzor Temperatură	adult, reutilizabil	1 buc., să se indice codul produsului					
		Manjete NIBP	adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)	2 set., să se indice codul produsului					
		Hîrtie termică		10 buc., să se indice codul produsului					
		Troleu pe rotile	Indicați modelul oferit						model produsului oferit
			min. 5 rotile						obligatoriu
			min. 2 rotile cu frînă						obligatoriu
			coș pentru accesorii						obligatoriu
			mîner pentru transportare						obligatoriu
			sistem de fixare a dispozitivului de suport						obligatoriu
14	Lot 14 Lot 206 Pulsoximetr u portabil, Adult, Pediatric 260430	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric			Buc	10	583.33		
		Cod	260430						
		Descrierea	Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați.						
		Parametru	Specificație						
		Tip dispozitiv	Portabil	obligatoriu					
		Tip pacient	Adult, pediatric	obligatoriu					
		Interval de măsurare	Diapazon	0-100%					
			Rata de măsurare	80 - 100, ≤3 %					
			Pulsul	25 - 250 bpm, ± 2%					
		Rezoluția	SPO2	±1%					
			Pulsul	±1 bpm					
		Afișaj	SPO2	obligatoriu					
			Valoare pulsului	obligatoriu					
			Puterea semnalului	obligatoriu					

			Indicator baterie descărcată	obligatoriu			
		Display	LED sau LCD	obligatoriu			
		Alarme	Auditiv	obligatoriu			
			Vizual	obligatoriu			
			SpO2 și valoarea pulsului mare/mic	obligatoriu			
			Sensor deconectat	obligatoriu			
			Sensor epuizat	obligatoriu			
			Buton de dezactivare alarmei sonore	obligatoriu			
		Alimentare	Baterie reîncărcabilă	da, de la 220V 50Hz			
			Durata de viață	≥ 8 ore			
		Accesorii					
		Sensor SpO2 reutilizabil, adult		2 buc., să se indice codul produsului			
		Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric		1 buc., să se indice codul produsului			
		Bloc de alimentare de la rețeaua electrică		1 buc., să se indice codul produsului			
		Acumulator/Baterii reîncărcabile		1 buc., să se indice codul produsului			
		Husă pentru transportare		1 buc., să se indice codul produsului			

15	Lot 15 Lot 208 Spirograf 260500	Spirograf			Buc	1	41666.67
		Cod	260500				
		Descriere	Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]).				
		Parametrul	Specificația				
		Tip	Spirometru portabil				
		Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie	obligatori				
		Parametri măsurați	FVC				

			FEV1			
			MVV			
			FEV1/FVC			
		Raport	PEF			
			EVC			
			IVC			
			Ti			
			Te			
			IC			
			IRV			
			ERV			
			TV			
		Printer	incorporat			
		Memorie	nu mai puțin de 500 teste grafice memorate			
		Transfer obligatorite la PC	teste pacient			
			verificare aparat			
			up-graobligatorie software			
		Dispozitivul de măsură	bidirecțional			
		Diapazonul de volum	$\geq 0-8 \text{ l}$			
		Diapazonul de flux	$\geq 0-16 \text{ l/s}$			
		Eroarea la volum	$\leq 3\%$			
		Eroarea la flux	$\leq 5\%$			
		Afișaj	Alfanumeric			
		Control	taste alfanumerice			
		Display	touchscreen, obligatoriu			
			min. 5 inch, obligatoriu			
		Interfața PC	obligatori			
		Port USB	obligatori			
		Baterie interna	min. 4 ore, obligatoriu			
		Alimentare	Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile			
			Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz			

		Accesorii					
		Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații	filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare				
		Seringă de calibrare	obligatoriu				
		Clește pentru nas tip adult	≥ 1 buc.				
		Clește pentru nas tip pediatric	≥ 1 buc.				
		Hîrtir	≥ 20 buc.				
16	Lot 16 Lot 210 Termometru mecanic 260600	Termometru mecanic			Buc	1540	73991.71
		Cod	260600				
		Parametrul	Specificația				
		Descriere	Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman				
		Material	făr de mercur				
		Rezoluție	0.1 grade				
		Acuratețe	0.1 grade				
		Descrierea	Afișare 35.0°C-42.0°C				
17	Lot 17 Lot 211 Termometru digital 260610	Termometru digital			buc	340	17900,00
		Cod	260610				
		Parametrul	Specificația				
		Descriere	Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman				
		Afișaj	alfanumeric				
		Diapazon de măsurare	34-42 grad C				
		Eroarea	0.1 grade C				
		Timp de măsurare	≤ 10 min				
		Control	on/off deconectare automată				
		Alarme/ indicatori	Vizuală				
			temperatura finală				
			baterie descărcată				
		Acustică	pornire/oprire				
			temperatura finală ferbă				
		Posibilitatea de dezinfectare	obligatoriu				

		Rezistent la patrunderea apei	obligatoriu				
		Baterie inclusa	obligatoriu				
18	Lot 18 Lot 215 Tensiometru Adult 260700	Tensiometru Adult			buc	40	13333.33
		Cod	260700				
		Parametrul	Specificația				
		Descriere	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov				
		Tip pacient	adult				
		Caracterisitici tehnice	pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice				
			manșetă				
			tonometrul și manșeta separate				
			tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice				
		Parametri tehnici	limite de măsurare 0-300 mm Hg				
			Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg				
19	Lot 19 Lot 216 Tensiometru 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop			buc	172	25656.67
		Cod	260710				
		Parametrul	Specificația				
		Descriere	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov				
		Tip pacient	adult				
		Caracterisitici tehnice	pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice				
			manșetă				
			tonometrul și manșeta separate				
			tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice				
		Parametri tehnici	limite de măsurare 0 - 300 mm Hg				
			Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg				

		Fonoendoscop	obligatoriu, separat de manseta					
20	Lot 20 Lot Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanță înaltă 300120	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanță înaltă			buc	2	2400000.00	
		Cod		300120				
		APLICAȚII CLINICE		Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatrică, MSK, Vascular, Părți moi				
		Consolă	cu mișcări independente	Sus/Jos				
				Dreapta/Stînga				
		PROBE PORTURI Active		≥ 4				
		PROBE TIP, MHz	Linear	8 - 16 MHz				
				Elemente fizice:≥ 192				
			Convex Single Cristal	1,5 - 6 MHz				
				Elemente fizice:≥ 192				
			Phased/Vector Single Cristal	2 - 5 MHz				
				Elemente fizice:≥ 92				
		Frecvența maximă a sistemului		≥ 24 MHz				
		NIVELE DE GRI		≥256				
		PREPROCESARE, canale digitale		≥ 9 000 000				
		GAMA DINAMICA		≥ 300 dB				
		Adîncimea de scanare		≥ 40 cm				
		POSTPROCESARE	Mape culore					
			Inversare spectru					
			Unghi de scanare					
			Baseline					
		MODURI de Scanare	2-D mod	da				
			M-mod	da				
			Color M -mod	da				
			Anatomical M-Mod	da				
			Mod Panoramic	da				
Mod Trapizoidal	da							
Compunere spațială	≥ 7 trepte							
Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine	≥ 10 trepte							

			Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi	Da				
			Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice	da				
			Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza	Da				
			Harmonic imaging	da				
		DOPPLER	Tip	CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI				
			Direcțional-PDI	da				
			Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin	da				
			Duplex	da				
			Triplex	da				
			Metode de masurare	manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real				
		Moduri de vizualizare	2D/PW	Da				
			2D/Color Doppler	Da				
			2D/M mode	Da				
			2D/PW/ Color Doppler sau PDI	Da				
			Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI	da				
		FUNȚIONALITĂȚI	Măsurători digitale	da				
			Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton	Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Volumul de infuzie	obligatoriu				
				Timpul de infuzie	obligatoriu				
				Timpul pînă la final de infuzie	obligatoriu				
				Mărimea seringi	obligatoriu				
				Nivelul de ocluzie	obligatoriu				
				Rata KVO	obligatoriu				
				Data, ora	obligatoriu				
				Nivelul de încărcare a baterii	obligatoriu				
				Evenimente	obligatoriu				
				Alarme	obligatoriu				
		Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazon	0.1 - 999 ml/h				
				Pasul de incrementare	≤ 0.01 mL/h				
			Dozarea bolusului	diapazon	min. 0.01 - 1800 ml/h				
			Rata KVO		diapazon min. 0.01 - 3 ml/h				
			Acuratețea		≤2%				
			Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători				
			Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă		obligatoriu				
			Seringi acceptate		5, 10, 20, 30, 50, 60				
			Detectare automată a seringi		obligatoriu				
			Nivelul presiunii de ocluzie maxime		min. 4 nivele				
			Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP24				
		Moduri de infuzie	Rata de perfuzie		obligatoriu				
			Dozarea în timp		obligatoriu				
			Modul crescător și descrescător		obligatoriu				
		Alarme și indicatori	Ocluzie		obligatoriu				
			Eroare de sistem		obligatoriu				
			Seringă goală		obligatoriu				

			Perfuzia pe sfîrșite		obligatoriu	
			Baterie descărcată		obligatoriu	
		Alarmă sonoră	Volum reglabil		obligatoriu	
			Buton mod silențios		obligatoriu	
		Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apăsate	obligatoriu	
				Coduri de eroare	obligatoriu	
				Alarmer	obligatoriu	
				Medicamente injectate	obligatoriu	
				Cantitatea infuzată	obligatoriu	
				Setări	obligatoriu	
				Bolus solicitat	obligatoriu	
		Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	obligatoriu	
			Baterie internă	Reîncărcabilă	obligatoriu	
				Timp de operare	≥ 5 h la 5 mL/h	
		Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată				
		Suport	sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie		obligatoriu	
		Seringi	50 ml		100 buc. , să se indice codul produsului oferit	
		Circuite	circuit de interconectare a seringii		100 buc. , să se indice codul produsului oferit	
22	Lot 22 Lot 54 Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici i avansate) 130610	Pompă de infuzie (perfuzor) cu siringă (caracteristici avansate)				
		Cod	130610			
		Descriere	Perfuzor cu siringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.			
		Parametrul		Specificația		
		Caracteristici generale	Tipul	Cu un canal		
			Display	LCD		
				posibilitatea de ajustare a luminozitatii		
			Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare		obligatoriu	

		Display	Date afișate	Viteza de infuzie	obligatoriu				
				Volumul de infuzie	obligatoriu				
				Timpul de infuzie	obligatoriu				
				Timpul pînă la final de infuzie	obligatoriu				
				Mărimea seringi	obligatoriu				
				Producatorul seringi	obligatoriu				
				Nivelul de ocluzie	obligatoriu				
				Rata KVO	obligatoriu				
				Data, ora	obligatoriu				
				Nivelul de încărcare a baterii	obligatoriu				
				Evenimente	obligatoriu				
				Alarme	obligatoriu				
		Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazon	0.01 - 999 ml/h				
				Pasul de incrementare	≤ 0.01 mL/h				
			Dozarea bolusului	diapazon	min. 1 - 1800 ml/h				
			Rata KVO		diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h				
			Acuratețea		≤2%				
			Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători				
			Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă		obligatoriu				
			Seringi acceptate		2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60				
			Detectare automată a seringi		obligatoriu				
			Nivelul presiunii de ocluzie maxime		min. 75 - 880 mmHg				
					min. 9 nivele				
			Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente		obligatoriu				
			Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP23				

		Moduri de infuzie	Rata de perfuzie		obligatoriu	
			Dozarea în timp		obligatoriu	
			Modul crescător și descrescător		obligatoriu	
			Dozarea micro-perfuzie		obligatoriu	
		Alarme și indicatori	Ocluzie		obligatoriu	
			Eroare de sistem		obligatoriu	
			Seringă goală		obligatoriu	
			Perfuzia pe sfârșite		obligatoriu	
			Baterie descărcată		obligatoriu	
		Alarmă sonoră	Volum reglabil		obligatoriu	
			Buton mod silențios		obligatoriu	
			Numărul de evenimente memorate		min. 1000	
		Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apăsate	obligatoriu	
				Coduri de eroare	obligatoriu	
				Alarme	obligatoriu	
				Medicamente injectate	obligatoriu	
				Cantitatea infuzată	obligatoriu	
				Setări	obligatoriu	
				Bolus solicitat	obligatoriu	
		Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	obligatoriu	
			Baterie internă	Reîncărcabilă	obligatoriu	
				Timp de operare	≥ 10 h la 5 mL/h	
		Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată				
		Suport	sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie		obligatoriu	
		Seringi	50 ml		100 buc. , să se indice codul produsului oferit	
		Circuite	circuit de interconectare a seringii		100 buc. , să se indice codul produsului oferit	

Valoarea estimată 7 110 610.85 lei fără TVA

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Potrivit prevederilor pct. 45 al Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, *elementele care pot face obiectul reofertării în cadrul acordului cadru, se vor referi la:*

- *preț care poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestuia (spre micșorare);*
- *caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în Acord.*

Notă: Ca răspuns la INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA REOFERTARE, nu vor fi luate în considerare pentru atribuirea contractelor subsecvente:

- *oferte transmise de operatorii economici care nu au semnat acordul-cadru;*
- *oferte transmise de operatorii economici semnatori ai acordului-cadru cu prețul unitar mai mare decât cel din Anexa 1 – Lista cu tarifele unitare - la Acordul cadru.*

9. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

10. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru

11. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru oferit (de exemplu s-a solicitat ecran Touch screen color se oferă ecran Touch screen color pagina 13). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din	DA

		<i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
5	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
6	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezentat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor 160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
7	Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice	DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, conform modelului atașat- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	DA
8	Notă:	Vor fi atribuite în contracte subsecvente doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	

12. Garanția pentru ofertă va fi solicitată în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA,

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor la etapa de reofertare în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

13. Garanția de bună execuție a contractului subsecvent, cuantumul 5% din suma totală a contractului subsecvent.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică pasul minim 0.01%

14. Ofertele se prezintă: în lei.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

16. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

21. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

Data publicării anunțului de intenție În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG