

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru
(ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-
1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri
generice pentru anii 2025-2027 (reofertare 12) pentru anul 2027

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă				Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată	
1	Lot 1 Lot 3 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)				Buc	3	2002050.00	
		Cod	110130						
		Descriere	Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical						
		Parametru		Specificația					
		Prize de gaz		O2, Aer					
		Display mașina de anestezie		≥15", color TFT sau LCD					
				touch screen					
		Debitmetre	tipul	electronice					
			gaz	O2, Air					
			gama, L/min	diapazon min. 0.2 - 15					
		Vaporizator	tip vaporizator acceptate	Izofluran	obligatoriu				
				Sevofluran	obligatoriu				
				Halothan	obligatoriu				
			număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv	≥ 2 unități	obligatoriu				
				Izofluran	obligatoriu				
				Sevofluran	obligatoriu				
			interlock		obligatoriu				
		sistem de absorbție		obligatoriu					
		Mecanisme de siguranță	siguranța O2		acustică, vizuală				
			siguranță de amestec hipoxic		obligatoriu				
		Ventilator automat	tip pacient		Adult, Pediatric, Neonatal				
			moduri de ventilație		Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P				
			mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer)		obligatoriu				
			volumul Tidal, ml		diapazon min. 5-1500				
			frecvența respirației/minut		diapazon min. 5 - 100				
			Volum minutar (MV), L/min		diapazon min. 3-60				
			raportul I:E		minim 2:1 la 1:8				
			pauză de inspirație		obligatoriu				

			limita de presiune, cmH2O		diapazon min. 10-70						
			PEEP, cmH2O		diapazon min. 4-30						
			Trigger flux		diapazon min. 1-10 L/min						
			Trigger presiune		diapazon min. 20 - 1 cmH2O						
			Monitorizare complianta, rezistivitate		obligatoriu						
			Sistem de autodiagnostic		testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor						
		AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice)								obligatoriu	
		Sistem de management al consumului de agent anestezic								opțional	
		Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului	cu funcție de încălzire a amestecului gazos		obligatoriu						
			port auxiliar ieșire a amestecului gazos		obligatoriu						
		Parametri monitorizați și afișați pe display	Presiunea de aer	Alarmă de înaltă presiune						obligatoriu	
				Alarma presiune subatmosferică						obligatoriu	
				Presiune scăzută / apnee						obligatoriu	
				Alte alarme de presiune						obligatoriu	
			Volumul expirator / flux							obligatoriu	
			Volumul minut, l/min							obligatoriu	
			Concentrația de O2	Timp de răspuns, sec						≤ 35	
			Concentrația de CO2	alarmă apnee						obligatoriu	
			Monitorizare agent	Tipul de agenți						Isofluran, sevofluran, Halothan opțional	
				Auto indentificarea gazelor anestezice						obligatoriu	
				Alarmă concentrare agent						obligatoriu	
				Determinarea și afișarea valorii MAC						obligatoriu	
			spirometria							opțional	

		Modulul de gaze	încorporat la mașina de anestezie		obligatoriu				
			determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici		obligatoriu				
			Celulă determinare O2 tip paramagnetic		obligatoriu				
		Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale	display	≥19", color TFT sau LCD	obligatoriu				
				touch screen	obligatoriu				
			monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale		obligatoriu				
			fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie		obligatoriu				
			imprimantă termică încorporată <i>Reformularea parametrului in:</i> imprimantă termică		obligatoriu				
			conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB		obligatoriu				
			Protecti la defibrilare 360J		obligatoriu				
			Protectia contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecventa inalta		obligatoriu				
			Compensarea automata a driftului isoliniei		obligatoriu				
			Detectarea automata a tipului de manjeta		obligatoriu				
			baterie internă reîncărcabilă		obligatoriu				
			interfață de comunicare cu altele		obligatoriu				
		Modulele hemodinamice incluse	Electro-cardio-grama (ECG)	frecvența cardiacă	obligatoriu				
				traseul ECG	obligatoriu				
				analiza și măsurarea segmentui ST	obligatoriu				
				determinarea cel puțin 20 de aritmii	obligatoriu				
			Puls-oximetria (SpO2)	fotopletismografia	obligatoriu				
				valoarea SpO2	obligatoriu				
				indicile de perfuzie	obligatoriu				
			Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP)		obligatoriu				
			Respirația (impedanța transtoracică)		obligatoriu				
			Temperatura pe 2 canale		obligatoriu				
			Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale		obligatoriu				

		Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT)	obligatoriu			
		Alarmer prioritare	3			
		Tensiune de alimentare	220 V, 50 Hz			
		Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc	obligatoriu			
	Baterie internă	reîncărcabilă	obligatoriu			
		autonomie de lucru ≥ 1.5h	obligatoriu			
		Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc	obligatoriu			
		Frână centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți	obligatoriu			
		Presiune de alimentare cu gaze	3.0 - 6 bar			
		Accesorii				
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat	1 buc.			
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen	1 buc.			
	Circuit de ventilare	Adult, reutilizabil	≥ 2 set., să se indice codul produsului			
	Plămîn de test	Adult, reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor de flux	Reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Filtru antibacterial	Adult, unică utilizare	≥ 200 buc., să se indice codul produsului			
	Accesorii modul de gaz	Adult	≥ 2 set., să se indice codul produsului			
	Cablu ECG	Adult, reutilizabil 5 fire	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor ECG	Adult, unica utilizare	≥ 100 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor SpO2	Adult, reutilizabil	≥ 2 Buc., să se indice codul produsului			
	Manșete NIBP	Adult, reutilizabilă	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
		Adult mare, reutilizabilă	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Senzor de temperatură	Adult, reutilizabil	≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
	Cablu de interconectar e senzor IBP	Adult, reutilizabil	≥ 1 buc., să se indice codul produsului			

		Senzor IBP	Adult, unica utilizare	≥ 10 buc., să se indice codul produsului			
		Accesorii necesare de functionare a modului BIS sau TOF/ NMT	Accesorii pentru Adult	≥ 5 buc., să se indice codul produsului			
2	Lot 2 Lot 37 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)			Buc	4	657 183.33
		Cod	130250				
		Descriere	Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți				
		Parametrul	Specificația				
		Caracterisitici tehnice	Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)	obligatoriu			
			Numărul de sateliți	2			
			Temperatura culorii	reglabil min. 3000 - 5000K			
				reglabilă			
			Reglarea intensității luminei	obligatoriu			
			Indexul de culoare	≥ 95			
		Dimensiunea câmpului, cm	Focusabil motorizat de la panoul de control	obligatoriu			
			Diametrul ajustabil la 1 m distanță	diapazon minim 24 - 33 cm			
			Adâncimea	≥ 80 cm			
			Distanța de lucru	0.7-1.5 m			
			Nivelul de iluminare la 1 m distanță	satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux			
		Rotația		360 grade			
		Ajustare pe verticală, cm		≥80			
		Cresterea temperaturii în campul operator		<1° C			
		Alimentarea	Rețeaua electrică	220V, 50Hz			
		Durata medie de viață a LED-urilor		min. 50000 h			

		<table><tr><td>Mișcarea capului luminos</td><td>≥ 4 grade de libertate</td></tr><tr><td>Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2</td><td>da, sterilizabil</td></tr><tr><td>Panou de control</td><td>integrat în lampa principal</td></tr><tr><td>Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Înălțimea podului</td><td>3-4 m</td></tr></table>	Mișcarea capului luminos	≥ 4 grade de libertate	Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2	da, sterilizabil	Panou de control	integrat în lampa principal	Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video	obligatoriu	Înălțimea podului	3-4 m																																		
Mișcarea capului luminos	≥ 4 grade de libertate																																													
Mâner detașabile la satelitul nr.1 și satelitul nr.2	da, sterilizabil																																													
Panou de control	integrat în lampa principal																																													
Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine și a sistemelor de înregistrare video	obligatoriu																																													
Înălțimea podului	3-4 m																																													
3	Lot 3 Lot 44 Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	<table><tr><td colspan="2">Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350</td></tr><tr><td>Cod</td><td>130350</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificația</td></tr><tr><td rowspan="4">Vacuum</td><td>Limita maximă</td><td>≥ 670 mmHg</td></tr><tr><td>Rata de flux, l/min.</td><td>≥ 80 l/min</td></tr><tr><td>Indicator vacuum</td><td>da, eroarea ≥±5%</td></tr><tr><td>Reglator aspirație</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Nivelul de zgomot, dBA</td><td>≤ 50 dBA</td></tr><tr><td rowspan="6">Vas colector</td><td>În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Selector mecanic de vas</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Numărul vaselor</td><td>2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)</td></tr><tr><td>Capacitatea, L</td><td>≥ 4 L</td></tr><tr><td>Protecție la umplere pentru fiecare vas</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Vas tip reutilizabil</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="3">Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)</td><td>Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Suport cu roțile</td><td>≥ 4 roți</td></tr><tr><td>Roți cu frână</td><td>da, ≥ 2 buc.</td></tr></table>	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350		Cod	130350	Descriere	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.	Parametru		Specificația	Vacuum	Limita maximă	≥ 670 mmHg	Rata de flux, l/min.	≥ 80 l/min	Indicator vacuum	da, eroarea ≥±5%	Reglator aspirație	obligatoriu	Nivelul de zgomot, dBA		≤ 50 dBA	Vas colector	În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector	obligatoriu	Selector mecanic de vas	obligatoriu	Numărul vaselor	2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)	Capacitatea, L	≥ 4 L	Protecție la umplere pentru fiecare vas	obligatoriu	Vas tip reutilizabil	obligatoriu	Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare	obligatoriu	Suport cu roțile	≥ 4 roți	Roți cu frână	da, ≥ 2 buc.	Buc	9	131 025,00
Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350																																														
Cod	130350																																													
Descriere	Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.																																													
Parametru		Specificația																																												
Vacuum	Limita maximă	≥ 670 mmHg																																												
	Rata de flux, l/min.	≥ 80 l/min																																												
	Indicator vacuum	da, eroarea ≥±5%																																												
	Reglator aspirație	obligatoriu																																												
Nivelul de zgomot, dBA		≤ 50 dBA																																												
Vas colector	În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector	obligatoriu																																												
	Selector mecanic de vas	obligatoriu																																												
	Numărul vaselor	2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)																																												
	Capacitatea, L	≥ 4 L																																												
	Protecție la umplere pentru fiecare vas	obligatoriu																																												
	Vas tip reutilizabil	obligatoriu																																												
Suport mobil (să se indice codul sau modelul oferit)	Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare	obligatoriu																																												
	Suport cu roțile	≥ 4 roți																																												
	Roți cu frână	da, ≥ 2 buc.																																												

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Adnotări	ora	obligatoriu					
				data	obligatoriu					
				derivația	obligatoriu					
				ritmul cardiac	obligatoriu					
				modul de operare	obligatoriu					
				forma undeii descărcate	obligatoriu					
			Funcția sumară		obligatoriu					
		Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie		obligatoriu					
			Informația stocată		ECG, șoc, vocele din anturaj					
			Capacitatea de stocare		≥ 2 ore					
		Alimentarea	Rețea electrică 220 V, 50 Hz		obligatoriu					
			Baterie internă reîncărcabilă		obligatoriu					
			Timp de lucru de la baterie		3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă					
		Greutatea cu accesorii			< 9 kg					
		Accesorii								
		Padele	Adult, reutilizabile		1 set., (codul produsului oferit)					
			Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)		1 set., (codul produsului oferit)					
		Cablu ECG	reutilizabil 3 fire		1 buc., (codul produsului oferit)					
		Electrozi ECG	Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării		50 buc., (codul produsului oferit)					
			Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării		50 buc., (codul produsului oferit)					
		Hîrtie termică			5 buc., (codul produsului oferit)					
		Gel de contact			250 ml, (codul produsului oferit)					
5	Lot 5 Lot 65 Burghiu traumatologic /ortopedic (caracteristici avansate) 130910	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate)				Buc	1	129 500.00		
		Cod	130910							
		Descriere	Dispozitiv medical pentru intervenții ortopedice/traumatologice în mediu steril, multifuncțional.							
		Parametru	Specificație							

		Piesa de mână	Electric	obligatoriu				
			Multifuncțional	obligatoriu				
			Putere, W	≥100				
			Greutate, gr	≤3500				
			Sterilizare, metoda	autoclavare ≤ 135 °C				
			Viteza maximă de rotație, r.p.m	≥600				
			Zgomot (db)	≤75				
			Mecanism de blocare	obligatoriu				
			Carcasă sterilizabilă	obligatoriu				
			Baterii	≥2				
			Indicator stare baterie	obligatoriu				
			Stație încărcare baterii	obligatoriu				
		Accesorii/adaptoare	Fereastră oscilant	Cap rotativ 360 °	da			
				Frecvența r.p.m	≥10000			
				Sterilizare, autoclavare	da			
			Fereastră alternativ	Frecvența r.p.m	≥10000			
				Sterilizare, autoclavare	da			
			Freză de alezaj	Viteza de rotație	reglabilă			
				Sterilizare, autoclavare	da			
			Perforatoare	obligatoriu				
			Alte adaptoare	opțional				
			Accesorii					
			Lame pentru fereastră	1 set, să se indice codul produsului				
			Lame pentru fereastră alternativ	2 buc., să se indice codul produsului				
		Burghie	1 set, să se indice codul produsului					
		Cheie pentru fixare burghie	1 buc., să se indice codul produsului					
		Geanta pentru păstrare și transportare	1 buc., să se indice codul produsului					
		Container pentru sterilizare	1 buc., să se indice codul produsului					
		6	Lotul 6 Lot 85 Pat pediatric (electric) pentru	Pat pediatric (electric) pentru adolescenți (secția reanimare)		Buc	1	11666.66
				Cod	140420			

		Ușa	Număr	≥ 1					
			Descriere	transparenta					
			Mecanism	blocare cu cheie					
		Roți		obligatoriu					
		Frîne		obligatoriu					
		Lumină interior		obligatoriu					
		Construcție interioară		materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare					
		Construcție exterioară		cu acoperire anticorozivă					
		Afisaj temperatură		digital					
		Alarme	acustică						
			vizuală						
		Răcire		ventilată					
		Temperatura reglabilă		2 ... +8 °C					
		Omogenitatea/ uniformitatea termică		±2 °C					
		Alimentare		220 V, 50 Hz					
		Refrigerent		fară CFC / HCFC					
		Zgomot		< 50 dB					
8	Lot 8 Lot 138 Autorefractometru cu keratomie 170410	Autorefractometru cu keratomie					Buc	1	91666.66
Cod		170410							
Descriere		Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact.							
Parametru		Specificație							
Gama măsurilor de refracție		Distanța vertex, mm	diapazon minim 0, 10, 13.75, 15						
		Putere sferă (SPH)	diapazon minim -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)						
		Putere cilindru(CYL)	diapazon minim -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D)						
	Axa	diapazon minim 0-180° (pasul 1°)							

		<table><tr><td></td><td>Distanța pupilară, mm</td><td>diapazon minim 10 - 85 (pasul 1)</td></tr><tr><td></td><td>Diametru pupilar minim, mm</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Keratomie</td><td>Obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Display</td><td>LCD</td></tr><tr><td colspan="2">Printer</td><td>Obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Alimentare</td><td>220 V, 50 Hz</td></tr></table>		Distanța pupilară, mm	diapazon minim 10 - 85 (pasul 1)		Diametru pupilar minim, mm	2	Keratomie		Obligatoriu	Display		LCD	Printer		Obligatoriu	Alimentare		220 V, 50 Hz																														
	Distanța pupilară, mm	diapazon minim 10 - 85 (pasul 1)																																																
	Diametru pupilar minim, mm	2																																																
Keratomie		Obligatoriu																																																
Display		LCD																																																
Printer		Obligatoriu																																																
Alimentare		220 V, 50 Hz																																																
9	Lot 9 Lot 139 Oftalmosco p direct 170500	<table><tr><td colspan="3">Oftalmoscop direct</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">170500</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td colspan="2">Tip</td><td>Portabil</td></tr><tr><td colspan="2">Diapazon focusare</td><td>-20 - +20 D</td></tr><tr><td>pasii de Dioptrii</td><td></td><td>1-10; 15; 20</td></tr><tr><td colspan="2">Sistem iluminare</td><td>LED</td></tr><tr><td rowspan="7">5 fante</td><td>spot mare</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>spot mic</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>stea de fixatie</td><td>optional</td></tr><tr><td>jumatate de spot</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>filtru rosu</td><td>optional</td></tr><tr><td>filtru albastru</td><td>optional</td></tr><tr><td>filtru verde</td><td>optional</td></tr><tr><td>Alimentare</td><td>Baterie reîncărcabilă</td><td>da, să se indice codul produsului</td></tr><tr><td colspan="2">Încărcator de la rețea 220V 50Hz</td><td>obligatoriu</td></tr></table>	Oftalmoscop direct			Cod	170500		Descriere	Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi		Parametru		Specificație	Tip		Portabil	Diapazon focusare		-20 - +20 D	pasii de Dioptrii		1-10; 15; 20	Sistem iluminare		LED	5 fante	spot mare	obligatoriu	spot mic	obligatoriu	stea de fixatie	optional	jumatate de spot	obligatoriu	filtru rosu	optional	filtru albastru	optional	filtru verde	optional	Alimentare	Baterie reîncărcabilă	da, să se indice codul produsului	Încărcator de la rețea 220V 50Hz		obligatoriu	Buc	5	59858.33
Oftalmoscop direct																																																		
Cod	170500																																																	
Descriere	Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi																																																	
Parametru		Specificație																																																
Tip		Portabil																																																
Diapazon focusare		-20 - +20 D																																																
pasii de Dioptrii		1-10; 15; 20																																																
Sistem iluminare		LED																																																
5 fante	spot mare	obligatoriu																																																
	spot mic	obligatoriu																																																
	stea de fixatie	optional																																																
	jumatate de spot	obligatoriu																																																
	filtru rosu	optional																																																
	filtru albastru	optional																																																
	filtru verde	optional																																																
Alimentare	Baterie reîncărcabilă	da, să se indice codul produsului																																																
Încărcator de la rețea 220V 50Hz		obligatoriu																																																
10	Lot 10 Lot 184 Electrocardi ograf cu 3 canale,	<table><tr><td colspan="3">Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">260210</td></tr></table>	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate			Cod	260210		Buc	1	12430.83																																							
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate																																																		
Cod	260210																																																	

caracteristici avansate 260210	Descriere		Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.				
	Parametrul		Specificația				
	Tip pacient		adult, pediatric				
	Numărul de canale de procesare		3				
	Configurația	Portabil	obligatoriu				
	Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual				
		Sensitivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv				
		Semnal de calibrare	1 mV, ± 3%				
	Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-150 Hz				
		Filtre musculare	obligatoriu				
		Filtre frecvență joasă	obligatoriu				
		Filtre frecvență înaltă	obligatoriu				
		Filtru de rețea	50 Hz				
	Impedanța de intrare		≥ 10 M Ohm				
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 110 dB				
	Convertor analog-digital		≥ 16 bit				
	Scurgeri spre pacient prin electrozi		≤10 μA				
	Detector de pacemaker		obligatoriu				
	Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu				
	Imprimantă	Termică	încorporată				
		Mărimea hîrtiei	≥ 60 mm				
		Să se indice numele derivației printate	încorporată				
		Viteza de înscriere	5, 10, 25, 50 mm/s				
		Derivațiile înscrise	minim 12				
		Numărul de derivații înscrise simultan	3				
		Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	obligatoriu				

		Display	Grafic, LCD TFT color	obligatoriu				
			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	obligatoriu				
			Marime ecran	≥ 3 inch				
			Rezoluția	≥ 320x240 pix				
			Numărul de derivații afișate simultan	≥ 6				
		Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG	Ethernet / USB / SD card/ fără fir(wireless)	obligatoriu				
		Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea				
		Ajustarea automată a izoliniei		obligatoriu				
		Identificarea aritmiei		obligatoriu				
		Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM				
			Acuratețea	± 1 BPM sau ±1%				
		Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	obligatoriu				
			Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;				
			Timpul interpretării	minim 10 s				
		Alimentarea		220 V, 50 Hz				
		Baterie internă	reîncărcabilă	obligatoriu				
		Timp operare autonomă		≥ 3 h				
		Protecție defibrilator		 Defibrillation proof type CF Applied Part				
		Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	obligatoriu				
			status sistem	obligatoriu				

			deconectare alimentare rețea	obligatoriu				
			baterie descărcată	obligatoriu				
		Accesorii						
		Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.						
		Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)	≥ 2 set. indicați modelul oferit					
		Hîrtie termică	≥ 30 buc., indicați modelul oferit					
		Gel de contact	≥ 1 litru, indicați modelul oferit					
11	Lot 11 Lot 186 Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza			Buc	5	550 000.00	
Cod	260220							
Descriere	Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan.							
Parametrul		Specificația						
Tip pacient		adult, pediatric						
Numărul de canale de procesare		6						
Configurația	Portabil	obligatoriu						
Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual						
	Sensivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv						
	Semnal de calibrare	1 mV, ± 3%						
Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-150 Hz						
	Filtre musculare	obligatoriu						
	Filtre frecvență joasă	obligatoriu						
	Filtre frecvență înaltă	obligatoriu						
	Filtru de rețea	50 Hz						
Impedanța de intrare		≥ 10 M Ohm						
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 100 dB						

		Convertor analog-digital		≥ 12 bit				
		Scurgeri spre pacient prin electrozi		≤10 μA				
		Detector de pacemaker		obligatoriu				
		Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu				
		Imprimantă	Termică	încorporată				
			Mărimea hîrtiei	≥ 80 mm				
			Să se indice numele derivației printate	obligatoriu				
			Viteza de înscriere	5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s				
			Densitatea imprimarii	8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s				
			Acuratețea	± 5% (axa x), ± 5% (axa y)				
			Derivațiile înscrise	minim 12				
			Numărul de derivații înscrise simultan	3, 6				
			Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	obligatoriu				
		Display	Grafic, LCD TFT	obligatoriu				
			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	obligatoriu				
			Marime ecran	≥ 5 inch				
			Rezoluția	≥ 640x480 pix				
			Numărul de derivații afișate simultan	12				
		Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea				
		Ajustarea automată a izoliniei		obligatoriu				

		Identificarea aritmiei		obligatoriu							
		Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM							
			Acuratețea	± 1 BPM							
		Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	obligatoriu							
			Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;							
			Timpul interpretării	minim 10 s							
		Alimentarea		220 V, 50 Hz							
		Baterie internă	reîncărcabilă	obligatoriu							
		Timp operare autonomă		≥ 2 ore							
		Protecție defibrilator		obligatoriu							
		Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	obligatoriu							
			status sistem	obligatoriu							
			deconectare alimentare rețea	obligatoriu							
			baterie descărcată	obligatoriu							
		Accesorii									
		Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)		≥ 2 set.							
		Hîrtie termică		≥ 30 buc.							
		Gel de contact		≥ 1 litru							

12	Lot 12 Lot 190 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate 260231	Anulat				Buc	2	Anulat
----	---	--------	--	--	--	-----	---	--------

13	Lot 13 Lot 197 Monitor pentru monitorizare a funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)					Buc	20	148 000.00
		Cod	260320						
		Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.						
		Parametrul	Specificația						

	accesorii Adult) 260320	Tip pacient	Adult, pediatric	da				
		Display, tip	Diagonala	≥ 12 inch				
			LCD TFT sau LED	obligatoriu				
			Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim				
			Parametri afișați	Semnal ECG				
				Pulsul				
				SpO2				
				Fotopletismograma				
				Presiunea sanguină neinvaziv				
				Temperatura				
		Analiza automată a undei ST	Trendingul ST	obligatoriu				
			Media în analiza segmentului ST	obligatoriu				
		Modul ECG	Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi	obligatoriu				
			I, II, III	obligatoriu				
			Sensibilitatea	diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV				
			Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz	≥ 100 dB				
			Rata cardiacă	diapazon min. 15 - 350 bpm				
			Detectarea aritmiei	obligatoriu				
			Detectarea pacemaker	obligatoriu				
			Monitorizarea respirației Adult	diapazon min. 0 - 120 rpm				
			Protecție în portiva șocurilor de defibrilare	obligatoriu				
		Modul SpO2	Diapazonul	1 - 100%				
			Acuratețea la 70 - 100%	≤ 2 %				
			Monitorizarea rata pulsului	diapazon min. 30 - 300 bpm				
			Monitorizarea pletismogramei	obligatoriu				
			Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat	(exemplu: masimo, nellcor, etc)				
		Modul NIBP	Diapazonul Adult	diapazon min. 10 - 270 mmHg				
			Regim de măsurare	manual, automat, butonul Start				

			Regim automat	5, 10, 15, 30, 60, 120 min.				
			Buton de activare/dezactivare manual a NIBP	obligatoriu				
			Metoda de măsurare	oscilometrică				
			Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult	300 mmHg, ±3mmHg				
		Modul Temperatura	Diapazonul	diapazon min. 0 - 50.0 °C				
			Acuratețea	±0.1 °C				
			Rezoluția	≤ 0.1 °C				
			Număr de senzori	1 unit.				
		Protocoloale de lucru preprogramate		obligatoriu				
		Protocoloale de lucru setate de utilizator		obligatoriu				
		Memorie internă		obligatoriu				
		Trendingul evenimentelor		obligatoriu				
		Arhivarea datelor		obligatoriu				
		Imprimantă	Încorporată	obligatoriu				
		Forme de raportare	Viteza de înscriere	min. 25, 50 mm/s				
			Înscriere continuă	obligatoriu				
			Preprogramate	obligatoriu				
			Personalizate	obligatoriu				
		Alimentarea	rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu				
			Baterie internă	obligatoriu				
			Timp de lucru autonom a bateriei	minim 2 h				
		Interfata de conectare la monitorul central	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.	obligatoriu				
		Alarma	Vizuala, sonora	obligatoriu				
			Manjetă deconectată	obligatoriu				
			Manjetă defect	obligatoriu				
			Senzor SpO2 deconectat	obligatoriu				
			Senzor SpO2 defect	obligatoriu				
			Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită	obligatoriu				
			Nivelul baterie scăzut	obligatoriu				

				Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită	obligatoriu					
				Lipsă sursă externă de alimentare	obligatoriu					
				Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	obligatoriu					
				Ajustarea nivelului de alarmă	obligatoriu					
		Accesorii								
		Cablu ECG	cu 3 electrozi		2 buc., să se indice codul produsului					
		Electrozi ECG	adult, unică utilizare		300 buc., să se indice codul produsului					
		Senzor SpO2	adult, reutilizabil tip cleste		2 buc., să se indice codul produsului					
		Senzor Temperatură	adult, reutilizabil		1 buc., să se indice codul produsului					
		Manjete NIBP	adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)		2 set., să se indice codul produsului					
		Hîrtie termică			10 buc., să se indice codul produsului					
		Troleu pe rotile	Indicați modelul oferit		model produsului oferit					
			min. 5 rotile		obligatoriu					
			min. 2 rotile cu frînă		obligatoriu					
			coș pentru accesorii		obligatoriu					
			mîner pentru transportare		obligatoriu					
			sistem de fixare a dispozitivului de suport		obligatoriu					

14	Lot 14 Lot 206 Pulsoximetr u portabil, Adult, Pediatric 260430	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric				Buc	10	583.33
Cod		260430						
Descrierea		Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați.						
Parametru		Specificație						
Tip dispozitiv		Portabil	obligatoriu					
Tip pacient		Adult, pediatric	obligatoriu					
Interval de măsurare		Diapazon		0-100%				
		Rata de măsurare		80 - 100, ≤3 %				
		Pulsul		25 - 250 bpm, ± 2%				
Rezoluția		SPO2		±1%				
		Pulsul		±1 bpm				

		Afișaj	SPO2	obligatoriu				
			Valoare pulsului	obligatoriu				
			Puterea semnalului	obligatoriu				
			Indicator baterie descărcată	obligatoriu				
		Display	LED sau LCD	obligatoriu				
		Alarme	Auditiv	obligatoriu				
			Vizual	obligatoriu				
			SpO2 și valoarea pulsului mare/mic	obligatoriu				
			Sensor deconectat	obligatoriu				
			Sensor epuizat	obligatoriu				
			Buton de dezactivare alarmei sonore	obligatoriu				
		Alimentare	Baterie reîncărcabilă	da, de la 220V 50Hz				
			Durata de viață	≥ 8 ore				
		Accesorii						
		Sensor SpO2 reutilizabil, adult		2 buc., să se indice codul produsului				
		Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric		1 buc., să se indice codul produsului				
		Bloc de alimentare de la rețeaua electrică		1 buc., să se indice codul produsului				
		Acumulator/Baterii reîncărcabile		1 buc., să se indice codul produsului				
		Husă pentru transportare		1 buc., să se indice codul produsului				
15	Lot 15 Lot 208 Spirograf 260500	Spirograf			Buc	1	41666.67	
		Cod	260500					
		Descriere	Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]).					
		Parametrul	Specificația					
		Tip	Spirometru portabil					

		Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie	obligatori			
		Parametri măsurați	FVC			
			FEV1			
			MVV			
			FEV1/FVC			
		Raport	PEF			
			EVC			
			IVC			
			Ti			
			Te			
			IC			
			IRV			
			ERV			
			TV			
		Printer	incorporat			
		Memorie	nu mai puțin de 500 teste grafice memorate			
		Transfer obligatorite la PC	teste pacient			
			verificare aparat			
			up-graobligatorire software			
		Dispozitivul de măsură	bidirecțional			
		Diapazonul de volum	≥ 0-8 l			
		Diapazonul de flux	≥ 0-16 l/s			
		Eroarea la volum	≤3%			
		Eroarea la flux	≤5%			
		Afișaj	Alfnumeric			
		Control	taste alfanumerice			
		Display	touchscreen, obligatoriu			
			min. 5 inch, obligatoriu			
		Interfața PC	obligatori			
		Port USB	obligatori			
		Baterie interna	min. 4 ore, obligatoriu			

		<table><tr><td>Alimentare</td><td>Cu sursă internă de alimentare, acumulate reîncărcabile</td></tr><tr><td></td><td>Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">Accesorii</td></tr><tr><td>Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații</td><td>filtre antibacteriale cu muștucuri de unică folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare</td></tr><tr><td>Seringă de calibrare</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Clește pentru nas tip adult</td><td>≥ 1 buc.</td></tr><tr><td>Clește pentru nas tip pediatric</td><td>≥ 1 buc.</td></tr><tr><td>Hîrtir</td><td>≥ 20 buc.</td></tr></table>	Alimentare	Cu sursă internă de alimentare, acumulate reîncărcabile		Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz	Accesorii		Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații	filtre antibacteriale cu muștucuri de unică folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare	Seringă de calibrare	obligatoriu	Clește pentru nas tip adult	≥ 1 buc.	Clește pentru nas tip pediatric	≥ 1 buc.	Hîrtir	≥ 20 buc.											
Alimentare	Cu sursă internă de alimentare, acumulate reîncărcabile																												
	Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz																												
Accesorii																													
Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații	filtre antibacteriale cu muștucuri de unică folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare																												
Seringă de calibrare	obligatoriu																												
Clește pentru nas tip adult	≥ 1 buc.																												
Clește pentru nas tip pediatric	≥ 1 buc.																												
Hîrtir	≥ 20 buc.																												
16	Lot 16 Lot 210 Termometru mecanic 260600	<table><tr><td colspan="2">Termometru mecanic</td></tr><tr><td>Cod</td><td>260600</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman</td></tr><tr><td>Material</td><td>fără de mercur</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>0.1 grade</td></tr><tr><td>Acuratețe</td><td>0.1 grade</td></tr><tr><td>Descrierea</td><td>Afișare 35.0°C-42.0°C</td></tr></table>	Termometru mecanic		Cod	260600	Parametrul	Specificația	Descriere	Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman	Material	fără de mercur	Rezoluție	0.1 grade	Acuratețe	0.1 grade	Descrierea	Afișare 35.0°C-42.0°C	Buc	1540	73991.71								
Termometru mecanic																													
Cod	260600																												
Parametrul	Specificația																												
Descriere	Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman																												
Material	fără de mercur																												
Rezoluție	0.1 grade																												
Acuratețe	0.1 grade																												
Descrierea	Afișare 35.0°C-42.0°C																												
17	Lot 17 Lot 211 Termometru digital 260610	<table><tr><td colspan="2">Termometru digital</td></tr><tr><td>Cod</td><td>260610</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman</td></tr><tr><td>Afișaj</td><td>alfanumeric</td></tr><tr><td>Diapazon de măsurare</td><td>34-42 grad C</td></tr><tr><td>Eroarea</td><td>0.1 grade C</td></tr><tr><td>Timp de măsurare</td><td>≤ 10 min</td></tr><tr><td>Control</td><td>on/off deconectare automată</td></tr><tr><td>Alarme/ indicatori</td><td>Vizuală</td></tr><tr><td></td><td>temperatura finală</td></tr><tr><td></td><td>baterie descărcată</td></tr></table>	Termometru digital		Cod	260610	Parametrul	Specificația	Descriere	Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman	Afișaj	alfanumeric	Diapazon de măsurare	34-42 grad C	Eroarea	0.1 grade C	Timp de măsurare	≤ 10 min	Control	on/off deconectare automată	Alarme/ indicatori	Vizuală		temperatura finală		baterie descărcată	buc	340	17900,00
Termometru digital																													
Cod	260610																												
Parametrul	Specificația																												
Descriere	Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman																												
Afișaj	alfanumeric																												
Diapazon de măsurare	34-42 grad C																												
Eroarea	0.1 grade C																												
Timp de măsurare	≤ 10 min																												
Control	on/off deconectare automată																												
Alarme/ indicatori	Vizuală																												
	temperatura finală																												
	baterie descărcată																												

				pornire/oprire					
			Acustică	temperatura finală ferbă					
		Posibilitatea de dezinfectare		obligatoriu					
		Rezistent la patrunderea apei		obligatoriu					
		Baterie inclusa		obligatoriu					
18	Lot 18 Lot 215 Tensiometru Adult 260700	Tensiometru Adult					buc	40	13333.33
		Cod	260700						
		Parametrul	Specificația						
		Descriere	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov						
		Tip pacient	adult						
		Caracterisitici tehnice	pomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice						
			manșetă						
			tonometrul și manșeta separate						
			tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice						
		Parametri tehnici	limite de măsurare 0-300 mm Hg						
			Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg						
19	Lot 19 Lot 216 Tensiometru 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop					buc	172	25656.67
		Cod	260710						
		Parametrul	Specificația						
		Descriere	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov						
		Tip pacient	adult						
		Caracterisitici tehnice	pomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice						
			manșetă						
			tonometrul și manșeta separate						

			tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice								
		Parametri tehnici	limite de măsurare 0 - 300 mm Hg								
			Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg								
		Fonoendoscop	obligatoriu, separat de manseta								
20	Lot 20 Lot Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanță înaltă 300120	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanță înaltă				buc	2	2400000.00			
		Cod		300120							
		APLICAȚII CLINICE							Abdominal, Cardiac, TCD, Urologice, Pediatrică, MSK, Vascular, Părți moi		
		Consolă	cu mișcări independente		Sus/Jos						
					Dreapta/Stînga						
		PROBE PORTURI Active							≥ 4		
		PROBE TIP, MHz	Linear		8 - 16 MHz						
					Elemente fizice:≥ 192						
			Convex Single Cristal	1,5 - 6 MHz							
				Elemente fizice:≥ 192							
			Phased/Vector Single Cristal	2 - 5 MHz							
				Elemente fizice:≥ 92							
		Frecvența maximă a sistemului							≥ 24 MHz		
		NIVELE DE GRI							≥256		
		PREPROCESARE, canale digitale							≥ 9 000 000		
		GAMA DINAMICA							≥ 300 dB		
		Adîncimea de scanare							≥ 40 cm		
		POSTPROCESARE							Mape culore		
									Inversare spectru		
									Unghi de scanare		
									Baseline		
		MODURI de Scanare	2-D mod		da						
			M-mod		da						
			Color M -mod		da						
			Anatomical M-Mod		da						
			Mod Panoramic		da						
			Mod Trapizoidal		da						
Compunere spațială			≥ 7 trepte								

			Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine	≥ 10 trepte				
			Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi	Da				
			Imagine Moduri Regim de analiza a intensitatii de unda WI, regim ce ne permite aprecierea complexa a tensiunii arteriale si a caracteristicilor hemodinamice	da				
			Tehnologii, necesar pentru investigarile vaselor cu un inalt grad de stenoza	Da				
			Harmonic imaging	da				
		DOPPLER	Tip	CWD, PWD, PDI, Color Doppler, TDI				
			Direcțional-PDI	da				
			Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin	da				
			Duplex	da				
			Triplex	da				
			Metode de masurare	manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real				
		Moduri de vizualizare	2D/PW	Da				
			2D/Color Doppler	Da				
			2D/M mode	Da				
			2D/PW/ Color Doppler sau PDI	Da				
			Dual, 2D/2D+Color Doppler sau PDI	da				
		FUNCȚIONALITĂȚI	Măsurători digitale	da				

		<table><tr><td></td><td>Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton</td><td>Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline</td></tr><tr><td></td><td>Auto IMT</td><td>da</td></tr><tr><td></td><td>Auto EF</td><td>da</td></tr><tr><td></td><td>Rapoarte</td><td>Auto generare</td></tr><tr><td>PAN/ZOOM</td><td>image în timp real</td><td>da</td></tr><tr><td></td><td>image înghețată</td><td>da</td></tr><tr><td>STOCARE IMAGINI</td><td>Capacitate</td><td>SSD ≥ 1 TB sau Hybrid (SSD+HDD)</td></tr><tr><td></td><td>Cine</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">DICOM 3.0 COMPLIANT</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">MONITOR integrat de control de tip touch</td><td>≥ 12"</td></tr><tr><td rowspan="5">PACHETE DE ANALIZĂ</td><td>Cardiac</td><td>da</td></tr><tr><td>MSK</td><td>da</td></tr><tr><td>Vascular</td><td>da</td></tr><tr><td>Strain Rate</td><td>da</td></tr><tr><td>Stress Echo</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">MONITOR</td><td>marime</td><td>≥ 23"</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>≥1920x1080</td></tr><tr><td rowspan="3">Periferice</td><td>Bloc ECG</td><td>Da</td></tr><tr><td>Încălzitor de gel</td><td>Da</td></tr><tr><td>Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului</td><td>Da</td></tr></table>		Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton	Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline		Auto IMT	da		Auto EF	da		Rapoarte	Auto generare	PAN/ZOOM	image în timp real	da		image înghețată	da	STOCARE IMAGINI	Capacitate	SSD ≥ 1 TB sau Hybrid (SSD+HDD)		Cine	da	DICOM 3.0 COMPLIANT		da	MONITOR integrat de control de tip touch		≥ 12"	PACHETE DE ANALIZĂ	Cardiac	da	MSK	da	Vascular	da	Strain Rate	da	Stress Echo	da	MONITOR	marime	≥ 23"	Rezoluție	≥1920x1080	Periferice	Bloc ECG	Da	Încălzitor de gel	Da	Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului	Da			
	Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton	Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline																																																								
	Auto IMT	da																																																								
	Auto EF	da																																																								
	Rapoarte	Auto generare																																																								
PAN/ZOOM	image în timp real	da																																																								
	image înghețată	da																																																								
STOCARE IMAGINI	Capacitate	SSD ≥ 1 TB sau Hybrid (SSD+HDD)																																																								
	Cine	da																																																								
DICOM 3.0 COMPLIANT		da																																																								
MONITOR integrat de control de tip touch		≥ 12"																																																								
PACHETE DE ANALIZĂ	Cardiac	da																																																								
	MSK	da																																																								
	Vascular	da																																																								
	Strain Rate	da																																																								
	Stress Echo	da																																																								
MONITOR	marime	≥ 23"																																																								
	Rezoluție	≥1920x1080																																																								
Periferice	Bloc ECG	Da																																																								
	Încălzitor de gel	Da																																																								
	Printer Alb/Negru încorpoart în consola sistemului	Da																																																								
21	Lot 21 Lot 53 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici i de bază) 130600	<table><tr><td colspan="2">Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)</td></tr><tr><td>Cod</td><td>130600</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.</td></tr><tr><td colspan="2">Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td rowspan="3">Caracteristici generale</td><td>Tipul</td><td>Cu un canal</td></tr><tr><td rowspan="2">Display</td><td>LCD</td></tr><tr><td>posibilitatea de ajustare a luminozitatii</td></tr></table>	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)		Cod	130600	Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.	Parametrul		Specificația	Caracteristici generale	Tipul	Cu un canal	Display	LCD	posibilitatea de ajustare a luminozitatii	Buc	31	458800.00																																						
Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)																																																										
Cod	130600																																																									
Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.																																																									
Parametrul		Specificația																																																								
Caracteristici generale	Tipul	Cu un canal																																																								
	Display	LCD																																																								
		posibilitatea de ajustare a luminozitatii																																																								

				Mîner încorporat		obligatoriu
		Display	Date afișate	Viteza de infuzie		obligatoriu
				Volumul de infuzie		obligatoriu
				Timpul de infuzie		obligatoriu
				Timpul pînă la final de infuzie		obligatoriu
				Mărimea seringi		obligatoriu
				Nivelul de ocluzie		obligatoriu
				Rata KVO		obligatoriu
				Data, ora		obligatoriu
				Nivelul de încărcare a baterii		obligatoriu
				Evenimente		obligatoriu
				Alarme		obligatoriu
		Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazon		0.1 - 999 ml/h
				Pasul de incrementare		≤ 0.01 mL/h
			Dozarea bolusului	diapazon		min. 0.01 - 1800 ml/h
			Rata KVO			diapazon min. 0.01 - 3 ml/h
			Acuratețea			≤2%
			Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători			min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători
			Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă			obligatoriu
			Seringi acceptate			5, 10, 20, 30, 50, 60
			Detectare automată a seringi			obligatoriu
			Nivelul presiunii de ocluzie maxime			min. 4 nivele
			Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv			minim IP24
		Moduri de infuzie	Rata de perfuzie			obligatoriu
			Dozarea în timp			obligatoriu
			Modul crescător și descrescător			obligatoriu
			Ocluzie			obligatoriu

		Alarmer și indicatori	Eroare de sistem		obligatoriu			
			Seringă goală		obligatoriu			
			Perfuzia pe sfîrșite		obligatoriu			
			Baterie descărcată		obligatoriu			
		Alarmă sonoră	Volum reglabil		obligatoriu			
			Buton mod silențios		obligatoriu			
		Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apășate	obligatoriu			
				Coduri de eroare	obligatoriu			
				Alarmer	obligatoriu			
				Medicamente injectate	obligatoriu			
				Cantitatea infuzată	obligatoriu			
				Setări	obligatoriu			
				Bolus solicitat	obligatoriu			
		Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	obligatoriu			
			Baterie internă	Reîncărcabilă	obligatoriu			
				Timp de operare	≥ 5 h la 5 mL/h			
		Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată						
		Suport	sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie		obligatoriu			
		Seringi	50 ml		100 buc. , să se indice codul produsului oferit			
		Circuite	circuit de interconectare a seringii		100 buc. , să se indice codul produsului oferit			
22	Lot 22 Lot 54 Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici i avansate) 130610	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)			Buc	7	126000.00	
		Cod	130610					
		Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.					
		Parametrul		Specificația				
		Caracteristici generale	Tipul	Cu un canal				
			Display	LCD				
				posibilitatea de ajustare a luminozitatii				

		Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare		obligatoriu				
		Display	Date afișate	Viteza de infuzie	obligatoriu			
				Volumul de infuzie	obligatoriu			
				Timpul de infuzie	obligatoriu			
				Timpul pînă la final de infuzie	obligatoriu			
				Mărimea seringi	obligatoriu			
				Producatorul seringi	obligatoriu			
				Nivelul de ocluzie	obligatoriu			
				Rata KVO	obligatoriu			
				Data, ora	obligatoriu			
				Nivelul de încărcare a baterii	obligatoriu			
				Evenimente	obligatoriu			
				Alarmer	obligatoriu			
		Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazon	0.01 - 999 ml/h			
				Pasul de incrementare	≤ 0.01 mL/h			
			Dozarea bolusului	diapazon	min. 1 - 1800 ml/h			
			Rata KVO		diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h			
			Acuratețea		≤2%			
			Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători			
			Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă		obligatoriu			
			Seringi acceptate		2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60			
			Detectare automată a seringi		obligatoriu			
			Nivelul presiunii de ocluzie maxime		min. 75 - 880 mmHg			
					min. 9 nivele			
			Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente		obligatoriu			

				Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP23				
		Moduri de infuzie		Rata de perfuzie		obligatoriu				
				Dozarea în timp		obligatoriu				
				Modul crescător și descrescător		obligatoriu				
				Dozarea micro-perfuzie		obligatoriu				
		Alarmer și indicatori		Ocluzie		obligatoriu				
				Eroare de sistem		obligatoriu				
				Seringă goală		obligatoriu				
				Perfuzia pe sfârșite		obligatoriu				
				Baterie descărcată		obligatoriu				
		Alarmă sonoră		Volum reglabil		obligatoriu				
				Buton mod silențios		obligatoriu				
				Numărul de evenimente memorate		min. 1000				
		Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apășate		obligatoriu				
					Coduri de eroare		obligatoriu			
					Alarmer		obligatoriu			
					Medicamente injectate		obligatoriu			
					Cantitatea infuzată		obligatoriu			
					Setări		obligatoriu			
					Bolus solicitat		obligatoriu			
		Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz		obligatoriu				
			Baterie internă	Reîncărcabilă		obligatoriu				
					Timp de operare		≥ 10 h la 5 mL/h			
		Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată								
		Suport	sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie			obligatoriu				
		Seringi	50 ml			100 buc. , să se indice codul produsului oferit				
		Circuite	circuit de interconectare a seringei			100 buc. , să se indice codul produsului oferit				

Valoarea estimată 7 064 445.85 lei fără TVA

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Potrivit prevederilor pct. 45 al Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, *elementele care pot face obiectul reofertării în cadrul acordului cadru, se vor referi la:*

- **preț care poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestuia (spre micșorare);**
- **caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în Acord.**

Notă: Ca răspuns la INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA REOFERTARE, nu vor fi luate în considerare pentru atribuirea contractelor subsecvente:

- ofertele transmise de operatorii economici care nu au semnat acordul-cadru;
- ofertele transmise de operatorii economici semnatori ai acordului-cadru cu prețul unitar mai mare decât cel din Anexa 1 – Lista cu tarifele unitare - la Acordul cadru.

9. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

10. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru

11. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru oferit (de exemplu s-a solicitat ecran Touch screen color se oferă ecran Touch screen color pagina 13). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din	DA

		<i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
5	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
6	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezentat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor 160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
7	Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice	DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, conform modelului atașat- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	DA
8	Notă:	Vor fi atribuite în contracte subsecvente doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	

12. Garanția pentru ofertă va fi solicitată în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA,

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: 711

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor la etapa de reofertare în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

13. Garanția de bună execuție a contractului subsecvent, cuantumul 5% din suma totală a contractului subsecvent.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică pasul minim 0.01%

14. Ofertele se prezintă: în lei.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

16. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

21. Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

Data publicării anunțului de intenție În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG