

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

IMSP Institutul Oncologic

Numărul licitației: 21055712

Denumirea licitației: Dispozitive medicale și consumabile pentru Laboratorul Imunologic

Cod CPV	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:
1	2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	Centrifuga de laborator	DM0412 (rotor A6-50P)	CHINA	DLAB	Viteză: 150 - $\geq$ 700 g Capacitatea: 12-20 eprubete Volume eprubete: 5-15 ml	Caracteristici tehnice Diapazonul de viteză 300-4500 rpm, Precizia vitezei $\pm$ 20 rpm Pozții pentru eprubete 12 buc. Tipul rotorului A6-50P Timpul de executare 30sec-99min Display LCD Siguranța dispozitivului interblocarea ușii, detector excesiv, diagnosticare internă automată Puterea 110 V - 240 V, 50 Hz /	ISO, CE
33140000-3	Pipetă dozator cu un canal, 0,5 – 10 ul	☆ Mechanical Autoclavable Pipette - MicroPette Plus	CHINA	DLAB	Pipetă dozator cu un canal, 0,5 – 10 ul	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 0,5-10 µl/ de la 1µl. Autoclavabila. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/12/25/92.html	ISO, CE
33140000-3	Pipetă dozator cu un canal, 2 – 20 ul	☆ Mechanical Autoclavable Pipette - MicroPette Plus	CHINA	DLAB	Pipetă dozator cu un canal, 2 – 20 ul	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 2-20 µl/ de la 1µl. Autoclavabila. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/12/25/92.html	ISO, CE
33140000-3	Pipetă dozator cu un canal, 10 – 100 ul	☆ Mechanical Autoclavable Pipette - MicroPette Plus	CHINA	DLAB	Pipetă dozator cu un canal, 10 – 100 ul	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 10-100 µl/ de la 1µl. Autoclavabila. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/12/25/92.html	ISO, CE
33140000-3	Pipetă dozator cu un canal, 100 – 200 ul Autoclavabil	☆ Mechanical Autoclavable Pipette - MicroPette Plus	CHINA	DLAB	Pipetă dozator cu un canal, 100 – 200 ul Autoclavabil	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 20-200 µl/ de la 1µl. Autoclavabila. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/12/25/92.html	ISO, CE
33140000-3	Pipetă dozator cu un canal, 100 – 1000 ul	☆ Mechanical Autoclavable Pipette - MicroPette Plus kod: 7030301014	CHINA	DLAB	Pipetă dozator cu un canal, 100 – 1000 ul	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 100-1000 µl/ de la 1µl. Autoclavabila. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Certificat metrologic. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/12/25/92.html	ISO, CE

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6