

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

 Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1754660422338_08.08.2025**

 Obiectul achiziției: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)**

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
33100000-1 - Echipamente medicale	Lot nr. 1 Centrifuga citologica	Centrifuga citologica Model: Cytospin 4 Cytocentrifuge A78300004	UK	Epredia Netherland s B.V.- SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED	Principiul de lucru centrifugal este depunerea celulelor pe o zonă clar definită a unei lame de sticlă și permite absorbția lichidelor reziduale în cardul filtrant al camerei de probă.	Principiul de lucru centrifugal al modelului Cytospin 4 Cytocentrifuge A78300004 , este depunerea celulelor pe o zonă clar definită a unei lame de sticlă și permite absorbția lichidelor reziduale în cardul filtrant al camerei de probă.	BROS URA LOT 1 CYTO SPIN pag 1- 22 Pag 5

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
					Capacitatea: Poate procesa simultan până la 12 probe (clipsuri,blocuri)	Capacitatea: Procesează simultan până la 12 probe (clipsuri,blocuri)	Pag 5
					Viteza de centrifugare: Reglabilă între 200 și 2000, cu posibilități de control al accelerației pentru protejarea probelor fragile.	Viteza de centrifugare: Reglabilă între 200 și 2000, cu posibilități de control al accelerației pentru protejarea probelor fragile.	Pag 5
					Memoria programabilă ce permite stocarea a până la 20 de rutine pentru acces rapid și protecție în cazul unei întreruperi de current.	Memoria programabilă ce permite stocarea a până la 2 de rutine pentru acces rapid și protecție în cazul unei întreruperi de current.	Pag 5
					Rotorul să fie cu capac	Rotorul este cu capac	Pag 5
					Sistem de siguranță: Trebuie să include un mecanism de blocare automată a capacului, alarme sonore pentru dezechilibru sau viteză necorespunzătoare și un panou de control ușor de curățat.	Sistem de siguranță: Include un mecanism de blocare automată a capacului, alarme sonore pentru dezechilibru sau viteză necorespunzătoare și un panou de control ușor de curățat.	Pag 5
					Centrifuga citologica aplatizează constructiv	Centrifuga citologica aplatizează constructiv celulele ca fiecare tip	Pag 5

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
					celulele ca fiecare tip de celulă să aibă sansă de prezentare.	de celulă să aibă sansă de prezentare.	
					Poziția de încărcare sau oprire trebuie să fie specific înclinată pentru a reduce pierderea de celule.	Poziția de încărcare sau oprire este specific înclinată pentru a reduce pierderea de celule.	Pag 5
					Să existe varietate de kituri pentru camere de probe cum ar fi complet de unică folosință sau reutilizabile doar cu filtre de unică folosință.	E o varietate de kituri pentru camere de probe: complet de unică folosință și reutilizabile doar cu filtre de unică folosință.	Pag 7-13
					Consumabile:	Consumabile incluse în oferta:	
					Fixatoare de camere pentru probă din oțel inoxidabil, autoclavabile – 12 buc	Se livrează cu 2 seturi de fixatoare de camere pentru probă din oțel inoxidabil, autoclavabile, 59910052, 6 buc/set – total de 12 buc	Pag 11
					Kit complet cameră pentru probe, de unică folosință, cu o gaură (de exemplu kit-ul poate fi format din: camera,	Se livrează cu 2 Kit-uri complete cameră pentru probe, de unică folosință, cu o gaură (kit-ul este format din: camera, capac, filtru	Pag 7

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

CPV	Denumirea bunurilor/ser viciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Stand arde de referin ță
					capac, filtru etc.) – minim 48 buc	etc.) – 40 buc/kit, A78710003, total 80 de buc	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chișinău
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 19.09.2025