

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1589549653624</a> din 18 mai 2020
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Chituri diagnostice LDSA</b>

Denumirea bunurilor	Modelul articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
echipamente medicale, produse farmaceutice						

<p><b>2. Set Elisa pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare</b></p>	<p><b>P00450-5_IDEXX Bluetongue Competitive Ab Test (ELISA COMPETITIVE BLUE TONGUE)</b></p>	<p><b>Franta</b></p>	<p><b>IDEXX Montpellier SAS</b></p>	<p>Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat de a fi utilizat pe probe individuale ser și plasma</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluție</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Modul de testare 18-24 ore (overnight).Soluția de spălare concentrată (1:25)</p> <p>Compatibil speciei de animal menționat.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea</p>	<p>Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci(5 placi) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat de a fi utilizat pe probe individuale ser și plasma</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluție</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Modul de testare 18-24 ore (overnight).Soluția de spălare concentrată (1:25)Compatibil speciei de animal menționat.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Propunerea tehnică trebuie să cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de</p>	<p><b>CE, ISO</b></p>
--	---	----------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------

				documentară se prezintă în ofertă.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.	sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.	
<b>5. Set Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului Influenței Aviare</b>	<b>99-09269_IDE XX AI Ab Test</b>	<b>Franta</b>	<b>IDEXX Montpellier SAS</b>	<p>Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat (10x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluare</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Soluția de spălare concentrată (20x).Compatibil speciei de animal menționat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate. De asemenea, se va respecta denumirea</p>	<p>Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (5 placi)(poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat (10x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluare</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Soluția de spălare concentrată (20x).Compatibil speciei de animal menționat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate. De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.</p>	<b>CE, ISO</b>

				produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.		
<b>8. Brucella abortus antigen pentru Reacția de Fixare a Complementului (RFC)</b>	<b>P00120_Po urquier CFT Brucellosis Ag</b>	<b>Franta</b>	<b>IDEXX Montpellier SAS</b>	<p>Suspensie de Brucella abortus biovar 1 Weybridge strain 99, inactivat. Calibrat față de ser de referința internațional (OIESS) cu rezultatul 50% hemolisis in diluție 1/200.</p> <p>1fl x 50-100ml</p> <p>Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucțiunea de lucru în limba de stat. Marcat de producător pentru uz veterinar.</p>	<p>Pentru utilizare in diagnosticul brucelozei (B.melitensis, abortus, suis) in reactia de fixare a complementului. suspensie concentrata de brucella abortus (tulpina S99 Weybridge) inactivata termic si cu fenol.</p> <p>Standardizat pentru a se obtine o fixare de 50% cu o dilutie finala de 1:200 din serul standard international Brucella abortus (OIESS).</p> <p>Produsul este insotit de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-martori pozitivi si negativi standardizati</li> <li>-prospect tradus in limba romana</li> <li>-raport de control de la un laborator international de referinta pentru Bruceloza (ANSES) pentru antigen.</li> </ul>	<b>CE, ISO</b>
<b>Buffer veronal pentru reacția de fixare a complementului (RFC)</b>	<b>P00121_Po urquier Veronal Buffer (5X)</b>	<b>Franta</b>	<b>IDEXX Montpellier SAS</b>	<p>concentrație (5X), 1 buc= 1 flacon x 100ml, certificat</p> <p>Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat.</p>	1 buc= 1 flacon x 100ml, concentrație (5X)	<b>CE, ISO</b>

Semnata:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **28.06.2020**