

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1779346385065 din 21/05/2026
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 15/ Servicii de deservire a dispozitivelor medicale	Dispozitiv pentru dializă acută Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate - 1 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	<p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului Da</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Da</p> <p>Lucrările de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. Da</p> <p>În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar Da</p> <p>Lucrări minime necesar de a fi efectuate:</p> <p>inspecții vizuale;</p> <p>verificarea componentelor extracorporale: pompe de sânge, de filtrat, de substituție, de dializat;</p> <p>curățirea rotorilor pompelor;</p> <p>verificarea senzorilor de presiune: arterial, venos, PHF, filtrat;</p> <p>verificarea componentelor mecanice: cântari 1, 2, 3, 4;</p> <p>verificarea frânelor căruciorului; test electric; test funcțional</p>	<p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului Da</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Da</p> <p>Lucrările de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. Da</p> <p>În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar Da</p> <p>Vizita №1 Mentenanța corectivă</p> <p>Se efectuează în a doilea semestru 2026</p> <p>Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare.</p> <p>Lucrări planificate:</p> <p>inspecții vizuale;</p> <p>verificarea componentelor extracorporale: pompe de sânge, de filtrat, de substituție, de dializat; curățirea rotorilor pompelor;</p> <p>verificarea senzorilor de presiune: arterial, venos, PHF, filtrat;</p>	

					<p>verificarea componentelor mecanice: cântari 1, 2, 3, 4; verificarea frânelor căruciorului;test electric; test funcțional</p> <p>Vizita №2 Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks) Se efectuează în a doilea semestru 2026 Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător). Lucrări planificate: inspecții vizuale; verificarea componentelor extracorporale: pompi de sânge, de filtrat, de substituție, de dializat;curățirea rotorilor pompelor; verificarea senzorilor de presiune: arterial, venos, PHF, filtrat; verificarea componentelor mecanice: cântari 1, 2, 3, 4; verificarea frânelor căruciorului;test electric; test funcțional Verificări tehnice conform protocol producătorului</p>
--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ **Dumitru Babinetchi** în calitate de: **administrator**

Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap. 153**
