

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1768569802843						din 16.01.2026	
Denumirea licitației: Achiziționarea Echipament și utilaj de laborator						Pagina 1 din 3	
<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1	Micro biuretă digitală ; 10 ml	4760241	Germania	BRAND	Conform Caietului de sarcini	Pentru titrare rapidă și fiabilă cu cea mai mare precizie, chiar și în spații mici, fără a fi nevoie de alimentare de la rețea - în laborator, în producție sau pe teren. Biureta cu capac de sticlă Titrette® are un sistem de măsurare inovator nou, care se potrivește cu precizia de Clasa A a biuretelor de sticlă și, dacă este necesar, poate oferi o precizie de 3 zecimale sub 20 ml. Aceasta este o caracteristică importantă pentru utilizatorii care trebuie să lucreze în limitele de eroare de Clasa A, la fel ca în cazul biuretelor de sticlă, conform DIN EN ISO 385 (de exemplu, în domeniul farmaceutic). Tubul de titrare poate fi ajustat orizontal și vertical. Acest lucru oferă flexibilitate la poziționarea instrumentului, de exemplu, atunci când se utilizează un agitator magnetic sau sticle de diferite dimensiuni. Funcționare lină pentru titrare sensibilă, prin picurare, și umplere rapidă a dispozitivului Marcaj DE-M, livrată cu certificat de performanță, Manipulare ușoară, fără comutare între umplere și titrare Întreținere, curățare și înlocuire simplă a pieselor direct în laborator	ISO CE
2	Micro biuretă digitală ; 25 ml	4760251	Germania	BRAND	Conform Caietului de sarcini		
3	Micro biuretă digitală ; 50 ml	4760261	Germania	BRAND	Conform Caietului de sarcini		

4	Plita electrică termoreglabilă	3-06-SH-II-8B	Polonia	SylChem	Conform Caietului de sarcini	• Plite rectangulare de încălzire, temperatura cu precizie de 0.5°C, reglabilă până la 400°C; • Control electronic integrat al temperaturii de la 0 la 100%; • Display digital pentru temperatura (rezoluția 1°C) și pentru timp; • Elementele de încălzire inserate în placa de încălzire menținând o distribuție uniformă și optimă a încălzirii; • Protecție la supraîncălzire conform norme de protecție EN61010; • Rezistență la coroziune - acoperirea cu grafit asigură performanțe de lungă durată chiar și în medii dure; • Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304; Dimensiuni: 35 x 45 cm. • Panou de control tactil pentru temperatura și timp;	ISO CE
5	Baie de nisip						
6	Balanță analitică de laborator	FA-2204N	Polonia	ARI	Conform Caietului de sarcini	Balanță analitică 220 g, precizie 0,0001 g, timp de stabilizare ≤3 s, calibrare internă automată, capac antipraf, carcasa compactă cu 3 uși glisante; schimbarea unităților de măsură; posibilitatea de cântărire netto-total; interfață standard RS232C. INTERVAL DE CÂNTĂRIRE: 0,0004g – 220g PRECIZIITATE DE CITIRE: 0,0001g REPETABILITATE: ±0,0002g TIMP DE STABILIZARE: ≤3s AFIȘAJ: LCD (dimensiune: 96 × 24mm) DIAMETRU TALPERE: 80mm TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE: 5–35°C DIMENSIUNI: 300 × 200 × 295mm (înălțime x lățime x lungime)	ISO CE
7	Balanță tehnică de laborator	JA-6003N	Polonia	ARI	Conform Caietului de sarcini	Balanță analitică 600g, precizie 0.001g, timp de stabilizare ≤3s, calibrare internă automată, capac antipraf; port RS232C standard; schimbarea unităților de măsură. INTERVAL DE CÂNTĂRIRE: 0,004 până la 600 g PRECIZIITATE DE CITIRE: 0,001 g REPETABILITATE: ±0,002 g TIMP DE STABILIZARE: ≤3 s DIAMETRU TALPERE: 80 mm; AFIȘAJ: LCD DIMENSIUNI: 365 x 295 x 350 mm	ISO CE
8	Balanță tehnică de laborator						
9	Dulap de uscat	DOVF-125-001	Spania	LabBox	Conform Caietului de sarcini	• Volumul intern a camerei de lucru 120 litri • Confectionat din inox, sau alte materiale rezistente la uzură, • Interior din inox, cu rafturi reglabile din inox perforat (livrat cu 2 rafturi); gama de temperatură de la 20°C la 300°C; • Clasa de precizie ±1,00C; Rezoluție: 0,1°C • Alimentare: 220 V; afișaj digital; • Dotat cu sistem de ventilație forțată și cu alarma de urgență (semnale sonore sau luminoase) activă când sunt abateri de la temperatura setată; în cazul întreruperii alimentării și reconectării ulterioare va continua să funcționeze în conformitate cu programul stabilit anterior; funcționare silențioasă; • Rezistent la utilizare continuă 24 h/ 24 h. • Protecție pentru supraîncălzire	ISO CE

10	Cuptor de calcinare	MUFU-120-001	Spania	LabBox	Conform Caietului de sarcini	Cuptor cu mufă pentru laborator, MF12 Carcasă exterioară metalică vopsită cu rășină epoxidică. Strat de izolație și cameră interioară din fibră ceramică. Ecran LED care afișează temperatura reală și cea stabilită. Interval de temperatură: 100 – 1200 °C. Rezoluție: 1 °C. Timp de creștere a temperaturii până la temperatura maximă: ≤ 30 min. Funcție temporizator (1 – 9999 min). Dispozitive de siguranță: blocare manuală a ușii, alarmă sonoră și luminoasă la supraîncălzire, oprire automată a emisiunii de căldură la deschiderea ușii, protecție la supraîncălzire, deconectare a cuptorului prin defecțiunea termocuplului. Are un coș de fum în spate (gaură: 30 mm; dimensiuni coș de fum: 80 × 60 mm). Stecher de siguranță monofazat (32A). 220 V / 50-60 Hz.	ISO CE
11	Unitate pentru distilare	10-0026	Germania	Gerhardt	Conform Caietului de sarcini	Multi-Bank Digestion Apparatus with Kjeldahl Flasks Ki 8/16 for 250ml Flasks Multi-bank digestion apparatus with Kjeldahl flasks With dish-shaped tubular heating elements built into stainless steel reflectors. Each position has individual: stepless control. All systems can be supplied with clamp supports for operation in a fume cupboard: or with a glass suction system for use in the laboratory. We recommend fume removal with the Turbosog suction station or with water-jet pump WSP. Supplied with Kjeldahl flasks and mains supply cable. The digestion apparatus is supplied with a glass suction system. It is only available with supports on request.Type KI 8/16 for 250 ml flasks : Zones 6 : Heating power 1800 W: Mains supply 230 V: Dimensions (W x D x H) 600 x 250 x 300 mm	ISO CE

Valabilitatea ofertei - 60 zile

26.01.2026

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**