

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629094225821
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lot 34</b>						
34.1	Forceps pentru ventriculostomie cerebrală (pentru neurochirurgie)	28160TV	Germania	Karl Storz	Forceps pentru ventriculostomie cerebrală, flexibil, cu acțiune simultană a ambelor brașe, diametrul capătului de lucru de 1mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului	Forceps pentru ventriculostomie cerebrală, flexibil, cu acțiune simultană a ambelor brașe, diametrul capătului de lucru de 1mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului	EC, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316