

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei:

Alternativa Nr.: Nu se oferă

Către: CAPCS

LP Nr.21040707 din 13.07.2021

[numele deplin al autorității contractante]

IM „Vivamed Internațional” SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. - nu au avut loc.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) **IM „Vivamed Internațional” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri :”Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
177768,33 lei MD.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
213322,00 lei MD.
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA 4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA 5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **IM ”Vivamed Internațional” SRL** angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: Valeriu Beregoi

În calitate de: Director

Ofertantul: IM „Vivamed Internațional” SRL

Adresa: mun.Chișinău, str.Bogdan Voievod, 7

Data: “13” iulie 2021

ORDIN DE PLATĂ Nr. 196		DATA EMITERII 13 Iulie 2021		TIP.DOC. 1	
PLĂTIȚI	3,600.00 MDL	Trei mii sase sute lei 00 bani			
PLĂTIȚOR (R) VIVAMED INTERNATIONAL IM SRL		CODUL IBAN	MD96PR002224390033431701		
		CODUL FISCAL	1007600028965		
		CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL PLATITOR BC "ProCredit Bank" SA		CODUL BANCII			
BENEFICIAR (R)CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE		CODUL IBAN	MD23TRPCCC518430B01859AA		
		CODUL FISCAL	1016601000212		
		CONTUL TREZORERIAL			
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BANCII			
DESTINAȚIA PLĂȚII Plata pentru garantia pentru oferta la Licitatia Publica Nr. 21040707 din 13.07.2021		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N			
CODUL TRANZACȚIEI 101	DATA PRIMIRII 13-07-2021	DATA EXECUTĂRII 13-07-2021			
		SEMNĂTURA EMITENTULUI L.S.			
		SEMNĂTURA PRESTATORULUI			
MOTIVUL REFUZULUI		Mentiunile bancii: Internet -Banking Nr.REF - 99583706			

Ordinul de plată este primit de Bancă - 13-07-2021 09:45:19

Statutul ordinului de plată la ora 09:50:15 13-07-2021 : Executat de bancă

Specificații tehnice (F4.1)									
Numărul licitației: LP nr. 21040707					Data: „13” iulie 2021				
Denumirea licitației: Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 9, pentru anul 2021					Lot: _____				
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2		3	4	5	6	7	8	
3310000-1	5	Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350)	Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350)	F-100/F4+05.0016	Italia	Fazzini	Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frina da, ≥ 2 buc. Miner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina singele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frina da, ≥ 2 buc. Miner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	CE,ISO
3310000-1	16	Negatoscop (210700)	Negatoscop (210700)	02.080.00	Italia	Fazzini	Negatoscop Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr. de lampe ≥2 Reglare luminozitate da Fixarea filmelor da Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥2 Nr. de lampe ≥2 Reglare luminozitate da Fixarea filmelor da Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	CE,ISO
3310000-1	20	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810)	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810)	27301	Italia	Gima	Descriere Cintar pentru nou nascuti destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	Cintar mecanic, pentru nou-născuți Descriere Cintar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg	CE,ISO

3310000-1	21	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	90107102.S.T11.W8	Turcia	Dolsan	Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelemburg da Antitredelimbung da Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm "Minere pentru transportarea brancardei" da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelemburg da Antitredelimbung da Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm "Minere pentru transportarea brancardei" da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da	CE,ISO
-----------	----	--	--	-------------------	--------	--------	--	---	--------

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Beregoi Valeriu . În calitate de:Director


Specificații tehnice (F4.2)

Numărul licitației: LP nr. 21040707

Data: „13” iulie 2021 Alternativa nr.: _____
 Lot: _____ Pagina: _____ din _____

Denumirea licitației: Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 9, pentru anul 2021

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1			2	3	4	5	6	7	8	9
3310000-1	5	Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350)	Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350)	buc	14	11773,33	14128,00	164826,67	197792,00	la comanda
3310000-1	16	Negatoscop (210700)	Negatoscop (210700)	buc	1	3100,00	3720,00	3100,00	3720,00	la comanda
3310000-1	20	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810)	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810)	buc	1	712,50	855,00	712,50	855,00	la comanda
3310000-1	21	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	buc	1	9129,17	10955,00	9129,17	10955,00	la comanda
								177768,33	213322,00	

Semnat:  Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu . În calitate de: Director
 Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bogdan Voievod 7, oficiul 5