

Anexa No. 78 - Specificatie tehnica ofertata - LOT 78

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)			Monitor de pacient
Descriere	Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază.		Model: BT-770 Producător: BISTOS CO. LTD., Coreea Sud Nr.inregistrare: DM000499812
Parametrul	Specificația solicitată		Specificația oferată
Tip pacient	Adult, pediatric	da	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Display, tip	Diagonala	≥ 12 inch	Da, corespunde 12,1 inch (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	LCD TFT sau LED	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Numărul de curbe afișate concomitent	între 3 și 12 minim	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Parametri afișați	Semnal ECG	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Pulsul	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		SpO2	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Fotopletismograma	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Presiunea sanguină neinvaziv	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
		Temperatura	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Analiza automată a undeī ST	Trendingul ST	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Media în analiza segmentelor	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Modul ECG	Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi	obligatoriu	Da, corespunde, în oferta este inclus cablu cu 3 electrozi (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	I, II, III	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Sensivitatea	diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV	Da, corespunde, de la 1.25 până la 20 mm/mV (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz	≥ 100 dB	Da, corespunde, gama de rejecție > 100dB (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Rata cardiacă	diapazon min. 15 - 350 bpm	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Detectarea aritmiei	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Detectarea pacemaker	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Monitorizarea respirației	diapazon min. 0 - 120 rpm	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Monitorizarea respirației	diapazon min. 0 - 150 rpm	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Protecție în portiva șocurilor de defibrilare	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Modul SpO2	Diapazonul	1 - 100%	Da, corespunde, diapazon 0% - 100% (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Acuratețea la 70 - 100%	≤ 2 %	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Monitorizarea rata pulsului	diapazon min. 30 - 300 bpm	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Monitorizarea pletismografică	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat	(exemplu: masimo, nellcor, etc)	Tehnologia modului și senzorului de SpO2: Masimo (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Modul NIBP	Diapazonul Adult	diapazon min. 10 - 270 mmHg	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Diapazonul Pediatric	diapazon min. 10 - 200 mmHg	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Regim de măsurare	manual, automat, butonul Start	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Regim automat	5, 10, 15, 30, 60, 120 min.	Da, corespunde, 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Buton de activare/dezactivare manual a NIBP	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Metoda de măsurare	oscilometrică	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Regim pacient	adul, pediatric, nou-născut	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)

	Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult	300 mmHg, ±3mmHg	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric	240 mmHg, ±3mmHg	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Modul Temperatura	Diapazonul	diapazon min. 0 - 50.0 °C	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Acuratețea	±0.1 °C	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Rezoluția	≤ 0.1 °C	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Număr de senzori	1 unit.	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Protocoloale de lucru preprogramate		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Protocoloale de lucru setate de utilizator		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Memorie internă		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Trendingul evenimentelor		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Arhivarea datelor		obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Imprimantă	Încorporată	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Forme de raportare	Viteza de înscriere	min. 25, 50 mm/s	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Înscriere continuă	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Preprogramate	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Personalizate	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Alimentarea	rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Baterie internă	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Timp de lucru autonom	minim 2 h	Da, corespunde, timp de lucru 5h (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Interfața de conectare la monitorul central	Ethernet / wireless / RS-232 / etc.	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Alarma	Vizuala, sonora	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Manjetă deconectată	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Manjetă defect	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Senzor SpO2 deconectat	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Senzor SpO2 defect	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Nivelul baterie scăzut	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Alarmerata cardiacă scăzută/mărită	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Lipsă sursă externă de alimentare	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
	Ajustarea nivelului de alarmă	obligatoriu	Da, corespunde (BT-770 Catalog.pdf / Anexa No. 1 - BT-770 Specification.pdf)
Accesorii			
Cablu ECG	cu 3 electrozi	2 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Cabru ECG cu 3 electrozi este inclus în oferta - 2 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Electrozi ECG	adult, unică utilizare	300 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde , Electrozi ECG de unica folosință sunt incluși în ofertă - 300 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)

	pediatric, unică utilizare	300 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde , Electrozi ECG de unica folosință sunt incluși în ofertă - 300 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Senzor SpO2	adult, reutilizabil tip cle	2 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde Da, corespunde, Senzor SpO2 este inclus în ofertă - 2 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
	pediatric, reutilizabil	2 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde Da, corespunde, Senzor SpO2 este inclus în ofertă - 2 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Senzor Temperatură	reutilizabil	1 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Senzor de temperatură este inclus în ofertă - 1 buc. (Anexa No 1- BT770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Manjete NIBP	adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)	2 set., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Manjete NIBP inclus în oferta - 2 set (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
	pediatric, pediatric mediu, pediatric mare reutilizabil (1set/3buc)	2 set., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Manjete NIBP inclus în oferta - 2 set (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 5/5 - Options)
Hîrtie termică		5 buc., să se indice codul produsului	Da, corespunde, Hârtie termică este inclusă în ofetă - 5 buc. (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 4/5 - Options)
Troleu pe roțile	Indicați modelul oferit	model produsului oferit	Da, corespunde, troleu cu toate accesoriile este inclus în ofertă (Anexa No 1- BT-770 Specification.pdf, Pag. 4/5-5/5 - Options)
	min. 5 roțile	obligatoriu	
	min. 2 roțile cu frînă	obligatoriu	
	coș pentru accesorii	obligatoriu	
	mîner pentru transport	obligatoriu	
	sistem de fixare a dispozitivului de suport	obligatoriu	

Semnat:

Nume: Petru BOLEA
În calitate de: Șef Departament

Comercial Denumirea firmei și sigiliu:
SC IMUNOTEHNOMED SRL