

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1637221193660 din 21.12.2021
Obiectul achiziției: Consumabile pentru utilaj medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 26//Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	41004000-6(red cap)	Turcia	RVENT Medikal	Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	Circuit de unică utilizare pediatric/nou-născut, 15 mm de minim 1,6 m, piesa Y cu port luer lock pentru mașină de anestezie Drager Fabius Plus XL	
Lot 27//Circuit respirator matur de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	13113001-3 (+chamber, +pressure line)	Turcia	RVENT Medikal	Circuit respirator matur de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	Circuit respirator matur de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	
Lot 28//Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	75113001-1 (+chamber)	Turcia	RVENT Medikal	Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	Circuit respirator nou-născut de unică folosință cu camera de umidificare integrate compatibil cu umidificatorul MR 850 și capcana de apa, tub cu element incalzitor compatibil cu ventilator Avea Standart	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau