

Specificații tehnice

Procedura de achiziție : nr. MTender ID- ocds-b3wdp1-MD-1744113254667 (Achizitii.md ID-21396970) din 08.04.2025						
Obiectul achiziției: Achiziția durimetrului dinamic portabil						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziția durimetrului dinamic portabil	TMTECK Leeb hardness tester THL210	China	TMTECK	<u>Conform Caietului de sarcini</u> - Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS - Sonda de impact: tip D - Sonde opționale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL - Unghiul de măsură cel mai mic a probei: Rmin= 10mm - Grosimea minimă a suprafeței solide: 0.8 mm - Interfata: USB 1.0 si USB cu membrană de protecție - Alimentare: baterii AA - Operare continuă: nu mai puțin de 100 h (ore) - Condiții de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: <90%	- Scale de duritate: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS - Sonda de impact: tip D - Sonde opționale interschimbabile: DC/D+15/G/C/DL - Unghiul de măsură cel mai mic a probei: Rmin= 10mm - Grosimea minimă a suprafeței solide: 0.8 mm - Interfata: USB 1.0 si USB cu membrană de protecție - Alimentare: baterii AA - Operare continuă: nu mai puțin de 100 h (ore) - Condiții de operare: 0 .. 40 °C / umiditate: ≤90%	EN 61326-1: 2006

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv
SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 12 mai 2025