

Specificații tehnice

Nr. Licitației	21575362 / ocds-b3wdp1-MD-1772547732662					Data: 25.03.2026		Alternativa Nr.:
Denumirea Licitației	"Servicii de mentenanță periodică și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026"					Lot. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 23. 26. 27		Pagina: 1 din 7
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
Lotul 14								
50421000-2	1	Acvadistilator D-25 (secția LAM)	Acvadistilator D-25 (secția LAM)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea reziduurilor de pe suprafețele exterioare, verificarea nivelului apei și a alimentării cu apă, monitorizarea procesului de distilare, îndepărtarea depunerilor de calcar, verificarea și curățarea rezistenței electrice – pentru a preveni scăderea eficienței de încălzire, inspectarea sistemului de răcire și a condensatorului, curățarea completă a camerei de fierbere, verificarea și curățarea robinetului de evacuare, testarea componentelor electrice 4. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rezistenței electrice, repararea sau înlocuirea senzorilor de temperature, înlocuirea garniturilor și a componentelor de etanșare , teste de funcționare și siguranță: (verificarea debitului de apă distilată, testarea calității apei distilate, monitorizarea consumului de energie) etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea reziduurilor de pe suprafețele exterioare, verificarea nivelului apei și a alimentării cu apă, monitorizarea procesului de distilare, îndepărtarea depunerilor de calcar, verificarea și curățarea rezistenței electrice – pentru a preveni scăderea eficienței de încălzire, inspectarea sistemului de răcire și a condensatorului, curățarea completă a camerei de fierbere, verificarea și curățarea robinetului de evacuare, testarea componentelor electrice 4. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rezistenței electrice, repararea sau înlocuirea senzorilor de temperature, înlocuirea garniturilor și a componentelor de etanșare , teste de funcționare și siguranță: (verificarea debitului de apă distilată, testarea calității apei distilate, monitorizarea consumului de energie) etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	Conform cerintelor
50421000-2	2	Distilator DE – 25 (secția LNR)	Distilator DE – 25 (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	3	Distilator GI – 2 (secția LNR)	Distilator GI – 2 (secția LNR)					Conform cerintelor

Lotul 15								
50421000-2	1	Autoclav 100L, AISI 316 L, 5050 ELV (secția LAM)	Autoclav 100L, AISI 316 L, 5050 ELV (secția LAM)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Curățarea și dezinfectarea interioară și exterioară, verificarea și întreținerea sistemului de uscare și ventilație, verificarea sistemului de încălzire, testarea valvelor și siguranței, verificarea sistemului de control și ecranului digital, sistemului de Presiune, Gasketurilor și etanșărilor, sistemului de aerificare cu apă, testarea funcționalității autoclavului, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Curățarea și dezinfectarea interioară și exterioară, verificarea și întreținerea sistemului de uscare și ventilație, verificarea sistemului de încălzire, testarea valvelor și siguranței, verificarea sistemului de control și ecranului digital, sistemului de Presiune, Gasketurilor și etanșărilor, sistemului de aerificare cu apă, testarea funcționalității autoclavului, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	Conform cerintelor
50421000-2	2	Autoclav,40 l, FN 400P, OT 40 l (secția LAM)	Autoclav,40 l, FN 400P, OT 40 l (secția LAM)					Conform cerintelor
50421000-2	3	Autoclav BK-75 (secția LAM)	Autoclav BK-75 (secția LAM)					Conform cerintelor
50421000-2	4	Autoclav Tutnauer 388870ELV (secția LNR)	Autoclav Tutnauer 388870ELV (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	5	Autoclav Biobase BKO - B10011 (secția LNR)	Autoclav Biobase BKO - B10011 (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	6	Autoclav Systec 5075 E (secția LNR)	Autoclav Systec 5075 E (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	7	Autoclav Raypa AES – 150 (secția LNR)	Autoclav Raypa AES – 150 (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	8	Autoclav Systec VE – 95 (secția LNR)	Autoclav Systec VE – 95 (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	9	Autoclav GC - 100-3 (secția Autoclavare)	Autoclav GC - 100-3 (secția Autoclavare)					Conform cerintelor
50421000-2	10	Autoclav VC – 75 (secția Autoclavare)	Autoclav VC – 75 (secția Autoclavare)					Conform cerintelor
50421000-2	11	Autoclav VKQ - B – 200 (secția Autoclavare)	Autoclav VKQ - B – 200 (secția Autoclavare)					Conform cerintelor
50421000-2	12	Autoclav vertical SVSTECMLV 50/75 (LRR)	Autoclav vertical SVSTECMLV 50/75 (LRR)					Conform cerintelor
50421000-2	13	Autoclav vertical VE-75 (LRR)	Autoclav vertical VE-75 (LRR)					Conform cerintelor

Lotul 18								
50421000-2	1.1	Sterilizator GP-40 secția LAM	Sterilizator GP-40 secția LAM			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea și calibrarea senzorilor, curățarea și verificarea camerei de sterilizare, verificarea ușii și a sistemului de etanșare, înlocuirea filtrelor actualizarea software-ului, etc 2. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): repararea eventualelor scurgeri de gaz, detectarea și remedierea problemelor de etanșeitate, înlocuirea componentelor defecte (pompele de vid, ventilele sau plăcile electronice), repararea sistemului de afișaj și control, teste de funcționare și siguranță (ciclurile de sterilizare, parametrilor de proces, eficiență microbiologică), etc. 3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea și calibrarea senzorilor, curățarea și verificarea camerei de sterilizare, verificarea ușii și a sistemului de etanșare, înlocuirea filtrelor actualizarea software-ului, etc 2. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): repararea eventualelor scurgeri de gaz, detectarea și remedierea problemelor de etanșeitate, înlocuirea componentelor defecte (pompele de vid, ventilele sau plăcile electronice), repararea sistemului de afișaj și control, teste de funcționare și siguranță (ciclurile de sterilizare, parametrilor de proces, eficiență microbiologică), etc. 3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	Conform cerintelor
50421000-2	1.2	Sterilizator GP-40 secția ATI	Sterilizator GP-40 secția ATI					Conform cerintelor
50421000-2	2.1	Sterilizator GP-80 secția LAM	Sterilizator GP-80 secția LAM			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea și calibrarea senzorilor, curățarea și verificarea camerei de sterilizare, verificarea ușii și a sistemului de etanșare, înlocuirea filtrelor actualizarea software-ului, etc 2. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): repararea eventualelor scurgeri de gaz, detectarea și remedierea problemelor de etanșeitate, înlocuirea componentelor defecte (pompele de vid, ventilele sau plăcile electronice), repararea sistemului de afișaj și control, teste de funcționare și siguranță (ciclurile de sterilizare, parametrilor de proces, eficiență microbiologică), etc. 3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: verificarea și calibrarea senzorilor, curățarea și verificarea camerei de sterilizare, verificarea ușii și a sistemului de etanșare, înlocuirea filtrelor actualizarea software-ului, etc 2. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): repararea eventualelor scurgeri de gaz, detectarea și remedierea problemelor de etanșeitate, înlocuirea componentelor defecte (pompele de vid, ventilele sau plăcile electronice), repararea sistemului de afișaj și control, teste de funcționare și siguranță (ciclurile de sterilizare, parametrilor de proces, eficiență microbiologică), etc. 3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora.	Conform cerintelor
50421000-2	2.2	Sterilizator GP-80 secția ATI	Sterilizator GP-80 secția ATI				3. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora.	Conform cerintelor

50421000-2	2.3	Sterilizator GP-80 serviciul Diagnostic	Sterilizator GP-80 serviciul Diagnostic			La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	Conform cerintelor
50421000-2	3	Dry air Sterilizator,40, FN 400 P (secția LAM)	Dry air Sterilizator,40, FN 400 P (secția LAM)					Conform cerintelor
50421000-2	4	Sterilizator Binder FED 400 (secția LNR)	Sterilizator Binder FED 400 (secția LNR)					Conform cerintelor
Lotul 19								
50421000-2	1	Termostat TC-80 (secția LAM)	Termostat TC-80 (secția LAM)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Curățarea dispozitivului, verificarea funcționării senzorilor, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice, actualizarea software-ului (dacă este necesar), testarea funcției de programare, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Curățarea dispozitivului, verificarea funcționării senzorilor, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice, actualizarea software-ului (dacă este necesar), testarea funcției de programare, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	Conform cerintelor
50421000-2	2	Termostat TC-80-2 (secția LAM)	Termostat TC-80-2 (secția LAM)					Conform cerintelor
50421000-2	3	Termostat TV-80-1 (secția LAM)	Termostat TV-80-1 (secția LAM)					Conform cerintelor
50421000-2	4	Termostat Binder BD 400 (secția LNR)	Termostat Binder BD 400 (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	5	Termostat Polco-aparatura CLV 400 (secția LNR)	Termostat Polco-aparatura CLV 400 (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	6	Termostat Memmert IN750/UF260 (secția LNR)	Termostat Memmert IN750/UF260 (secția LNR)					Conform cerintelor
50421000-2	7	Precision Incubator CLW 400 Smart POL-ECO (secția LRR)	Precision Incubator CLW 400 Smart POL-ECO (secția LRR)					Conform cerintelor
50421000-2	8	Termostat (precision incubator) (secția LRR)	Termostat (precision incubator) (secția LRR)					Conform cerintelor
50421000-2	9	Termostat 37 c 40ert (secția LRR)	Termostat 37 c 40ert (secția LRR)					Conform cerintelor
50421000-2	10	Termostat HX-1 (secția LRR)	Termostat HX-1 (secția LRR)					Conform cerintelor
50421000-2	11	Termostat NITECH (secția LRR)	Termostat NITECH (secția LRR)					Conform cerintelor
Lotul 20								

50421000-2	1	Centrifugă Hettich Rotina 380R (secția LNR-2/ LRR-1)	Centrifugă Hettich Rotina 380R (secția LNR-2/ LRR-1)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea camerei de centrifugare (îndepărtarea reziduurilor și a eventualelor contaminanți),verificarea echilibrării rotorului și a brațelor de susținere (lubrifierea lagărelor și a componentelor mobile inspectarea cablurilor de alimentare și a mufelor), verificarea și calibrarea vitezei și a forței centrifuge (RCF) 3. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rotorului sau a coșurilor de transport (în cazul în care sunt fisurate sau uzate), repararea sau înlocuirea sistemului de control electronic, înlocuirea garniturilor și a componentelor de siguranță, teste de funcționare și siguranță: testarea senzorilor de siguranță, verificarea funcției de răcire, confirmarea vitezei și a timpului de funcționare, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea camerei de centrifugare (îndepărtarea reziduurilor și a eventualelor contaminanți),verificarea echilibrării rotorului și a brațelor de susținere (lubrifierea lagărelor și a componentelor mobile inspectarea cablurilor de alimentare și a mufelor), verificarea și calibrarea vitezei și a forței centrifuge (RCF) 3. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rotorului sau a coșurilor de transport (în cazul în care sunt fisurate sau uzate), repararea sau înlocuirea sistemului de control electronic, înlocuirea garniturilor și a componentelor de siguranță, teste de funcționare și siguranță: testarea senzorilor de siguranță, verificarea funcției de răcire, confirmarea vitezei și a timpului de funcționare, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	Conform cerintelor
50421000-2	2	Centrifugă Rotina 420 (secția LRR)	Centrifugă Rotina 420 (secția LRR)					Conform cerintelor
50421000-2	3	Centrifugă Micro 200 (secția LRR)	Centrifugă Micro 200 (secția LRR)					Conform cerintelor
Lotul 21								
50421000-2	1	Pompă cu seringă JSB 1200-1800 (secția ATI)	Pompă cu seringă JSB 1200-1800 (secția ATI)					Conform cerintelor
50421000-2	2	Pompă cu seringă Alaris GH plus (secția ATI)	Pompă cu seringă Alaris GH plus (secția ATI)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	Conform cerintelor
50421000-2	3	Pompă de infuzie SP-5 (secția ATI)	Pompă de infuzie SP-5 (secția ATI)					Conform cerintelor
50421000-2	4	Pompă de infuzie VP-5 (secția ATI)	Pompă de infuzie VP-5 (secția ATI)					Conform cerintelor

50421000-2	5	Injectomate FAESENIOUS Kabi (seringi electrice) (secția ATI)	Injectomate FAESENIOUS Kabi (seringi electrice) (secția ATI)					Conform cerintelor
50421000-2	6	Seringi cu pompă Compact Plus B. Brown (secția ATI)	Seringi cu pompă Compact Plus B. Brown (secția ATI)					Conform cerintelor
Lotul 23								
50421000-2	1	Monitor Patient (pentru pacient) BT-770 (secția ATI)	Monitor Patient (pentru pacient) BT-770 (secția ATI)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	Conform cerintelor
50421000-2	2	Monitor de pacient iM80 / pentru monitorizarea funcțiilor vitale (secția ATI)	Monitor de pacient iM80 / pentru monitorizarea funcțiilor vitale (secția ATI)					Conform cerintelor
50421000-2	3	Monitor de pacient iM60 (secția ATI)	Monitor de pacient iM60 (secția ATI)					Conform cerintelor
50421000-2	4	Monitor de pacient PM 900 Biocare (secția ATI)	Monitor de pacient PM 900 Biocare (secția ATI)					Conform cerintelor
Lotul 26								
50421000-2	1	Aspirator toracic LTA 270 (secția ATI)	Aspirator toracic LTA 270 (secția ATI)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	Conform cerintelor
50421000-2	2	Aspirator chirurgical Super Vega (secția ATI)	Aspirator chirurgical Super Vega (secția ATI)					Conform cerintelor
Lotul 27								
50421000-2	1	Electrocardiograf cu canale multiple (secția ATI)	Electrocardiograf cu canale multiple (secția ATI)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	Conform cerintelor

50421000-2	2	Electrocardiograf EDAN SE 300 (serviciul Diagnostic)	Electrocardiograf EDAN SE 300 (serviciul Diagnostic)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	Conform cerintelor
50421000-2	3	Electrocardiograf 600A Fazini (serviciul Diagnostic)	Electrocardiograf 600A Fazini (serviciul Diagnostic)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	Conform cerintelor
50421000-2	4	Electrocardiograf cu troleu, 12 canale, SE1200 express (Pneumologie nr.1)	Electrocardiograf cu troleu, 12 canale, SE1200 express (Pneumologie nr.1)			1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță corectivă la necesitate.	Conform cerintelor

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "MEDEC Service" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110C

Specificații de preț

Numărul licitației: 21575362 / ocds-b3wdp1-MD-1772547732662					Data: 25.03.2026				Alternativa nr.			
Denumirea licitației: "Servicii de mentenanță periodică și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026"					Lot. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 23. 26. 27				Pagina 1 din 4			
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ	Discount %	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Lotul 14										800,00		
50421000-2	1	Acvadistilator D-25 (secția LAM)	buc	2	190.0000	228.0000	380.0000	456.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	2	Distilator DE – 25 (secția LNR)	buc	1	190.0000	228.0000	190.0000	228.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	3	Distilator GI – 2 (secția LNR)	buc	1	190.0000	228.0000	190.0000	228.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
Total lotul 14							760.00	912.00				
Lotul 15										5 241,00		
50421000-2	1	Autoclav 100L, AISI 316 L, 5050 ELV (secția LAM)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	2	Autoclav, 40 l, FN 400P, OT 40 l (secția LAM)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	3	Autoclav BK-75 (secția LAM)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	4	Autoclav Tutnauer 388870ELV (secția LNR)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	5	Autoclav Biobase BKO - B10011 (secția LNR)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	6	Autoclav Systec 5075 E (secția LNR)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	7	Autoclav Raypa AES – 150 (secția LNR)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	8	Autoclav Systec VE – 95 (secția LNR)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			
50421000-2	9	Autoclav GC - 100-3 (secția Autoclavare)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).			

50421000-2	10	Autoclav VC – 75 (secția Autoclavare)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	11	Autoclav VKQ - B – 200 (secția Autoclavare)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	12	Autoclav vertical SVSTECMLV 50/75 (LRR)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	13	Autoclav vertical VE-75 (LRR)	buc	1	390.0000	468.0000	390.0000	468.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 15							5,070.00	6,084.00			
Lotul 18										700,00	
50421000-2	1.1	Sterilizator GP-40 secția LAM	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	1.2	Sterilizator GP-40 secția ATI	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2.1	Sterilizator GP-80 secția LAM	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2.2	Sterilizator GP-80 secția ATI	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2.3	Sterilizator GP-80 serviciul Diagnostic	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	3	Dry air Sterilizator,40, FN 400 P (secția LAM)	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	4	Sterilizator Binder FED 400 (secția LNR)	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 18							665.00	798.00			
Lotul 19										2 600,00	
50421000-2	1	Termostat TC-80 (secția LAM)	buc	7	85.0000	102.0000	595.0000	714.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2	Termostat TC-80-2 (secția LAM)	buc	4	85.0000	102.0000	340.0000	408.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	3	Termostat TV-80-1 (secția LAM)	buc	1	85.0000	102.0000	85.0000	102.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	4	Termostat Binder BD 400 (secția LNR)	buc	6	85.0000	102.0000	510.0000	612.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	5	Termostat Polco-aparatura CLV 400 (secția LNR)	buc	5	85.0000	102.0000	425.0000	510.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	6	Termostat Memmert IN750/UF260 (secția LNR)	buc	2	85.0000	102.0000	170.0000	204.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		

50421000-2	7	Precision Incubator CLW 400 Smart POL-ECO (secția LRR)	buc	1	85.0000	102.0000	85.0000	102.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	8	Termostat (precision incubator) (secția LRR)	buc	1	85.0000	102.0000	85.0000	102.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	9	Termostat 37 c 40ert (secția LRR)	buc	1	85.0000	102.0000	85.0000	102.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	10	Termostat HX-1 (secția LRR)	buc	1	85.0000	102.0000	85.0000	102.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	11	Termostat NITECH (secția LRR)	buc	1	85.0000	102.0000	85.0000	102.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 19							2,550.00	3,060.00			
Lotul 20										500,00	
50421000-2	1	Centrifugă Hettich Rotina 380R (secția LNR-2/ LRR-1)	buc	3	95.0000	114.0000	285.0000	342.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2	Centrifugă Rotina 420 (secția LRR)	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	3	Centrifugă Micro 200 (secția LRR)	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 20							475.00	570.00			
Lotul 21										17 510,00	
50421000-2	1	Pompă cu seringă JSB 1200-1800 (secția ATI)	buc	5	380.0000	456.0000	1,900.0000	2,280.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2	Pompă cu seringă Alaris GH plus (secția ATI)	buc	15	380.0000	456.0000	5,700.0000	6,840.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	3	Pompă de infuzie SP-5 (secția ATI)	buc	6	380.0000	456.0000	2,280.0000	2,736.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	4	Pompă de infuzie VP-5 (secția ATI)	buc	6	380.0000	456.0000	2,280.0000	2,736.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	5	Injectomate FAESINIUS Kabi (seringi electrice) (secția ATI)	buc	6	380.0000	456.0000	2,280.0000	2,736.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	6	Seringi cu pompă Compact Plus B. Brown (secția ATI)	buc	8	380.0000	456.0000	3,040.0000	3,648.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 21							17,480.00	20,976.00			
Lotul 23										1 342,00	
50421000-2	1	Monitor Patient (pentru pacient) BT-770 (secția ATI)	buc	4	134.0000	160.8000	536.0000	643.2000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2	Monitor de pacient iM80 / pentru monitorizarea funcțiilor vitale (secția ATI)	buc	2	134.0000	160.8000	268.0000	321.6000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		

50421000-2	3	Monitor de pacient iM60 (secția ATI)	buc	2	134.0000	160.8000	268.0000	321.6000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	4	Monitor de pacient PM 900 Biocare (secția ATI)	buc	2	134.0000	160.8000	268.0000	321.6000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 23							1,340.00	1,608.00			
Lotul 26										200,00	
50421000-2	1	Aspirator toracic LTA 270 (secția ATI)	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2	Aspirator chirurgical Super Vega (secția ATI)	buc	1	95.0000	114.0000	95.0000	114.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 26							190.00	228.00			
Lotul 27										980,00	
50421000-2	1	Electrocardiograf cu canale multiple (secția ATI)	buc	1	240.0000	288.0000	240.0000	288.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	2	Electrocardiograf EDAN SE 300 (serviciul Diagnostic)	buc	1	240.0000	288.0000	240.0000	288.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	3	Electrocardiograf 600A Fazini (serviciul Diagnostic)	buc	1	240.0000	288.0000	240.0000	288.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
50421000-2	4	Electrocardiograf cu troleu, 12 canale, SE1200 express (Pneumologie nr.1)	buc	1	240.0000	288.0000	240.0000	288.0000	Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni).		
Total lotul 27							960.00	1,152.00			
Total OFERTA							29,490.00	35,388.00			

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "MEDEC Service" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110C

ORDIN DE PLATA		Nr.	717	DATA EMITERII	24 MARTIE 2026	TIP.DOC.1
PLATITI:	300.00	MDL trei sute lei 00 bani				
PLATITOR:		CODUL IBAN		MD69M02224ASV23124167100		
(R)MEDEC-SERVICE S.R.L.		CODUL FISCAL		1005600050393		
PRESTATORUL PLATITOR: OTP Bank S.A.						
BENEFICIAR:		CODUL IBAN		MD46ML000000002251202272		
(R)I.M.S.P. INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE 'CHIRIL DRAGANIUC'		CODUL FISCAL		1003600151724		
PRESTATORUL BENEFICIAR: BC 'Moldindconbank' S.A.						
DESTINATIA PLATII:				TIPUL TRANSFERULUI		
Garantia bancara pentru oferta la LD nr. 21575362 / ocds-b3wdp1-MD-1772547732662 din 25.03.2026				NORMAL / URGENT		
				N		
				L.s.		
				<u>dragutan serghei</u>		
				<u>dragutan serghei</u>		
				SEMNATURILE EMITENTULUI		
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII				
001	24 MARTIE 2026 11:55:16	24 MARTIE 2026				
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking						
				SEMNATURA PRESTATORULUI		
MOTIVUL REFUZULUI						
Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *						

*Campuri optionale