

Cererea ofertelor de prețuri nr. 21019158						Data: „25” Februarie 2020		Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:		"Reagenți pentru investigații medicale de laborator și alte consumabile, conform necesităților IMSP Spitalul Raional Singerei pentru anul 2020"				Lot: _____		Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8		9
		Lot.2 Reagenți pentru cercetarea sistemului de hemostază								
2.1	33600000-6	Tromboplastină lichidă pentru determinarea timpului de protombină (TP) metoda Clot, ISI≤1,3. Compoziția reactivului: Tromboplastină lichidă din creier de iepure cu clorură de calciu, stabilizată și conservată.	735	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Tromboplastină lichidă pentru determinarea timpului de protombină (TP) metoda Clot, ISI≤1,3. Compoziția reactivului: Tromboplastină lichidă din creier de iepure cu clorură de calciu, stabilizată și conservată.		Tromboplastină lichidă pentru determinarea timpului de protombină (TP) metoda Clot, ISI≤1,3. Compoziția reactivului: Tromboplastină lichidă din creier de iepure cu clorură de calciu, stabilizată și conservată.		Certificat CE, ISO
2.2	33600000-6	Set pentru determinarea timpului de protombină parțial activată (TTPA) . Compoziția reactivului: 1) activator de particule paracoloideale(silicat de magneziu și aluminiu), fosfolipid în soluție tampon și stabilizatori; 2) soluție clorură de calciu 0,025M.	652	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Set pentru determinarea timpului de protombină parțial activată (TTPA) . Compoziția reactivului: 1) activator de particule paracoloideale(silicat de magneziu și aluminiu), fosfolipid în soluție tampon și stabilizatori; 2) soluție clorură de calciu 0,025M.		Set pentru determinarea timpului de protombină parțial activată (TTPA) . Compoziția reactivului: 1) activator de particule paracoloideale(silicat de magneziu și aluminiu), fosfolipid în soluție tampon și stabilizatori; 2) soluție clorură de calciu 0,025M.		Certificat CE, ISO
2.3	33600000-6	Trombin reagent pentru determinarea fibrinogenului metoda Clauss în plasma diluată. Componenta setului: Trombina liofilizată de proveniență bovină; Caolin -suspensie 0,5 g/l; ; Buffer pentru diluție - soluție de barbital și clorură de sodiu, sodium azide; calibrator - plasmă liofilizată de proveniență umană.	609	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Trombin reagent pentru determinarea fibrinogenului metoda Clauss în plasma diluată. Componenta setului: Trombina liofilizată de proveniență bovină; Caolin -suspensie 0,5 g/l; ; Buffer pentru diluție - soluție de barbital și clorură de sodiu, sodium azide; calibrator - plasmă liofilizată de proveniență umană.		Trombin reagent pentru determinarea fibrinogenului metoda Clauss în plasma diluată. Componenta setului: Trombina liofilizată 4 fl		Certificat CE, ISO
2.4	33600000-6	Control plasma cu valori normale ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen	774	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Control plasma cu valori normale ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen		Control plasma cu valori normale 7 parametri		Certificat CE, ISO

2.5	33600000-6	Control plasma cu valori patologice de diferite nivele ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen	775	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Control plasma cu valori patologice de diferite nivele ale parametrilor de hemostază: TP-timp protrombină, TTPA și Fibrinogen	Control plasma cu valori patologice 7 parametri	Certificat CE, ISO
		Lot.4 Teste imunologice						
4.1	33600000-6	ASO: antistreptolizina O	8.00.02.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	ASO: antistreptolizina O. Metoda de testare-aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu streptolizina-O; sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - clorură de amoniu 200 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul ASO > 200 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul ASO < 200 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacției de aglutinare.	ASO Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO
4.2	33600000-6	PCR - Proteina C Reactivă.	8.00.00.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	PCR - Proteina C Reactivă. Metoda de testare-aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi anti-Proteina C Reactivă de origine umană(anti-PCR); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - borate buffer 100 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul PCR > 6 mg/l. Control negativ - ser cu conținutul PCR < 6 mg/l. Carduri pentru efectuarea reacției de aglutinare.	CRP Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml Control)	Certificat CE, ISO
4.3	33600000-6	FR - Factor Reumatoid	8.00.04.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	FR - Factor Reumatoid. Metoda de testare - aglutinare pe placă pe fon negru.Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi gama-globulină de origine umană(anti-RF); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - glycine buffer 100 mmol/l cu pH 8,2 . Control pozitiv - ser cu conținutul FR > 30 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul FR < 30 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacției de aglutinare.	RF Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE, ISO
4.4	33600000-6	Test la Troponina I.	CG2001	CHINA	Getein Biotech	Test la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	Test la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 0,3 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	Certificat CE, ISO
4.5	33600000-6	Test HBV panel	71014	SUA	Lumiquick	Test HBV panel. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Test HBV panel. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a markerilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marker. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Certificat ISO

4.6	33600000-6	Test HBsAg	71004	SUA	Lumiquick	Test HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Test HBsAg. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a markerului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Certificat ISO
4.7	33600000-6	Test anti-HCV	71030	SUA	Lumiquick	Test anti-HCV. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Test anti-HCV. Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale.	Certificat ISO
		Lot.6 Reagenți pentru determinarea fotocolorimetrică a Hemoglobinei						
6.1	33600000-6	Calibrator Hb (3 concentrații) pentru metoda fotometrică de determinare.	8.02.50.0.00 10	Marea Britanie	Atlas Medical	Calibrator Hb (3 concentrații) pentru metoda fotometrică de determinare.	Hemoglobin Standard, 15g/dL , fl. 10 ml	Certificat CE, ISO
6.2	33600000-6	Reagent concentrat Hemoglobina Determinare fotometrică, metoda Drabkin după punct final. Monoreagent. Reagent lichid concentrat pentru diluție 1 : 50. Ambalaj 30-50 ml. Marcaj CE. Linearitatea: 210 g/l.	8.02.46.1.30 00	Marea Britanie	Atlas Medical	Reagent concentrat Hemoglobina Determinare fotometrică, metoda Drabkin după punct final. Monoreagent. Reagent lichid concentrat pentru diluție 1 : 50. Ambalaj 30-50 ml. Marcaj CE. Linearitatea: 210 g/l.	Drabkins Reagent, 40x, 2x50ml (1000 Teste)	Certificat CE, ISO
		Lot.7 Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei						
7.1	33600000-6	Teste de rutină pentru determinarea a 10 - 11 parametri în proba de urină: Urobilinogen, Bilirubin, Cetone, Sânge, Proteine, Nitrit, Leucocite, Glucoza, Greutatea specifică și pH.	Mission 10U	SUA	ACON	Teste de rutină pentru determinarea a 10 - 11 parametri în proba de urină: Urobilinogen, Bilirubin, Cetone, Sânge, Proteine, Nitrit, Leucocite, Glucoza, Greutatea specifică și pH.	Teste de rutină pentru determinarea a 10 - 11 parametri în proba de urină: Urobilinogen, Bilirubin, Cetone, Sânge, Proteine, Nitrit, Leucocite, Glucoza, Greutatea specifică și pH.	Certificat CE, ISO
7.2	33600000-6	Teste de rutină pentru determinarea a 5 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza, Cetone, Greutatea specifică și pH.	Mission 8N	SUA	ACON	Teste de rutină pentru determinarea a 5 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza, Cetone, Greutatea specifică și pH.	Teste de rutină pentru determinarea a 5 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza, Cetone, Greutatea specifică și pH.	Certificat CE, ISO
7.3	33600000-6	Teste de rutină pentru determinarea a 2 parametri în proba de urină: Proteine și Glucoza	Mission 2GE	SUA	ACON	Teste de rutină pentru determinarea a 2 parametri în proba de urină: Proteine și Glucoza	Teste de rutină pentru determinarea a 2 parametri în proba de urină: Proteine și Glucoza	Certificat CE, ISO
		Lot. 12 Eprubetă din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml						
12.1	33600000-6	Eprubetă din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml	318012+ 318070	ITALIA	Syntesys	Eprubetă din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml	Eprubetă din propilenă cu capac, volum 10 ml, gradată: 2,5-5,0-10,0 ml	Certificat CE, ISO
		Lot. 13. Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată până la 3,0 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac						

13.1	33600000-6	Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată până la 3,0 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac	318614	ITALIA	Syntesys	Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată până la 3,0 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac	Eprubete pentru cercetări de hemostază cu citrat de sodiu gradată 2,5 ml din polipropilenă cu etichetă , cu capac	Certificat CE, ISO
		Lot. 26 Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm; să fie ambalate de producător.						
26.1	33600000-6	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm; să fie ambalate de producător.	371100	ITALIA	Syntesys	Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 2 mm, lățimea - 2,5cm; să fie ambalate de producător.	Lame sticlă, lungimea - 7,6 cm, grosimea - 1,2 mm, lățimea - 2,6cm; ambalate de producător.	Certificat CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9