

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1611303748182 din 01.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția măștilor CPAP universale și nazale, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, pentru anul 2021

Nr. loturilor	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lotul nr. 1 Măști CPAP universale full face	1359508/R	Italia	Dimar	-Masca propriu zisa : din polycarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare. -Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon. - Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare intre curele de tip „velcro”. -Diametrul tubului conector- 22 mm ±1 mm. -Mărime masca- M, L, XL.	-Masca propriu zisa : din polycarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare. -Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon. - Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare intre curele de tip „velcro”. -Diametrul tubului conector- 22 mm mm. -Mărime masca- M, L, XL. (Beneficiarul poate alege model cu filet sau fara filet (vented and not vented) dintre codurile: 700/10614, 700/10615, 700/10616, 700/10624, 700/10625, 700/10626))	

Semnata: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau