

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul raional Rezina

adresa: 5400, MOLDOVA, Rezina, or.Rezina (r-l Rezina), str.27 August 7

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1732717425864 din 09.12.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reactive, calibratori și materiale de control necesare pentru anul 2025

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 06.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul raional Rezina

adresa: 5400, MOLDOVA, Rezina, or.Rezina (r-l Rezina), str.27 August 7

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reactive, calibratori și materiale de control necesare pentru anul 2025"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732717425864 din 09.12.2024

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 08.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 06.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1732717425864 din 09.12.2024		
Obiectul achiziției:						Reactive, calibratori și materiale de control necesare pentru anul 2025		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Lotul 2 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul biochimic automat A-15 Biosystem (sistem închis) a.17 ord.nr.374 a MS din 05.05.2014	AST (GOT)	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj tandart pentru A-15, flacoane cu volumul până la 50 ml. Firmacăstigătoare a reagenților să prezinte certificat eliberat de producătorul utilajului privind compatibilitatea reagntților propuși cu utilajul medical pentru care vor fi utilizate. Să prezinte certificate de la producător privind pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică emis de compania producătoare. Firma căstigătoare a reactivelor va efectua și deservirea tehnică a aparatajului.	Cerințe generale, ambalaj tandart pentru A-15, flacoane cu volumul până la 50 ml. Firmacăstigătoare a reagenților să prezinte certificat eliberat de producătorul utilajului privind compatibilitatea reagntților propuși cu utilajul medical pentru care vor fi utilizate. Să prezinte certificate de la producător privind pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică emis de compania producătoare. Firma căstigătoare a reactivelor va efectua și deservirea tehnică a aparatajului.	ISO, CE
2.2		ALT(GPT)	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.3		Albumina(Albumin)	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.4		Alcaline phosphatase (ALP)	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	ISO, CE
2.5		Alfa –Amilaza(alfa-Amilase)	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	ISO, CE
2.6		Bilirubin totală (Bilirubin total)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.7		Bilirubina directă(Bilirubin direct)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.8		Calciu(Calcium Arsenazo)	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.9		Cholisterol total (cholesterol)	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.10		Createnina(Createnine)	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.11		Glucoza(glucوزه)	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.12		Fier(Iron-Ferrozine)	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.13		HDL Colisterol (HDL Colesterol)	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	ISO, CE
2.14		LDL Colesterol(LDL Colesterol)	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 20 ml	ISO, CE

2.15		Fosfor(Fhosplror)	12508 PHOSPHORUS	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 25 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 25 ml	ISO, CE
2.16		Magneziu(Magnezium)	12797 MAGNESIUM	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 25 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 25 ml	ISO, CE
2.17		Proteina totală(Total protein)	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.18		Acidul uric(uric acid)	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.19		Trigliceridele(Triglicerides)	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.20		Uree(Urea)	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.21		Creatinkinaza	12524 CREATINE KINASE (CK)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.22		γ Glutamilttransferase	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.23		Lactatdehidrogenaze (LDH)	12580 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.24		Cholinesterase	11589 CHOLINESTERASE (CHE)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 50 ml	ISO, CE
2.25		Multicalibrator biochimic uman	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 5 ml	Cerințe generale, ambalaj standart p/u A-15, flacoane cu volum până la 5 ml	ISO, CE
2.26		Control ser biochimic normal uman	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart , flacoane cu volum până la 5 ml	Cerințe generale, ambalaj standart , flacoane cu volum până la 5 ml	ISO, CE
2.27		Control ser biochimic patologic uman	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	Cerințe generale, ambalaj standart , flacoane cu volum până la 5 ml	Cerințe generale, ambalaj standart , flacoane cu volum până la 5 ml	ISO, CE
3.1	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control p/u analiz. hematologic automat 5 diff Mindray BC 5150 (sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-52Diluent set 20 lit. p/u Mindray	105-004045-00 M-52D Diluent	China	Mindray	Set 1x20 lit. reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de cătreproducătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Set 1x20 lit. reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de cătreproducătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
3.2		M-52 DIFF Lyse set 0,5 lit. p/u Mindray	105-003724-00 M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Set 4x500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de cătreproducătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Set 4x500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de cătreproducătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE

3.3		M-52 LH Lyse set 0,1 lit. p/u Mindray	105-004307-00 M-52LH Lyse	China	Mindray	Set 4x100 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Set 4x100 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
3.4		Probe cleanser fl 50 ml p/u Mindray	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China	Mindray/Arche m	Flac 1x50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Flac 1x50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
3.5		B-52 Materiale de control hematologic set 3x3,5 ml p/u Mindray	105-003233-00/1 BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack (1L, 1N, 1H)	China	Mindray	Set 10,5 ml (3 fl x 3,5 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Set 9 ml (3 fl x 3 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizatorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, firma furnizoare de reactive să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
4.1.	Lotul 4 Reactive pentru analizatorul hematologic Mindray BC 3600 (sistem închis)	M-30 CFL LYSE 0.5 L	A12-000084 M-30CFL LYSE	China	Mindray	set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
4.2.		M-30 D DILUENT 20 L	A12-000047 M-30D DILUENT	China	Mindray	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
4.3.		M-30 R RINSE (II) 5.5L *2	A12-000043 M-30R RINSE (II)	China	Mindray	set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE

4.4.	M-68 Probe Cleanser 50 ml	105-002225-00 M-68 Probe Cleanser	China/Turcia	Mindray/Arche m	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
------	---------------------------	--------------------------------------	--------------	--------------------	---	---	---------

Semnat: _____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1732717425864 din 09.12.2024							
Obiectul achiziției:					Reactive, calibratori și materiale de control necesare pentru anul 2025							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1	Lotul 2 Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul biochimic automat A-15 Biosystem (sistem închis) a.17 ord.nr.374 a MS din 05.05.2014	AST (GOT)	MI	1250	2.33	2.40	2 913.75	3 000.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.2		ALT(GPT)	MI	1250	2.33	2.40	2 913.75	3 000.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.3		Albumina(Albumin)	MI	500	0.93	0.96	467.25	480.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.4		Alcaline phosphatase (ALP)	MI	500	2.78	3.00	1 390.00	1 500.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.5		Alfa –Amilaza(alfa-Amilase)	MI	1000	10.44	11.28	10 440.00	11 280.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.6		Bilirubin totală (Bilirubin total)	MI	1000	1.01	1.09	1 010.00	1 090.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.7		Bilirubina directă(Bilirubin direct)	MI	1000	1.03	1.11	1 030.00	1 110.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.8		Calciu(Calcium Arsenazo)	MI	300	1.26	1.36	378.00	408.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.9		Cholisterol total (cholesterol)	MI	1000	1.61	1.74	1 610.00	1 740.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.10		Createnina(Createnine)	MI	3500	0.63	0.68	2 205.00	2 380.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.11		Glucоза(glucose)	MI	3000	0.63	0.68	1 890.00	2 040.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.12		Fier(Iron-Ferrozine)	MI	500	3.15	3.40	1 575.00	1 700.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.13		HDL Colisterol (HDL Colesterol)	MI	800	16.31	17.61	13 048.00	14 088.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.14		LDL Colesterol(LDL Colesterol)	MI	800	27.38	29.57	21 904.00	23 656.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.15		Fosfor(Fhosplror)	MI	100	2.08	2.25	208.00	225.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.16		Magneziu(Magnezium)	MI	200	1.79	1.93	358.00	386.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.17		Proteina totală(Total protein)	MI	2000	0.89	0.96	1 780.00	1 920.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.18		Acidul uric(uric acid)	MI	400	1.83	1.98	732.00	792.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.19		Trigliceridele(Triglicerides)	MI	400	1.85	2.00	740.00	800.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-

2.20		Uree(Urea)	MI	1250	2.26	2.44	2 825.00	3 050.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.21		Creatinkinaza	MI	180	18.83	20.34	3 389.40	3 661.20	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.22		γ Glutamyltransferase	MI	500	4.18	4.51	2 090.00	2 255.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.23		Lactatdehidrogenaze (LDH)	MI	500	1.94	2.10	970.00	1 050.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.24		Cholinesterase	MI	200	10.71	11.57	2 142.00	2 314.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.25		Multicalibrator biochimic uman	MI	50	63.90	69.01	3 195.00	3 450.50	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.26		Control ser biochimic normal uman	MI	70	63.90	69.01	4 473.00	4 830.70	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
2.27		Control ser biochimic patologic uman	MI	70	63.90	69.01	4 473.00	4 830.70	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT 1	90 150.15	97 037.10			-	-
3.1	Lotul 3 Reagenți, calibratori și material de control p/u analiz. hematologic automat 5 diff Mindray BC 5150 (sist. închis) (a.17 Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14)	M-52Diluent set 20 lit. p/u Mindray	Set	20	757.94	818.58	15 158.80	16 371.60	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
3.2		M-52 DIFF Lyse set 0,5 lit. p/u Mindray	Set	10	5 242.45	5 661.85	52 424.50	56 618.50	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
3.3		M-52 LH Lyse set 0,1 lit. p/u Mindray	Set	10	3 473.91	3 751.82	34 739.10	37 518.20	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
3.4		Probe cleanser fl 50 ml p/u Mindray	Set	20	427.20	512.64	8 544.00	10 252.80	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
3.5		B-52 Materiale de control hematologic set 3x3,5 ml p/u Mindray	Set	6	2 470.37	2 668.00	14 822.22	16 008.00	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT 2	125 688.62	136 769.10			-	-
4.1.	Lotul 4 Reactive pentru analizatorul hematologic Mindray BC 3600 (sistem închis)	M-30 CFL LYSE 0.5 L	Set	6	1 174.81	1 268.79	7 048.86	7 612.74	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
4.2.		M-30 D DILUENT 20 L	Set	6	861.53	930.45	5 169.18	5 582.70	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
4.3.		M-30 R RINSE (II) 5.5L *2	Set	6	313.28	338.34	1 879.68	2 030.04	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
4.4.		M-68 Probe Cleanser 50 ml	Set	12	427.20	512.64	5 126.40	6 151.68	în termen de 5 zile calendaristice	33696500-0	-	-
						TOTAL LOT 3	19 224.12	21 377.16			-	-
						TOTAL Oferta	235 062.89	255 183.36				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1732717425864 din 09.12.2024
din cadrul IMSP Spitalul raional Rezina**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- In caz de castig, va asigura deservirea tehnica si programarea utilajului pe perioada
utilizarii reactivelor

Data completării: 06.12.2024

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)