

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1771928918355__din_24.02.2026
Obiectul achiziției: __Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 19						
Fotoliu pentru colectarea sîngelui	Fotoliu pentru colectarea sîngelui	Moldova	INVEST-FOND SRL	Destinație Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu medical pentru un pacient. Structură Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la coroziune și la agenți de curățare. Bază Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne. Capacitate maximă pacient ≥150 kg Dimensiuni Poziție scaun (L×W×H) acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm și L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere. Poziție întins (L×W×H)	Destinație Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu medical pentru un pacient. Structură Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la coroziune și la agenți de curățare. Bază Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne. Capacitate maximă pacient ≥150 kg Dimensiuni Poziție scaun (L×W×H) acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm și L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere. Poziție	

				acceptat în diapazonul admisibil: L ≥ 1600 mm; W ≥ 650 mm; H ≥ 630 mm și L ≤ 1750 mm; W ≤ 850 mm; H ≤ 760 mm Înălțime șezut de la podea în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat) Greutate fotoliu ≤ 50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate. Segmentare & reglaje Număr segmente 3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate. Spătar – dimensiuni (W×H) $\geq 530 \times \geq 830$ mm, Se acceptă valori echivalente. Spătar – reglaj înclinare Min. $100^\circ \dots \geq 180^\circ$. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Șezut – dimensiuni (W×D) $\geq 520 \times \geq 520$ mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat. Secțiune picioare/genunchi Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Tetieră Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă Cotiere / suport brațe (obligatoriu) Număr cotiere 2 cotiere Dimensiuni cotiere L ≥ 470 mm; W ≥ 140 mm, Grosime ~ 60 mm acceptat. Reglaje cotiere Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime min. 300 mm (acceptat) sau echivalent. Cotiere pliabile Da, Pentru acces facil pacient. Reglaj lățime DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat. Tapițerie / igienă (obligatoriu) Căptușeală Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat. Husă/tapițerie Lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform	întins (L×W×H) acceptat în diapazonul admisibil: L ≥ 1600 mm; W ≥ 650 mm; H ≥ 630 mm și L ≤ 1750 mm; W ≤ 850 mm; H ≤ 760 mm Înălțime șezut de la podea în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat) Greutate fotoliu ≤ 50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate. Segmentare & reglaje Număr segmente 3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate. Spătar – dimensiuni (W×H) $\geq 530 \times \geq 830$ mm, Se acceptă valori echivalente. Spătar – reglaj înclinare Min. $100^\circ \dots \geq 180^\circ$. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Șezut – dimensiuni (W×D) $\geq 520 \times \geq 520$ mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat. Secțiune picioare/genunchi Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent. Tetieră Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă Cotiere / suport brațe (obligatoriu) Număr cotiere 2 cotiere Dimensiuni cotiere L ≥ 470 mm; W ≥ 140 mm, Grosime ~ 60 mm acceptat. Reglaje cotiere Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime min. 300 mm (acceptat) sau echivalent. Cotiere pliabile Da, Pentru acces facil pacient. Reglaj lățime DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat. Tapițerie / igienă (obligatoriu) Căptușeală Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat. Husă/tapițerie Lavabilă,	
--	--	--	--	---	--	--

				instrucțiunilor producătorului. Retardare flacăra DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea. Culoare La alegerea beneficiarului Mobilitate (opțional) Roți pivotante 4 roți Ø ≥125 mm (acceptat). Dacă sunt oferite: frâne individuale (minim 2) și blocare direcție (acceptat). Siguranță / transport / livrare Dezasamblare pentru transport DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există). Margini/colțuri Fără muchii tăioase, Siguranță pacient. Garanție ≥24 luni Instrucțiuni Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid Accesorii indispensabile (minim) Tetieră 1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată. Cotiere, Pliabile și reglabile. 2 buc. Incluse Picioare/role cu protecții Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)	impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform instrucțiunilor producătorului. Retardare flacăra DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea. Culoare La alegerea beneficiarului Mobilitate (opțional) Roți pivotante 4 roți Ø ≥125 mm (acceptat). Dacă sunt oferite: frâne individuale (minim 2) și blocare direcție (acceptat). Siguranță / transport / livrare Dezasamblare pentru transport DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există). Margini/colțuri Fără muchii tăioase, Siguranță pacient. Garanție ≥24 luni Instrucțiuni Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid Accesorii indispensabile (minim) Tetieră 1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată. Cotiere, Pliabile și reglabile. 2 buc. Incluse Picioare/role cu protecții Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)	
Total lot 19						
Lotul 20				Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, (±5°) Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, (±5°) Cu bază fixă da Perna din spuma cu sasiu da MDF si husa din piele artificiala da Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da Baza dezasamblata pentru transport usor da Acoperire cu pulbere epoxidica da Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da Masa totală suportată: ≥ 150 kg; Poziția	Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, (±5°) Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, (±5°) Cu bază fixă da Perna din spuma cu sasiu da MDF si husa din piele artificiala da Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da Baza dezasamblata pentru transport usor da Acoperire cu pulbere epoxidica da Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da Masa totală suportată: ≥ 150 kg; Poziția	

				scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±50 mm Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm)*630 mm, ±50 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±50 mm Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm)*630 mm, ±50 mm Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	
TOTAL						