

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	COP nr. 21043368 / ocds-b3wdp1-MD-1629208375002	Data: 02.09.2021	Alternativa nr.: Nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea - implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale - conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022	Lot: 1	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3310000-1	1	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Tija longitudinală	302.5060(050-500).25	China	Changzhou Hengjie Medical	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 5.5 - 6.0 mm; Lungimea 40 mm – 480 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); De consistență tare pentru fracturi și diformități; Din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 6.0 mm; Lungimea 40 mm – 480 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); De consistență tare pentru fracturi și diformități; Din titan Ti – 6 Al - 4V.	ISO 13485, CE
3310000-1	2	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță	301.50045(25-60).25... 301.50075(25-60).25	China	Changzhou Hengjie Medical	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6		7	8
3310000-1	3	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță	301.40145(25-60).25... 301.40175(25-60).25	China	Changzhou Hengjie Medical	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm – 8 mm; Lungimea 30 mm – 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm – 8 mm; Lungimea 30 mm – 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	ISO 13485, CE
3310000-1	4	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță	301.40045(25-60).25... 301.40075(25-60).25	China	Changzhou Hengjie Medical	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	ISO 13485, CE
3310000-1	5	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță	301.40245(25-60).25... 301.40275(25-60).25	China	Changzhou Hengjie Medical	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
3310000-1	6	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cross-link ajustabil	303.03000(50-80).25	China	Changzhou Hengjie Medical	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu suruburi de fixare; Cross-link ajustabil 40-100 mm Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu suruburi de fixare; Cross-link ajustabil 40-100 mm Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	ISO 13485, CE
3310000-1	7	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cârlig laminar toracal	030.1100014.2 5 030.1100011.2 5	China	Changzhou Hengjie Medical	Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max. 5.5 mm sau 6.0 mm,să fie în concordanță cu sistemul de fixare al șurubului.; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max. 5.5 mm sau 6.0 mm,să fie în concordanță cu sistemul de fixare al șurubului.; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V.	ISO 13485, CE
3310000-1	8	Set de instrumente	Instrumentele și implantele sa fie în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente și desenelor pentru acestea; Trusa de instrumente dotata cu instrument de taiere a tijelor tip guillotină.	—			Să fie oferit gratuit în folosință (custodie) - ISO 13485, -ISO 9001:2015, Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Să fie oferit gratuit în folosință (custodie)	ISO 13485, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: Petru IAROVOI În calitate de: Director

Ofertantul: FPC "SOGNO" S.R.L. Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații tehnice (F4.2)

Numărul licitației:	COP nr. 21043368 / ocds-b3wdp1-MD-1629208375002	02.09.2021	Alternativa:—
Denumirea licitației:	Achiziționarea - implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale - conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare
1				3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Tija longitudinală	buc	30	1100.0	1100.0	33000.0	33000.0	până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1	2	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță	buc	60	965.0	965.0	57900.0	57900.0	
33100000-1	3	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță	buc	140	1000.0	1000.0	140000.0	140000.0	
33100000-1	4	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță	buc	20	1170.0	1170.0	23400.0	23400.0	
33100000-1	5	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță	buc	20	1240.0	1240.0	24800.0	24800.0	
33100000-1	6	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cross-link ajustabil	buc	10	1100.0	1100.0	11000.0	11000.0	
33100000-1	7	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cârlig laminar toracal	buc	20	1240.0	1240.0	24800.0	24800.0	
33100000-1	8	Set de instrumente în custodie	Instrumentele și implantele sa fie în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente și desenelor pentru acestea; Trusa de instrumente dotata cu instrument de taiere a tijelor tip guillotină.	buc	1	0	0	0	0	
Total								314900.0	314900.0	

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOI** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2