

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1737382097026 din 20.01.2025
Obiectul achiziției: „Servicii de verificare periodică a dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge, model Start Profile Prime Plus	Verificare periodică	MDA	CMAC	Analizator automat ale gazelor și electroliților în sânge, model Start Profile Prime Plus	Analizator al echilibrului acido-bazic	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform HG nr. 966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016
2.	Aparat de ventilație artificială, mod. SV300, SV650, iVent201, Zisline MV 300, UVENT-T-S	Verificare periodică	MDA	CMAC	Aparat de ventilație artificială, mod. SV300, SV650, iVent201, Zisline MV 300, UVENT-T-S	Dispozitiv de respirație artificială / Ventilator pulmonar	
3.	Cameră frigorifică Congelator, mod. DW-HL-538	Etalonare	MDA	CMAC	Cameră frigorifică Congelator, mod. DW-HL-538	Incinte termostate	
4.	Dispozitiv de măsurarea presiunii arteriale (mecanice)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Dispozitiv de măsurarea presiunii arteriale (mecanice)	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)	
5.	Electrocardiograf cu 3 canale, mod. SE-3, iE300	Verificare periodică	MDA	CMAC	Electrocardiograf cu 3 canale, mod. SE-3, iE300	Electrocardiograf	
6.	Higrometre, mod. VIT-1, VIT-2	Verificare periodică	MDA	CMAC	Higrometre, mod. VIT-1, VIT-2	Higrometre și psihometre	
7.	Monitor pacient, mod. iM8, mod.	Verificare periodică	MDA	CMAC	Monitor pacient, mod.	Monitor de pacient	

	JR2000D, iM60				iM8, mod. JR2000D, iM60	
8.	Pulsoximetru, mod. H100B	Verificare periodică	MDA	CMAC	Pulsoximetru, mod. H100B	Pulsoximetru / Pulsometru
9.	Pompă de infuzie (cu seringă) JZB-1800	Verificare periodică	MDA	CMAC	Pompă de infuzie (cu seringă) JZB-1800	Pompă de infuzie/ cu seringă
10.	Sterilizator cu caldura uscata, mod. HAS-T70; GP-80, HAS-T200	Verificare periodică	MDA	CMAC	Sterilizator cu caldura uscata, mod. HAS-T70; GP-80, HAS-T200	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)
11.	Sterilizator cu aburi, mod. GP-400, M138, BKM-ZB21015206 (cu vacuum)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Sterilizator cu aburi, mod. GP-400, M138, BKM-ZB21015206 (cu vacuum)	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)
12.	Unitate electrochirurgicala, mod. RF-B, Diatermo 300D, Force FX-8CA, Shalia Sigma-400	Verificare periodică	MDA	CMAC	Unitate electrochirurgicala, mod. RF-B, Diatermo 300D, Force FX-8CA, Shalia Sigma-400	Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență
13.	Unitate de anestezie mobila WATO EX-35, WATOEX-65 Pro	Verificare periodică	MDA	CMAC	Unitate de anestezie mobila WATO EX-35, WATOEX-65 Pro	Dispozitiv de anestezie
14.	Ultrasonograf, mod.CTS-8800 Plus	-	-	-	Ultrasonograf, mod.CTS-8800 Plus	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Anatolii BESCUPSCHI** În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"** Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca, 28**