

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1743420368927</i> din <i>31.03.2025</i>
Obiectul achiziției: REAGENȚI, STANDARDE, STICLĂRIE și piese / DCPUFF

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
9	Lotul nr. 9 Poma de vid externa pentru GC/MS	E2M1.5 A37132919	Cehia	Edwards Vacuum	Conform cerințelor tehnice indicate în Anexa nr. 1	E2M1.5 pompă rotativă cu palete (vane) în două trepte, etanșată cu ulei: • Vid final (presiune totală) fără balast de gaz 3,0 x 10-3 mbar / 2,3 x 10-3 Torr ; cu balast complet cu gaz 2,5 x 10-2 mbar / 1,9 x 10-2 Torr • Conexiune de intrare: flanșă NW10 / Conexiune de ieșire: Duză Ø exterior de 11 mm detașabilă din orificiul filetat BSP de 3/8 țoli • Conector de alimentare: IEC EN60320 C13 • Livrat cu: ulei ultragrad 15, inel NW, inel de centrare, 2 chei hexagonale și garnituri de rezervă pentru dopurile de scurgere și umplere a uleiului.	-

Semnat:  Numele, Prenumele: Egor Efremov În calitate de: Manager Vinzari si Suport Clienti
Ofertantul: DONAU LAB SRL Adresa: str. Uzinelor 7, of.17, Chisinau, Republica Moldova

