

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1608535667022				Data: „11” ianuarie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Produse parafarmaceutice, pentru anul 2021 IMSP Institutul Mamei și Copilului				Lot: 28, 46		Pagina: _1_din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	62	Lotul 28//indicator	I132I	Rusia	Intersen	indicator: IKVC 132 grade/20min (intern) N 1000	indicator: IKVC 132 grade/20min (intern) N 1000	CE, ISO
33100000-1	63	Lotul 28//indicator	I132E	Rusia	Intersen	indicator: IKVC 132 grade (extern) N 1000	indicator: IKVC 132 grade (extern) N 1000	CE, ISO
33100000-1	64	Lotul 28//indicator	I180E	Rusia	Intersen	indicator: IKVC 180 grade/60min (extern) N 1000	indicator: IKVC 180 grade/60min (extern) N 1000	CE, ISO
33100000-1	112	Lotul 46//Set de cateterizarea vaselor majore	41.01.10101	China	SCW	Set de cateterizarea vaselor majore: metoda Seldinger, cu 2 canale 7F x 20 cm	Set de cateterizarea vaselor majore: metoda Seldinger, cu 2 canale 7F x 20 cm	CE, ISO
33100000-1	113	Lotul 46//Set pentru cateterizarea vaselor majore	41.01.10401	China	SCW	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 3F L-10 cm	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 3F L-10 cm	CE, ISO
33100000-1	114	Lotul 46//Set pentru cateterizarea vaselor majore	41.01.10303	China	SCW	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 4F L-10 cm	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 4F L-10 cm	CE, ISO
33100000-1	115	Lotul 46//Set pentru cateterizarea vaselor majore	41.01.20302	China	SCW	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 5F L-10 cm	Set pentru cateterizarea vaselor majore: sterile, după metoda Seldinger monocanale 5F L-10 cm	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301