

Specificații tehnice (F4.1)

Achiziții cu costuri mici nr. 21019343						Data: „14” Februarie 2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		"Reagenți, calibratori și material de control pentru laborator clinic"				Lot: _____	Pagina: __din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 3 . Reagenți,calibratori și material de control pentru examinarea sistemii de coagulare						
3.1	33696200-7	Tromboplastin cu activitatea 14-18 sec (Tp+Fb după Rutberg) 2	607	Federația Rusă	Tehnology- Standart	Flacon 10 gr (reagent liolifizat) activitatea tromboplastinei 14-18 sec., ISI 1,1-1,2)	Flacon 10 gr (reagent liolifizat) activitatea tromboplastinei 14-18 sec., ISI 1,1-1,2)	Certificat CE; ISO
3.2	33696200-7	Plasma de control pentru hemostaza cu nivelul normal la 7 parametre inclusiv testul INR	774	Federația Rusă	Tehnology- Standart	1 flacon x 1 ml	1 flacon x 1 ml	Certificat ISO
		Lotul 4. Reagenți, seturi pentru investigații general clinice.						
4.1	33696200-7	Soluție de control nr.1 penru controlul calității urinei	U021-011	SUA	ACON	Flacoane câte 250 ml cu termen de valabilitate 18 luni	Set = 2 fl x 10 ml	Certificat ISO
4.2	33696200-7	Expres teste-strip 11 parametri în urină	Mission 11A	SUA	ACON	Strip-teste	Strip-teste	Certificat CE; ISO
4.3	33696200-7	Reagenți pentru determinarea singelui ocult în materialul biologic	72001	SUA	Lumiquick	Teste-benzi .	Teste-casetă .	Certificat CE; ISO
4.4	33696200-7	Ulei de imersie	Ulei de imersie	MD	MD	Flacoane cu volumul 100 ml	Flacoane cu volumul 100 ml	Certificat ISO
4.5	33696200-7	Colorant brilliant crezol albastru	RM271	INDIA	HIMEDIA	Cerințe generale*	Cerințe generale*	Certificat ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9