

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție
Obiectul de achiziție: Detergent, neutralizant pentru mașina de spălat instrumental chirurgical și hârtie ECG

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
1.	Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat TFD 7	litri	30	160	192	4800	5760	5 zile după înregistrarea contractului	MD17TRPBAA336110A00814AC	
2.	Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Phosphax	litri	30	160	192	4800	5760	5 zile după înregistrarea contractului	MD17TRPBAA336110A00814AC	
TOTAL						9600	11520			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție

Obiectul de achiziției: Detergent, neutralizant pentru mașina de spălat instrumental chirurgical și hîrtie ECG

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat TFD 7	TFD 7	Franta	Franklab	Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termodezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termodezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min	Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termodezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termodezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min	CE

Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat Phosphax	Phosphax	<i>Franta</i>	<i>Franklab</i>	Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min.	Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min.	<i>CE</i>
---	----------	---------------	-----------------	---	---	-----------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti, str. Vasile Lupu 6