

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție: 21015980 din 09 decembrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	70	70.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	MN137P	Morton	Turcia	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%; return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volum Tidal minim 150ml; Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică; Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%; return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l; rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O; volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volum Tidal minim 150ml; Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică; Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2. Codul Produsului: MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7