

Specificații tehnice						
Numărul procedurii de achiziție:21066959/ ocds-b3wdp1-MD-1667916290369 din 17.11.2022						
Obiectul de achiziției: Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)						
Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot Nr. 1 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)						
TIJA	EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932 11911 -> 11940	ITALIA	PERMEDICA	TIJA Confectionată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Să prezinte variante de offset standard si lateralizat; Minim 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Con 12/14 mm; Sa fie sterilă; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Instrucțiunea de utilizare tradusa in limba de stat sau in alta limba de circulatie internationala (Engleza/Rusa)-la livrare	Tijă femurală necimentata diferite dimensiuni - Confectionata din aliaj de titan, Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Minim 12 tipodimensiuni. Tija cu forma conica. Variantele standard si lateralizate, pentru adoptare mai buna spre anatomia individuala. Tip de con interior cap femural: 12/14 mm; Pentru implantarea tijelor femurale cimentate si necimentate se va utiliza același instrumentar. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Instrucțiunea de utilizare in limba Romana sau Engleza -la livrare	ISO; CE
CUPA	JUMP SYSTEM PRESS-FIT CUP HaX-Pore 35345 -> 35366	ITALIA	PERMEDICA	CUPA Confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterilă; Instrucțiunea de utilizare tradusa in limba de stat sau in alta limba de circulatie internationala (Engleza/Rusa)-la livrare	CUPA Confectionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Prezinta mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric - sant pe suprafata interna a cupei; Prezinta minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Prezinta 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sterila; Instrucțiunea de utilizare in limba Romana sau Engleza -la livrare	ISO; CE
INSERT	JUMP SYSTEM ARTICULAR INSERT VITAL-XE 36301XE -> 36371XE	ITALIA	PERMEDICA	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile 28, 32 mm; Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Instrucțiunea de utilizare tradusa in limba de stat sau in alta limba de circulatie internationala (Engleza/Rusa)-la livrare	INSERT: Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkata; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului receptioneaza capurile 28, 32 mm; Steril; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării. Instrucțiunea de utilizare in limba Romana sau Engleza -la livrare	ISO; CE
CAP	COCR BALL HEADS 20381 -> 20384 20331 -> 20334	ITALIA	PERMEDICA	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Sa fie steril - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Instrucțiunea de utilizare tradusa in limba de stat sau in alta limba de circulatie internationala (Engleza/Rusa)-la livrare	CAP confectionat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe de 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Steril. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; Instrucțiunea de utilizare in limba Romana sau Engleza -la livrare	ISO; CE
Set de instrumente gratuit în folosință	EXACTA STEM INSTRUMENTS, JUMP INSTRUMENTS	ITALIA	PERMEDICA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat). În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	
Motor oscilant gratis în folosință	RJ0310 RJ 0410	China	Wuhu Ruilin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va repara sau înlocui utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	

Lamele pentru motor	saw Blades	China	Wuhu Ruixin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	
---------------------	------------	-------	--	----------------------------	----------------------------	--

Semnat:_____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2