

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1773753825286/21582670 din 08.04.2026**

Obiectul achiziției: **Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical - 2026**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot/Poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
3310 0000- 1	7	<b>7. Ventilator pulmonar "SV 650, Mindray"</b>						
		7.1. Sensor de temperatură	400SH223	China	Wuxi Jike Electronics Co., Ltd	7.1. Sensor de temperatură - compatibil cu sistemul de umidificare SH530; PN: 400SH223	Sensor de temperatură reutilizabil pentru sistemul de umidificare SH530; PN: 400SH223- <b>Manual de utilizare SH530/ Information of the accessoires pag. 30</b>	ISO/ CE
		7.2. Circuite de multiple utilizări	040-001892/ RRC-01	China	Mindray	7.2. Circuite de multiple utilizări - circuit respirator, reutilizabil, Adult cu diam. 22mm, destinat utilizării la ventilator pulmonar cu umidificator, ce include: *Lungimea tubulaturii circuitului asamblat $\geq 125$ cm; *Capcană demontabilă, de colectare a condensului 2 buc.; *Tubul de conectare la camera imudificatorului $\geq 45$ cm; *Piesă tip Y cu port p/u conectarea senzorului de temperatură de la umidificatorul SH530; *Piesă tip cot de 90 grade; *Suport p/u conectarea tubului de intubație; *Filtru bactericid 1buc.  *Caracteristici tehnici: -Scurgere de gaz al circuitului $<25$ ml/min la o presiune de 60 cmH <sub>2</sub> O; -Rezistenta circuitului $<0.2$ kPa la un flux de 40 L/min;  -Sterilizare prin autoclavare la 134 grade Celsius; -Predispus	Circuit respirator, reutilizabil, Adult cu diam. 22mm, destinat utilizării la ventilator pulmonar cu umidificator, ce include: *Lungimea tubulaturii circuitului asamblat 130cm (2x0,65m=1,3m) - RCT-11; *Capcană demontabilă, de colectare a condensului 2 buc. – RWT-01; *Tubul de conectare la camera imudificatorului 45cm (0,45m) – RCT-13; *Piesă tip Y cu port p/u conectarea senzorului de temperatură de la umidificatorul SH530 – RYC-01; *Piesă tip cot de 90 grade – REC-02; *Suport p/u conectarea tubului de intubație – RCT-15; *Filtru bactericid 1buc. – BF-01 <b>Instrucțiunea de utilizare/ Specifications pag. 1</b> *Caracteristici tehnici: -Scurgere de gaz al circuitului $<25$ ml/min la o presiune de 60 cmH <sub>2</sub> O; -Rezistenta circuitului $<0.2$ kPa la un flux de 40 L/min; <b>Instrucțiunea de utilizare/ Performance pag. 1</b> -Sterilizare prin autoclavare la 134 grade Celsius;	ISO/ CE

					pentru minimum 50 cicluri de sterilizare.	-Predispus pentru minimum 50 cicluri de sterilizare. <b>Instrucțiunea de utilizare/ Features pag. 1</b>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „, Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, oficiu: S108

---