

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici ocds-b3wdp1-MD-1616062869705 din 18.03.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Concentrator de oxigen

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Modelul articolului	Tara de origine	Prod-ectorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Concentrator de oxygen	KSOC-5 (5 litri)	China	Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technical Co.,Ltd	Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți Concentrația O₂ în fluxul produs $\geq 90\%$ Reglarea concentrației de O₂ da Reglarea fluxului de O₂ 1 - 5 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB Display grafic (afişaj parametri de lucru) LED, LCD Prezența filtrelor de particole aeriene praful, bacteriene, HEPA, etc Ieșiri pentru tubul de O₂ minim 1 Alarmer vizuale dacă concentrația O₂ $\leq 82\%$ da Devierire la concentrația de O₂ $\pm 3\%$ da Borcan de umidificare a O₂ 1 buc. Mască facială 2 buc. Canulă nazală 2 set. Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. Alimentare 220 V 50 Hz	Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil pe 4 roți. DA Concentrația O₂ în fluxul produs $\geq 90\%$. DA Reglarea concentrației de O₂ DA Reglarea fluxului de O₂ 1 - 5 L/min. DA Indicatorul fluxului grafic/numeric. DA Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB. DA Display grafic (afişaj parametri de lucru) LED, LCD. DA Prezența filtrelor de particole aeriene praful, bacteriene, HEPA, etc. DA Ieșiri pentru tubul de O₂ minim 1. DA Alarmer vizuale dacă concentrația O₂ $\leq 82\%$ DA Devierire la concentrația de O₂ $\pm 3\%$. DA Borcan de umidificare a O₂ 1 buc. DA Mască facială 2 buc. DA Canulă nazală 2 set. DA Filtru de particole aerian, rezervă 1 buc. DA Alimentare 220 V 50 Hz	CE, ISO13485

Semnat: 
Nume: Marin Moraru
În calitate de: Bioinginer
Ofertantul: "M-INTER-FARMA" S.A.
Adresa: mun. Chişinău, str. Grenoble 21
Data: "26" Martie 2021

