

Specificații tehnice

at de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocids-b3wdp1-MD-1667916290369 din 17.11.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)

Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1							
Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	TIJA	EUROFIT PRIMARY CEMENTLESS STEM FULLY HA COATED [Sterile] / Ti	Germany	Euromed Implants GmbH	TIJA Confeccionată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Să prezinte variante de offset standard si lateralizat; Minim 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Con 12/14 mm; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	TIJA Confeccionată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; prezinta variante de offset standard si lateralizat; 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Con 12/14 mm; Sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării- Instrucțiunea de utilizare tă în limba (Engleză) - la livrare	CE, dec of conf
Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	CUPA	OPTIFIT CEMENTLESS CUP - Ti+HA COATED[Sterile] Screw for Optifit Cementless Cup (optional)	Germany	Euromed Implants GmbH	CUPA Confeccionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in minim 10 dimensiuni; Sa prezinte mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu	CUPA Confeccionată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre externe prezente in 10 dimensiuni; prezinta mecanism aditional intern de fixare a insertului polimeric; Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor; Vor fiprezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, 10 dimensiuni de lungime; sterila; - Termen restant al	CE,

					mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - în limba de stat sau altă limbă (Engleză) - la livrare	
Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	INSERT	PE crosslink Liner Ø28 / Ø32	Germany	Euromed Implants GmbH	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkată; Diametre pentru minim 10 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului să recepționeze capurile 28, 32 mm; Să fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	INSERT Confectionat din polietilena UHMWPE cross-linkată; Diametre 19 dimensiuni a cupelor; Diametrul interior al insertului să recepționeze capurile 28, 32 mm; steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare în limba (Engleză/) - la livrare	dec of conf
Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	CAP	Ball Head Ø28 CoCr:	Germany	Euromed Implants GmbH	CAP confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe să prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Să fie steril - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CAP confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr); Diametre externe să prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 4 dimensiuni de lungime; Să fie steril - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	CE,
Proteza de sold totală necimentată tip II (HA)	Set de instrumente gratuit în folosință	Modular Straight Cemented Stem Trays & Instruments Set (EK0305N001N)	Germany	Euromed Implants GmbH	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	dec of conf

Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Motor oscilant gratis în folosință	NS-1011	PRC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. AMDM DM000304723	CE,
Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	Lamele pentru motor	NS-1011	PRC	Wuhu Ruijin Medical Instrument and Device Co.LTD	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant AMDM DM000304723	dec of conf

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator Ofertantul:”Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun.Chisinau,str.Petru Movila 23/5,ap (of)3