

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21562169 / ocde-b3wdp1-MD-1770505533744 din 08.02.2026						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale și radiologice pentru anul bugetar 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ecografe (USG)	model Logiq P9 Producător GE Healthcare, Germania	Corea de sud	GE Healthcare	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui DA Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării DA Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii DA La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. DA Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la	ISO, CE

				cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da	cerința beneficiarului, DA Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic DA Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului DA Înlocuirea pastei termice a procesorului DA Update al softului de bază DA Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare DA Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului DA	
Ecografe (USG)	LOGIQ Fortis HDU Producător GE Healthcare , Coreia	Corea de Sud	GE Healthcare	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui DA Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării DA Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii DA La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. DA Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, DA Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic DA	ISO, CE

				Lucrăr de mentenanță preventivă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da	Lucrăr de mentenanță preventivă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului DA Înlocuirea pastei termice a procesorului DA Update al softului de bază DA Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare DA Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului DA	
Ecografe (USG)	model Voluson E10 Producător GE Healthcare , USA	Austria	GE Healthcare	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de mentenanță preventivă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui DA Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării DA Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii DA La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. DA Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, DA Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic DA Lucrăr de mentenanță preventivă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului DA Înlocuirea pastei termice a procesorului DA	ISO, CE

				Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da	Update al softului de bază DA Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare DA Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului DA	
Analizator biochimic	model Alinity C, Producator ABBOTT, SUA	ABBOTT	SUA	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da	Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui DA Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării DA Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii DA La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. DA După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. DA Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: DA Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. DA Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat DA Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. DA	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, prenumele: Beşirik Inga In calitate de: director

Ofertantul: „Intermed-Service,, SRL

Adresa: mun. Chişinău, str. Albisoara 64/2