

Specificații preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	21579230 din 11.03.2026	Data: „18” martie 2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	<u>Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului National „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat 4)</u>	Lot: 6	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33100000-1	6	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	0020002300 Von Willebrand Factor Antigen (set: reactiv 2x3ml + tampon 2x4ml)	set	12	8 395,00	9 066,60	100 740,00	108 799,20	I tranșa-aprilie - mai, II tranșa - august, III tranșa - noiembrie.	111111,11
33100000-1	6	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	0020004700 Von Willebrand Factor Activity (set: reactiv 2x4,5ml + tampon 2x4,5ml)	set	12	12 428,33	13 422,60	149 139,96	161 071,20	I tranșa-aprilie - mai, II tranșa - august, III tranșa - noiembrie.	161111,11
33100000-1	6	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	0020011000 Control Special Test 1 level	fl	12	369,00	398,52	4 428,00	4 782,24	I tranșa-aprilie - mai, II tranșa - august, III tranșa - noiembrie.	5000,00
TOTAL Oferta:								254 307,96	274 652,64	X	277 222,22

Semnat: _____

 Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

 În calitate de: **Directoare administrativă**

 Ofertantul: **Medist Grup SRL**

 Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,

Numărul licitației:	21579230 din 11.03.2026	Data: „18” martie 2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat 4)	Lot: 6	Pagina:1 din 3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331000 0-12	6	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Von Willebrand Factor Antigen (set: reactiv 2x3ml + tampon 2x4ml)	0020002300 Von Willebrand Factor Antigen	USA	Instrumentation Laboratory Co	Destinație: Imunoanaliză automată îmbunătățită cu latex, pentru determinarea cantitativă a antigenului factorului von Willebrand (VWF:Ag) în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITE, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia. Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.	Destinație: Imunoanaliză automată îmbunătățită cu latex, este destinată pentru determinarea cantitativă a antigenului factorului von Willebrand (VWF:Ag) în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL. Proprietăți: este DEDICAT pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITE, producător Instrumentațion Laboratory SUA. Forma de ambalare: Reactiv cu latex (Nr. cat. 0020002310): 2 flacoane x 3 ml, Tampon de reacție (Nr. cat. 0020002320): 2 flacoane x 4 ml. Kitul va fi ivrat în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Declaram ca: - datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - odata cu livrarea produselor se va livra instrucțiunile de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se va confirma cerințele produsului; -odata cu livrarea produselor se va livra certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmam efectuarea programării mersului reacțiilor de testare și examinarea de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331000 0-12	6	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Von Willebrand Factor Activity (set: reactiv 2x4,5ml + tampon 2x4,5ml)	0020004700 Von Willebrand Factor Activity	USA	Instrumentation Laboratory Co	<p>Destinație: Imunoanaliză automată îmbunătățită cu latex, pentru determinarea cantitativă a activității factorului von Willebrand (activitatea VWF) în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITE, producător Instrumentațion Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului. 	<p>Destinație: Imunoanaliză automată îmbunătățită cu latex, este destinata pentru determinarea cantitativă a activitatii factorului von Willebrand (VWF) în plasma citrată umană, cu sistemele de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: este DEDICAT pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITE, producător Instrumentațion Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: Reactiv cu latex (Nr. cat. 0020004710): 2 flacoane x 4,5 ml, Tampon de reacție (Nr. cat. 0020004720): 2 flacoane x 4,5 ml.</p> <p>Kitul va fi ivrat în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Declaram ca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului. - odata cu livrarea produselor se va livra instrucțiunie de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se va confirma cerințele produsului; -odata cu livrarea produselor se va livra certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; <p>-confirmam efectuarea programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p>	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331000 0-12	6	Reagenți și consumabile pentru realizarea testelor de coagulare:	Control Special TEST 1 1ml	0020011000 Control Special Test 1 level	USA	Instrumentation Laboratory Co	<p>Destinație: pentru controlul calității testelor cromogenice în interval anormal inferior (antitrombină, plasminogen, inhibitor plasmină, proteină C și factor VIII) și a testului cu proteina S liberă, efectuate cu sistemele de coagulare IL. Pentru controlul calității testelor pentru factorul von Willebrand (antigen și activitate) în intervalul normal, cu sistemele de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: compatibil cu analizatorul automat de coagulare ACL ELITE, producător Instrumentation Laboratory SUA, sau echivalentul acestuia.</p> <p>Forma de ambalare: flacon 1 ml, livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului</p> <p>- prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>confirmarea efectuării programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p>	<p>Destinație: Controlul este destinat pentru controlul calității testelor cromogenice în interval anormal inferior (antitrombină, plasminogen, inhibitor plasmină, proteină C și factor VIII) și a testului cu proteina S liberă, efectuate cu sistemele de coagulare IL.</p> <p>Proprietăți: este DEDICAT pentru analizatorul automat de coagulare ACL ELITE, producător Instrumentation Laboratory SUA.</p> <p>Forma de ambalare: Control test special nivelul 1 (Nr. cat. 0020011100): 10 flacoane x 1,0 ml Kitul va fi ivrat în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare). Declaram ca:</p> <p>- datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta flaconului.</p> <p>- odata cu livrarea produselor se va livra instrucțiunile de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se va confirma cerințele produsului;</p> <p>-odata cu livrarea produselor se va livra certificatul de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>-confirmam efectuarea programării mersului reacțiilor de testare și examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sângelui timp de 10 zile după desemnarea câștigătorului.</p>	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**