

**Specificații tehnice**

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
<b>Numărul licitației:</b>			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1737989620444 din 27 ianuarie 2025					Data: „ ”	20	Alternativa nr.:
<b>Denumirea licitației:</b>			Achiziționarea electrocardiostimuloare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025					Pagina: __ din		
<b>Cod CPV</b>	<b>Nr. Lot</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Denumirea poziției</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificația tehnică propusă de operatorul economic</b>		
3310000-1	9	Set introducător pentru puncție venei centrale scurt	Set introducător pentru puncție venei centrale scurt	Prelude PSI-5F-11-035-18G 5F 11cm PSI-6F-11-035-18G 6F 11cm PSI-7F-11-035-18G 7F 11cm PSI-8F-11-035-18G 8F 11cm PSI-5F-11-038-18G 5F 11cm PSI-6F-11-038-18G 6F 11cm PSI-7F-11-038-18G 7F 11cm PSI-8F-11-038-18G 8F 11cm	SUA	Merit Medical	Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F cu valve hemostatică, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de puncție (18G), introducătorul, dilatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedură. Posibilitatea de a se cere și teci cu marker radiopac exact în extremitatea distală.	Lungimea canulei utile de <b>11 cm</b> , cu ID de 6F, 7F, 8F cu valve hemostatică, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de , 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de puncție (18G) <b>pagina 8 din broșura</b> , introducătorul, dilatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedură. Posibilitatea de a se cere și teci cu marker radiopac exact în extremitatea distală.	DM000397909 DM000397910 DM000397911 DM000397912 DM000397913 DM000397914 DM000397915	
3310000-1	10	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară	5F Bipolar Pacing Catheter 445697	Singapore	Bioptimal International Pte. Ltd.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolară, d- 5-6F.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară lungimea – 110 cm , stimularea bipolară, d-6F pag2 din broșura.	DM000397966	

			Semnat : electronic		Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice				
			Ofertantul: Life Med SRL		Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30				