

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1754913019391 din 22.09.2025									
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	21	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare,	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare,	8.00.19.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	<p>Test TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de teste.</p> <p>Set pentru 100 teste Componenta setului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPHA reagent;</li> <li>2. Diluent salină cu absorbant;</li> <li>3. Ser de control pozitiv;</li> <li>4. Ser de control negativ;</li> </ol> <p>Sensibilitatea <math>\geq 99.0\%</math> Specificitatea <math>\geq 99.0\%</math></p>	<p>Test TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa conține tot necesarul pentru 100 de teste.</p> <p>Set pentru 100 teste Componenta setului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPHA reagent;</li> <li>2. Diluent salină cu absorbant;</li> <li>3. Ser de control pozitiv;</li> <li>4. Ser de control negativ;</li> </ol> <p>Sensibilitatea = 100%, specificitatea = 100%. <b>Instrucțiunea și catalogul (pagina 7) de la producător se anexează.</b></p>	Certificat ISO 13485, Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000424375</b>
3310000-1	22	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	K111G	Ucraina	XEMA LLC	<p>Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice.</p> <p>Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului.</p> <p>Sensibilitatea <math>\geq 98.0\%</math> Specificitatea <math>\geq 99.0\%</math></p>	<p>Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgG anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice.</p> <p>Trusa conține toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea = 100.0%, specificitatea = 100.0%</p> <p><b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b></p>	Certificat ISO 13485, Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - <b>DM000651051</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9