

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1665054949303
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot nr. 4 Frigider de laborator	M660ASI	Turcia	Coolermed	Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea reagenților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea reagenților și probelor biologice. Caracteristici principale: - capacitate 500 L ±100L, - sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C și 8°C. - rafturi reglabile; - prevăzut cu cel puțin 5 rafturi; - interior din oțel inoxidabil; - închidere automată a ușii; - ușa de sticlă; - alarmă de temperatură ridicată / scăzută; Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Declarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților	Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea reagenților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea reagenților și probelor biologice. Caracteristici principale: - capacitate 600 L - sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C și 8°C. - rafturi reglabile; - prevăzut 5 rafturi; - interior din oțel inoxidabil; - închidere automată a ușii; - ușa de sticlă; - alarmă de temperatură ridicată / scăzută; Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE și Certificat de conformitate CE/SM Declarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților	CE/ISO
Lot nr. 13 Termometru digital cu infraroșu	JZK-601	China	Jziki	Termometru digital cu infraroșu Cod 260620 Parametrul Specificația	Termometru digital cu infraroșu Cod 260620 Parametrul Specificația	CE/ISO

				Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afişaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura frunţii (temporala) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluţia de măsurare 0.1 °C Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa	Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei si alte Afişaj alfanumeric LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura frunţii (temporala) Diapazon de măsurare 32.0 - 43.0 °C Rezoluţia de măsurare 0.1 °C Eroarea ± 0.2 °C Timp de măsurare 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusa	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chişinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)