

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1709282738513</a> _ din 01 martie 2024
Obiectul achiziției: Menținerea dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Mentenanța preventivă și corectivă la</b>	Electrocardiograf MAC 600		GE Healthcare	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	Electrocardiograf cu 3 canale		Shenzen Biocare Biomedical Equipment LTD	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	Электрокардиограф ADV AR - 600		Cardioline	la o dată la 3 luni /la solicitare	la o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient Mec 2000		Mindray	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient JR 2000 D		Shanxi Jerri Medical Instrument	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	Sistem de monitorizare fiziologică, pentru un singur pacient		Biocare Medical	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	Sistem de monitorizare fiziologică PM -9000		Mindray	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	

<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	ventilator pulmonar Jenny		MS Westfalia	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	ventilator pulmonar MV 300		Triton Electronic Systems	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	ventilator pulmonar Boaray 5000D		Prunus Medical	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	
<b>Mentenanța preventivă și corectivă</b>	Masina de anestezie Fabius Plus		Draeger medical	o dată la 3 luni /la solicitare	o dată la 3 luni /la solicitare	

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vasilița Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: N. Testmițanu 19/3 ap. 101