

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21035477; MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1611931762279 din „10” martie 2021	
Denumirea procedurii de achiziție:	Reactive și consumabile de laborator (LM, DCMU, Morfo) 2	Pagina: 1 din 2

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea lotului	Denumirea poziției din lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2		3	4	5	6	7	8
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	21341	Franța	BioMérieux	1.1. GN Carduri de identificare bacili Gr-negativi, fermentativi și nefermentativi Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	413083	Franța	BioMérieux	1.2. AST 222 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative nefermentative N222. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE	AST-N222. Cardurile pentru testarea susceptibilității bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	21343	Franța	BioMérieux	1.3. YST-08 Carduri de identificare fungi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE	VITEK® 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Cardul de identificare YST VITEK® 2 este o componentă consumabilă de unică folosință. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	413432	Franța	BioMérieux	1.4. AST - GN75 Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE	AST-GN75. Cardurile pentru testarea susceptibilității bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test in vitro pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	21342	Franța	BioMérieux	1.5. Marcaj CE Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	22287	Franța	BioMérieux	1.6. AST 592 GP Carduri de identificare bacili Gr-pozitivi. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gr-pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri. Marcaj CE	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO

1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	421040	Franța	BioMérieux	1.7. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gram pozitive. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	VITEK® 2 AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de Streptococcus, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea S. pneumoniae, Streptococcus beta-hemolitic și Viridans Streptococcus la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	412865	Franța	BioMérieux	1.8. Marcaj CE Carduri p/u testarea sensibilității la antibiotice a bacteriilor Gram negative +E SBL Test. Ambalaj standart p/u aparat: carduri	AST-N204. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului.. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	V1204	Franța	BioMérieux	1.9. Soluție NaCl 0,45%. Marcaj: CE; amb. a 1,5L.	Soluție salina sterila numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 5,0 – 7,2. Flacoane de plastic de 500 ml. Impachetare 3 flc/cutie. Termen de valabilitate 12 luni. Compatibil cu pipeta distribuitoare. Accesoriile nu sunt IVD si nu au nevoie de CE	ISO
1	33600000-6	1. VITEC 2	1. VITEC 2	V1200	Franța	BioMérieux	1.10. Dispenseta p/u lichide. Marcaj CE	Dispenseta p/u lichide. Marcaj CE	CE, ISO
35	33600000-6	35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene)	Marcaj CE; volum 5-100mkl	30507	Franța	BioMérieux	35. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 5-100 mkl(galbene)	Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. De asemenea, a fost conceput pentru a fi utilizat cu pipete de la alți producători. Specificatiile produsului: Capacitate: 0,5 - 250 µl. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Vârfurile de pipetă sunt fixate	CE, ISO
36	33600000-6	36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre)	Marcaj CE; volum 100-1000 mkl	30501	Franța	BioMérieux	36. Virfuri conice sterile pentru dozator volum 100-1000 mkl(albastre)	Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. De asemenea, a fost conceput pentru a fi utilizat cu pipete de la alți producători. Specificatiile produsului: Capacitate: 100 - 1000 µl. Conținutul pachetului: 1 cutie contine 96 varfuri. Vârfurile de pipetă sunt fixate	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: SRL Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 09.03.2021