

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

**IMSP Centrul de Sănătate Țaul**

Numărul licitației: **21058355**

Data: **20.06.22 - 23.06.2022**

Denumirea licitației: **Dispozitive medicale**

Cod CPV	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Analizator hematologic	BH-40P	China	Urit	<p>Analizator hematologic, automat (3 diff), tip închis 40 probe                      Descriere: Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi                      Parametri: Specificația                      Tip sistem: Închis                      Metode de analiză: 3 diff                      Procedura de curățire: Automată                      Parametri determinați și calculați: WBC                      RBC HGB HCT MCV MCH MCHC                      PLT LYM MID GRA LYM% MID%                      GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV                      MPV PCT                      Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Diluarea <input type="checkbox"/> Automată                      Cantitate reagenți ≤ 2 (Diluent, Soluți de lizare)                      Afișaj: Graphic Imprimantă <input type="checkbox"/> Incorporată                      Sistem ID pacient: Da Introducerea datelor: Manual                      Interfața PC: Da Afișarea histogramelor: Da                      Stocarea datelor: Da Calibrarea: <input type="checkbox"/> Automată                      Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum                      RBC- repartizarea eritrocitelor după volum                      PLT- repartizarea trombocitelor după volum                      Afișarea pe ecran a tuturor datelor: Histograme                      Rezultate Grafice                      rezultate din arhivă date de service                      Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient                      Indicatori de avertizare: Da                      Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings                      Limba de comunicare: rom/eng</p>	<p>Analizator hematologic, automat (3 diff), tip închis 40 probe                      Descriere: Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi                      Parametri: Specificația                      Tip sistem: Închis Metode de analiză: 3 diff                      Procedura de curățire: Automată                      Parametri determinați și calculați: WBC                      RBC HGB HCT MCV MCH MCHC                      PLT LYM MID GRA LYM% MID%                      GRA% RDW-SD RDW-CV PDW-SD PDW-CV                      MPV PCT                      Capacitate (probe/oră) ≥ 40                      Diluarea: Automată                      Cantitate reagenți ≤ 2 (Diluent, Soluți de lizare)                      Afișaj: Graphic                      Imprimantă: <input type="checkbox"/> Incorporată                      Sistem ID pacient: Da Introducerea datelor: Manual                      Interfața PC: <input type="checkbox"/> Da Afișarea histogramelor: Da                      Stocarea datelor: Da Calibrarea: Automată                      Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum                      RBC- repartizarea eritrocitelor după volum                      PLT- repartizarea trombocitelor după volum                      Afișarea pe ecran a tuturor datelor: Histograme                      Rezultate Grafice                      rezultate din arhivă date de service                      Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient                      Indicatori de avertizare: Da                      Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings</p>	<p>ISO, CE</p>

BH-40P



33100000-1	Centrifugă de laborator	Centrifuga DM 0424 + Rotor A24-15P	China	Dlab	<p>Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația</p> <p>Viteza de rotație Minimală, rpm <math>\leq</math> reglabilă</p> <p>Maximală, rpm <math>\geq</math> 3500</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 2 - 15 ml</p> <p>Numărul de tuburi 24 unitati</p> <p>Timer Gama de timp 0 - <math>\geq</math> 60 min</p> <p>Incrementarea <math>\leq</math> 1 min</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da</p> <p>Indicatori Indicarori vizual și acustic Da</p> <p>Debalansare Da</p> <p>Pornire/oprire Da</p> <p>Depășirea vitezei Da</p> <p>Capac deschis Da</p> <p>Display Digital Da</p> <p>Nivelul de zgomot <math>\leq</math> 60 dB Da</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare Da</p>	<p>Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația</p> <p>Viteza de rotație Minimală, rpm <math>\leq</math> reglabilă</p> <p>Maximală, rpm <math>\geq</math> 4000</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 2 - 15 ml</p> <p>Numărul de tuburi 24 unitati</p> <p>Timer Gama de timp 1-99 min</p> <p>Incrementarea <math>\leq</math> 1 min</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da</p> <p>Indicatori Indicarori vizual și acustic Da</p> <p>Debalansare Da</p> <p>Pornire/oprire Da</p> <p>Depășirea vitezei Da</p> <p>Capac deschis Da</p> <p>Display Digital Da</p> <p>Nivelul de zgomot <math>\leq</math> 62 dB Da</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare Da</p>	ISO, CE
------------	-------------------------	--	-------	------	--	--	---------



Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: Profilab Diagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6