

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **nr.ocds-b3wdp1-MD-1609933839775 din 15.01.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Teste pentru diagnosticul de laborator a infecției virale (SARSCOV- 2, FLU (A, B) RSV (A,B) conform necesităților Agenției Naționale pentru Sănătate Publică/Tuburi PCR în stripuri cu**

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lotul 1	Tuburi PCR în stripuri cu capace	Maxiamp 0,2ml Tuburi PCR în stripuri cu capace Nr.catalog 610060	India	Tarsons Products PVT.LTD.	Tuburi PCR de 0,2 ml în stripuri a câte 8 tuburi/strip, ambalaj de 125x8, cu capace optice libere de RNase și DNase. Gradul de puritate sau calitate: fără RNase, fără DNase Viteza de reacție: Standard Stare de expediere: temperatura camerei Culoare: Clear/optical Volum (metric): 0,2 ml Pentru utilizare cu (echipament): termocicloare Tip de tub: stripuri de 8 tuburi	Tuburi PCR de 0,2 ml în stripuri a câte 8 tuburi/strip, ambalaj de 125x8, cu capace optice. Libere de RNase și DNase. Gradul de puritate sau calitate: fără RNase, fără DNase Viteza de reacție: Standard. Stare de expediere: temperatura camerei. Culoare: Clear/optical. Volum (metric): 0,2 m.l Pentru utilizare cu (echipament): termocicloare. Tip de tub: stripuri de 8 tuburi	Certificat CE, CE Declarație de conformitate, ISO, Specificația produsului

Semnat: Numele, Prenumele: Tudosan Reghina. În calitate de: Farmacist-diriginte

Ofertantul: DITA ESTFARM SRL. Adresa: Chisinau, str.Burebista 23