

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1731495933330/21310391 conform SIARSAP M-Tender
Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Conform Anunțului de participare pct. 16.
1.Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.2, inclusiv piese Compresor: ZT 55, Atlas Copco Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC	Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.2, inclusiv piese Compresor: ZT 55, Atlas Copco Uscător: FD 180 VSD, Atlas Copco Generator oxigen: IMT POC 8500 Med, INMATEC	Belgia	Atlas Copco	1.1. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru compresor ZT 55, Atlas Copco. –Schimbare ulei. –Schimbare filtru ulei. –Schimbare filtru aer. –Curatarea radiatoarelor de răcire. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. – verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local	1.1. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru compresor ZT 55, Atlas Copco. - Schimbare ulei. - Schimbare filtru ulei. - Schimbare filtru aer. - Curatarea radiatoarelor de răcire. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță. - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local	
				1.2. OIL ROTO-Z (CAN 20L). Part number: 2908850101 AR ROTO-Z 20 LITRES. La necesitate	1.2. OIL ROTO-Z (CAN 20L). Part number: 2908850101 AR ROTO-Z 20 LITRES. La necesitate	
				1.3. KIT B-MAINTENANCE Part number: 2230 0113 09 1 KIT B-MAINTENANCE: 1 KIT A-MAINTENANCE 1 ZR/T 55-90 INLET VLV SERV KIT 1 SPRING 2 O-RING 1 O-RING 1 O-RING 139.3X5.7 1 O-RING 1 O-RING 1 O-RING	1.3. KIT B-MAINTENANCE Part number: 2230 0113 09 1 KIT B-MAINTENANCE: 1 KIT A-MAINTENANCE 1 ZR/T 55-90 INLET VLV SERV KIT 1 SPRING 2 O-RING 1 O-RING 1 O-RING 139.3X5.7 1 O-RING 1 O-RING 1 O-RING	

			<p>1 IMPINGER 1 FILTER WATER 1 FILTER WATER. La necesitate</p> <p>1.4. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 180 VSD, Atlas Copco – Demontare și montare filtre de linie noi. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. – verificarea și ajustarea parametrilor de performanță – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local</p> <p>1.5. FILTER KIT UD 140+ Part number: 2901300407 . La necesitate</p> <p>1.6. FILTER KIT PD/PDP 130+ Part number: 2901300106. La necesitate</p> <p>1.7. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8500 Med, INMATEC. –Schimbare filtru (la necesitate); –Schimbare microfiltru (la necesitate); – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și ajustarea parametrilor de performanță – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local</p> <p>1.8. Element filtrare. Part nr: IPE123SMA. La necesitate</p> <p>1.9. Element filtrare. Part nr: IPE123CA. La necesitate</p>	<p>1 IMPINGER 1 FILTER WATER 1 FILTER WATER. La necesitate</p> <p>1.4. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 180 VSD, Atlas Copco - Demontare și montare filtre de linie noi. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local</p> <p>1.5. FILTER KIT UD 140+ Part number: 2901300407 . La necesitate</p> <p>1.6. FILTER KIT PD/PDP 130+ Part number: 2901300106. La necesitate</p> <p>1.7. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8500 Med, INMATEC. - Schimbare filtru (la necesitate); - Schimbare microfiltru (la necesitate); - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local</p> <p>1.8. Element filtrare. Part nr: IPE123SMA. La necesitate</p> <p>1.9. Element filtrare. Part nr: IPE123CA. La necesitate</p>
<p>2. Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.3, inclusiv piese Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC</p>	<p>Servicii de deservire și întreținere a Generatorului O2 nr.3, inclusiv piese Compresor: GA75LVSD+, AtlasCopco Uscător: FD 260 VSD, Atlas Copco</p>	<p>Belgia</p>	<p>Atlas Copco</p> <p>2.2. PREY. MAINT. KIT C142 GA75 VSD+. Part number: 2901990101 1 AIR FILTER KIT C142 GA75VSD 1 OIL FILTER KIT C142VSD 1 OSE/SCAVENGE LINE KIT C142VSD 1 KIT VALVE MINIMUM PRESSURE. La necesitate</p>	<p>2.2. PREY. MAINT. KIT C142 GA75 VSD+. Part number: 2901990101 1 AIR FILTER KIT C142 GA75VSD 1 OIL FILTER KIT C142VSD 1 OSE/SCAVENGE LINE KIT C142VSD 1 KIT VALVE MINIMUM PRESSURE. La necesitate</p>

Generator oxigen: IMT POC 8600 Med, INMATEC			<p>2.3. AIR FILTER KIT C142 GA75 VSD+ Part number: 2901990095 1 FILTER ELEMENT 21M3/MIN 4 AIR INLET W/O FILTER 114X17 1 FILTER AIR. La necesitate</p>	<p>2.3. AIR FILTER KIT C142 GA75 VSD+ Part number: 2901990095 1 FILTER ELEMENT 21M3/MIN 4 AIR INLET W/O FILTER 114X17 1 FILTER AIR. La necesitate</p>
			<p>2.4. OIL RXD (CAN 20L). Part number: 2901170100 OIL RXD 20L. La necesitate</p>	<p>2.4. OIL RXD (CAN 20L). Part number: 2901170100 OIL RXD 20L. La necesitate</p>
			<p>2.5. LD DRAIN 400011 MAINTENANCE KIT. Part number: 2902016102 Part number: 2902016102 LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT. La necesitate</p>	<p>2.5. LD DRAIN 400011 MAINTENANCE KIT. Part number: 2902016102 Part number: 2902016102 LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT. La necesitate</p>
			<p>2.6. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 260 VSD, Atlas Copco. –Demontare și montare filtre de linie noi. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. – verificarea și ajustarea parametrilor de performanță – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local</p>	<p>2.6. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru uscător FD 260 VSD, Atlas Copco. - Demontare și montare filtre de linie noi. - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic. - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local</p>
			<p>2.7. KIT SERVICE QDT 245. Part number: 3001500908. La necesitate</p>	<p>2.7. KIT SERVICE QDT 245. Part number: 3001500908. La necesitate</p>
			<p>2.8. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8600 Med, INMATEC. –Schimbare filtru (la necesitate); –Schimbare microfiltru (la necesitate); – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – verificarea și ajustarea parametrilor de performanță – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. La necesitate</p>	<p>2.8. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru generator oxigen IMT POC 8600 Med, INMATEC. - Schimbare filtru (la necesitate); - Schimbare microfiltru (la necesitate); - Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic - verificarea și ajustarea parametrilor de performanță - înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. La necesitate</p>
			<p>2.9. Element filtrare. Part nr: IPE160SMA. La necesitate.</p>	<p>2.9. Element filtrare. Part nr: IPE160SMA. La necesitate.</p>
			<p>2.10. Element filtrare. Part nr:IPE160CA. La necesitate.</p>	<p>2.10. Element filtrare. Part nr:IPE160CA. La necesitate.</p>

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
În calitate de: Administrator
Ofertantul: "Romedcom" SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16 (of)6