

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Dispensarul Republican de Narcologie.

Numărul procedurii de achiziție: Multilot: 21005281. ID MD-1549967723701.							Data: 27.02.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator.							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Lot 3.

1	33140000-3	Amfetamine în urină	Amphetamine EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material p/u investigații-urina; Limita minimă de detecție p/u set 225ng/ml, Coeficient de variație intraserial 0,4%, Coeficient de variație extraserial 1,2%, Interferenție. Amitriptilina, 11-hidroxi D9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina; Amb. solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml)	Amfetamine în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică.	ISO, CE.
2	33140000-3	Cannabinoide în urină	Cannabinoid EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material p/u investigații-urina; Limita minimă de detecție p/u set 20ng/ml, Coeficient de variație intraserial 0,3%, Coeficient de variație extraserial 1,4%, Interferenție. Amitriptilina, 6-acetyl-Morfin, Amobarbital, Aspirina, Canabi-diol, Cocaina, Codeina; Amb. solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml)	Cannabinoide în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică.	ISO, CE.
3	33696500-0	MultiCalibrator	Multi H St-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu vol. 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri(include): Alfa-Amilaza(alfa-Amilase) CNP-G3. Bilirubin Direct -m.d. Iendrasec Bilirubin Total -m.d. Iendrasec Calciu -m.d. Arsenazo III, Iron -m.d. Ferrozine Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec. Bilirubin Total - m.d. Iendrasec ,Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine.	MultiCalibrator uman, (1fl x 3ml).	ISO, CE.
4	33696500-0	Multicalibrator 5 nivele p/u canabioide în urină	Cannabinoid Calibrator(5Level) for urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata p/u folosire, 5 nivele. Turbidimetrica. Material p/u investigații-Calibrator; Ambalaj solicitat: Flacoane cu vol. pînă la 4ml. (5fl x 4ml)	Multicalibrator 5 nivele pentru cannabinoide în urină, (5fl x 4ml). Turbidimetrică.	ISO, CE.
5	33696500-0	Multicalibrator 5 nivele p/u opiate și amphetamine în urină	Multidrug Calibrator for urine concentrations of AMP/COC/MTD/COT/OPI/BAR	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata p/u folosire, 5 nivele. Turbidimetrica. Material p/u investigații-Calibrator; Ambalaj solicitat: (1fl x10ml)	Multicalibrator 5 nivele pentru opiate și amphetamine în urină, (5fl x 10ml). Turbidimetrică.	ISO, CE.
6	33696500-0	MultiControl ser normal	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-Spectromed	Flacoane cu vol. 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri(include): Alfa-Amilaza(alfa-Amilase) CNP-G3.Bilirubin Direct -m.d. Iendrasec Bilirubin Total -m.d. Iendrasec Calciu -m.d. Arsenazo III, Iron -m.d. Ferrozine. Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu -m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine.	MultiControl ser normal uman, (1fl x 5ml).	ISO, CE.
7	33140000-3	Opiate în urină	Opiates EIA Urine	Spania	Spinreact	Lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Turbidimetrica. Material p/u investigații-urina; Limita minimă de detecție p/u set 225ng/ml, Coefi-cient de variație intraserial 0,3%, Coeficient de variație extraserial 2,2%, Interferenție. Amitriptilina, 11-hidroxi D9-THC, Amobarbital, Aspirina, Cocaina, Codeina, B-phenylamina, Amphetamine, Chlorphenira mine; Amb. solicitat: (1fl x105ml/1fl x 38ml)	Opiate în urină, (1fl x 105ml/1fl x 38ml). Turbidimetrică.	ISO, CE.

Lot 4.

1	33140000-3	Expres teste determinarea canabinoizilor sintetici	THC-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Expres tespe pentru determinarea spice - urilor în urină, canabinoi-zilor sintetici, etnobotanicelor, substan-țelor noi cu proprietăți psihoactive noi (25 buc. în set)	Expres teste determinarea canabinoizilor sintetici, set 25buc.	ISO, CE.
2	33140000-3	Test casete p/u ser HBsAg	HBsAg-S-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Test rapid scrining-caseta p/u depistarea hepatitei virale HBsAg	Test casete p/u ser HBsAg	ISO, CE.
3	33140000-3	Test casete p/u ser HVC	Anti-HCV-S-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Test casete p/u ser HVC	Test casete p/u ser HVC	ISO, CE.
4	33140000-3	Set de control hematologic 3 nivele Low	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Termenul de valabilitate indicate pe ambalaj de producător nu mai mic de 3 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele. Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High, (3fl x 2ml), p/u 3-Diff p/u 18 parametri.	Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High, (3fl x 2ml), pentru 3-Diff pentru 18 parametri.	ISO, CE.
5	33140000-3	Expres-teste p/u urină - 10 parametri	DAC-10	Moldova	Dac-Spectromed	(Gluczoza, proteine, PH, sînge ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifică, leucocite), 100buc/set	Expres teste pentru determinarea a 10 parametri în urină (Gluczoza, proteine, PH, sînge ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifică, leucocite), set 100teste.	ISO, CE.

Semnăt:_____

Numele, prenumele: **Chireev Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**