

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675862495875 din 02/03/2023						
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 20						
Aparat radiologic portativ Italray XFM	XFM	Italia	ITALRAY	Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor).	Da, Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform recomandărilor Producătorului ItalRay. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor).	
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011