

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ nr. 10-26**

Privind achiziționarea Aparate pentru Serviciul Reabilitare Medicală și Medicină Fizică.
Cod CPV 30213300-8

prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante_ IMSP SR Anenii Noi
2. IDNO 1003600153290
3. Adresa or. Anenii Noi, str. Uzinelor 30
4. Numărul de telefon/fax 0265 2 24 70
5. Adresa de e-mail oficială ale autorității contractante sranenii-noi@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată Fara TVA
		Lotul 1				
1.1		Aparat pentru magnetoterapie, echivalent modelului Almag 02	buc	1	Conform caietului de sarcini (Anexă 1)	23350,00
1.2		Aparat pentru magnetoterapie, echivalent modelului Almag +	buc	1	Conform caietului de sarcini (Anexă2)	4600,00
		Lotul 2				
2.1		Aparat pentru Electrofareză Echivalent modelului Potoc EMA-N	buc	6	Conform caietului de sarcini (Anexă3)	39 500,00
		Lotul 3				

3.1		Aparat cu frecvență joasă Echivalent modelului AMPLIPULS - 5	buc	1	Conform caietului de sarcini (Anexă4)	27300.00
		Lotul 4				
4.1		Aparat pentru darsonvalizare Echivalent modelului Corona Bactosfera - 1	buc	1	Conform caietului de sarcini (Anexă5)	1450,00
					Total, fără TVA	96 200,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 pentru un singur lot;
 pentru mai multe loturi;
 pentru toate loturile;
 alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate 10 zile de la semnarea contractului .

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare: Cel mai mic preț, Specificațiile tehnice.

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
2	DUAЕ	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Da
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr . 8 din documentația standart, prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
5	Specificația de preț	Original prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
6	Specificația tehnică	Original prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
7	DECLARAȚIE privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Conform anexei nr . 12 din documentația standart, prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
8	Certificat /Decizie de înregistrare	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Da
9	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Da
12	Declarație de conformitate de la producător sau alt certificat echivalent	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a	Da

		participantului	
13	Declarația privind Instalarea, montarea și reglarea echipamentului și instruirea gratuită a personalului Instituției, care va deservi și exploata echipamentele	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
14	Prospecte, broșuri, elaborate de producător, conținând informații despre Specificația tehnică detaliată a echipamentului propus în oferta	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
15	Declarația de garanție	Minimum 24 luni din data livrării bunurilor	Da
16	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131/2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu art.19 din Legea nr.131/2015, confirmată prin semnatura electronică a participantului.	Da

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) - **se utilizează licitația electronică**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) - nu sunt

15. Ofertele se prezintă în valută se stat Lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului- **Cel mai mic preț**, corespunderea cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplica**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: (ora exactă)

- pe: (data)

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile .

21. Locul deschiderii ofertelor SIA „RSAP”, *Ofertele întârziate vor fi respinse*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare : de stat.



23. Alte informații relevante la prețul bunului se include transportarea și montarea .

Evaluarea ofertei va fi pe lor lista întregă a bunurilor.

Conducătorul grupului de lucru

Director

Ex . Larisa Slivinscaia tel .068267339
Specialist achiziții publice


Diana BRADU

Dispozitiv pentru magnetoterapie
Dispozitivul are 3 emițători: principal, local și un emițător flexibil sub formă de linie

Caracteristici tehnice:

- Tip dispozitiv: Dispozitiv de magnetoterapie impulsivă
- Număr de emițători: 3 (principal, local și linie flexibilă)
- Dimensiuni bobine: 165×140×50 mm
- Număr de programe prestabilite: 79 programe de tratament
- Frecvență magnetică: Joasă, impulsivă
- Intensitate câmp magnetic: Scăzută
- Durată tratament: Reglată automat în funcție de programul selectat
- Greutate, maximum, kg: 10,58
- Tipul de execuție: Portabil
- Tipul curentului: Curent în mișcare, curent staționar
- Frecvența impulsurilor, Hz: 1-100
- Valoarea amplitudinală a inducției magnetice, mTl: 2-45
- Timp de stabilire a modului de lucru, sec: 30
- Puterea consumată, maximum, VA: 50
- Alimentare electrică, V/Hz: 220/50
- Garanție producător, luni: 24

Pret: 28000,00 MDL




Aparat pentru magnetoterapie / LOT nr. 1 p. 1.2

Specificații

AJIMAG+	
Tipul câmpului magnetic	Impuls de rulare + staționar
Numărul de moduri / programe de operare	3 (1 - de bază, 2 - regim pediatric, 3 - cu efecte analgezice și antiinflamatoare pronunțate)
Panoul de control al mașinii	+
Husa	+
Posibilitatea acțiunii simultane asupra organelor împerecheate	+
Salvarea parametrilor ultimului regim de tratament efectuat	+
Indicarea de lucru (impact)	Indicator luminos + câmp magnetic + Sunet
Metoda de fixare	Suporturi speciale
Ambalare	Cutie + Carcasă comoda

Preț: 5500,00



Aparat pentru galvanizare și electroforeză


LOT nr. 2

Anexa nr.3

Specificații

Caracteristici	Valoare (interval)
1. Alimentare	CA:
- Voltaj	220 W
- frecvență	50 HZ
2. Putere consumată din rețea, nu mai mult de	40 VA
3. Curentul maxim în circuitul pacientului	(50±5) mA
4. Interval de reglare a curentului pentru galvanizare	0-5mA și 0-50mA
5. Numărul de electrozi din pânză de carbon	12 buc.
6. Reglarea puterii de ieșire	neted
7. Timpul pentru a stabili modul de funcționare, nu mai mult	1 min
8. Interpretarea aparatului	portabil de masă
9. Cronometru pentru durata tratamentului	1-99 min
10. Dimensiuni	223x215 x75 mm
11. Greutate	2 kg


Pret: 7900,00 MDL



Aparat frecventa joasa / LOT nr. 3**Caracteristici tehnice ale dispozitivului Amplipuls 5:**

- Număr de tipuri de expunere: 5
- Frecvența tensiunii modulatorie de formă sinusoidală:
10, 20, 30, 50, 80, 100 și 150 Hz.
- Coeficientul de modulare (discret):
0, (25±3) %, (50±7) %, (75±9) %, (100±14) % și mai mult de 100 %.
- Intervalul curentului pacientului (variabil), mA:
0-10, 0-20, 0-100
- Timer pentru procedură:
-De la 1 până la 99 minute, cu semnal sonor la sfârșit.
- Alimentare electrică:
Din rețeaua electrică de curent alternativ cu tensiunea de (220 ±22) V, frecvența de 50 Hz, puterea consumată fiind de maximum 60 VA.
- Dimensiuni:
280×220×90 mm, Greutate – nu mai mult de 5 kg.
- Materialul carcasei:Plastic

Preț: 32800.00 MDL



Aparat pentru darsonvalizare

LOT nr. 4

Specificații

- Număr de electrozi 3 buc (de bază)
- Alimentare 220 V 50 Hz
- ON/OFF controler continuu
- Domeniu de reglare a tensiunii 6-30 kV
- Consum de energie 2,5-15 W
- Curent de intrare 10-70 mA
- Dimensiuni 40x40x210 mm
- Greutate 0,25 kg
- Sârmă 1,5 m
- Soclu pentru electrozi D11
- Curentul electrodului 0,5 mA
- Semnal de ieșire Impuls cu umplere de înaltă frecvență
- Frecvența pulsului 100 Hz
- Frecvența pulsului 130 kHz
- Frecvența pulsului 0,01 s
- Dimensiuni ambalaj 195x185x55 mm
- Greutate pachet (net/brut) 0,3 kg / 0,4 kg
- Grad de protecție IP40

Pret 1700 lei