

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1618573619241	Data: 26 apr 2021, 13:00 - 11 mai 2021, 12:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Articolelor Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021	Lot: 10-45	Pagina: 1 din 3

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
10.1	3360 0000 -6	Folie de incizie 45x45	808065	Polonia	Zarys	Steril, de unică folosință, dimensiune 45x45, zona de incizie 51 cmx45. Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
10.2	3360 0000 -6	Folie de incizie 60x45	808067	Polonia	Zarys	Steril, de unică folosință, dimensiune 60x45, zona de incizie 66cmx45cm . Să prezinte o rată ridicată de transmitere a vaporilor care permite pielii să respire. Flexibil se conformează pe conturul zonei aplicate, memorie de întindere minimă. Aderența excelentă până la nivelul marginilor inciziei/liziuni. Să nu conțină latex sau cauciuc uscat nici în produs, nici în ambalajul său.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
14	3360 0000 -6	Set de aspirație cu canală Yankauer vacum contact FG 30	ZO- 212400114	Polonia	Zarys	Set aspiratie Yankauer cu tub conector si canula steril , utilizat pentru aspirarea secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale. cu forma ergonomica prevazuta cu vaccum control.Este format dintr-un tub conector cu dimensiuni de 360 cm atasat la un maner (canula) Yankauer. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
15.1	3360 0000 -6	Manjeta pentru tonometru	CF004A/CF004LA	China	GreatMa de	Manjeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu	Conform broșurii anexate	CE/ISO

						anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)		
15.2	3360 0000 -6	Pară pentru tonometru	CF023-BK	China	GreatMa de	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
26	3360 0000 -6	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0cm.	E1	Italia	Alsa	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime - 7,0 cm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
27	3360 0000 -6	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	E27	Italia	Alsa	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
28	3360 0000 -6	Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil)	30554	Italia	Gima	Electrod monopolar (piesa de mana), tip creion, cu cablu 3m, cu două butoane pentru electrozi cu diametru 2,4 mm., (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	Conform broșurii anexate	CE/ISO
29	3360 0000 -6	Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil)	30632	Italia	Gima	Cablu din silicon, bipolar, pentru conectarea la pensă bipolară - 3m. (autoclavabil). Minim 100 sterilizari	Conform broșurii anexate	CE/ISO
30	3360 0000 -6	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm.	E40	Italia	Alsa	Electrod tip lama (balde), pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru - min. 2,4 mm Lungime – 15cm.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
31	3360 0000 -6	Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50x50 ml	30537	Italia	Gima	Burete abraziv pentru curățarea electroadelor dimensiunile 50 mm x 50 mm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	Conform broșurii anexate	CE/ISO
32.1	3360 0000 -6	Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2– 2	28294	Italia	Gima	Vas colector, reutilizabil, mod. Hospivac- 400FS2 – 2 litri	Conform broșurii anexate	CE/ISO

		litri						
32.2	3360 0000 -6	Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5) – 4 litri	28295	Italia	Gima	Vas colector, reutilizabil, mod.New Hospivac 350 Full 5)– Volum 5 litri	Conform broșurii anexate	CE/ISO
34	3360 0000 -6	Halat chirurgical,steril, nivel inalt de protecție L,XL,XXL	AT-SGS-L, XL, XXL	Polonia	Zarys	Material SMS, densitatea 50	Conform broșurii anexate	CE/ISO
43.1	3360 0000 -6	Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement.	AF072	China	GreatMa de	Pulsoximetre pentru monitoare tip –MEC – 2000, JR 2000D Finger Sensor placement. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	Conform broșurii anexate	CE/ISO
43.2	3360 0000 -6	Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor).	EX018	China	GreatMa de	Sp O2 sensor cablu de extensiune p/u conectarea la monitor (sensor extension cable into the SpO conector on monitor). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	Conform broșurii anexate	CE/ISO
43.3	3360 0000 -6	Mangete monitor (adulți).	CF004A	China	GreatMa de	Mangete monitor (adulți). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 în dependență de categoria produsului	Conform broșurii anexate	CE/ISO
45	3360 0000 -6	Tub extensie (prelungitor pentru infuzie)	P1500-BF	Polonia	Zarys	Lungimea – minim 150 cm; sterile; de unică folosință, rezistent la presiune. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat EN ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**