

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21021465/ ocde-b3wdp1-MD-1584620021358			Data: 10.04.2020				Alternativa nr.N/A	
Denumirea licitației: Articole Parafarmaceutice si Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2020.						<u>Lot/poz: 4, 18, 37, 41, 44.</u>		Pagina _1_ din _3_
Nr	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolu-lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri						
4	33600000-6	Lotul 4 Halat pentru vizitatori de unica folosinta din material netesut, marime L-XXL	SG-01201-05	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	Halat de unica folosinta cu legaturi, pentru uz medical din material netesut care asigura protectie generala. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	Halat de unica folosinta cu legaturi, pentru uz medical din material netesut care asigura protectie generala. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	
18	33600000-6	Lotul 18 Set steril artroscopie	SP-07002-01	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	<p>1.Cearșaf steril 100cmm * 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material neșesut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc.</p> <p>2. Cearșaf steril tip „ U” 150cm x 200cm cu apertură adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc.</p> <p>3.Câmp steril anestezie 160cmx 240cm , material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>4. Cearșaf steril tip „ U” 160cm x 300cm, cu apertură 20cm x 100 cm, material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc.</p>	<p>1.Cearșaf steril 100cmm * 200cm cu bord adeziv hipoalergic, material neșesut 5 straturi SSMMS(Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 24cmx40cm- 2 buc.</p> <p>2. Cearșaf steril tip „ U” 150cm x 200cm cu apertură adezivă 15cm x 60cm , material PE-1 buc.</p> <p>3.Câmp steril anestezie 160cmx 240cm , material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 44cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>4. Cearșaf steril tip „ U” 160cm x 300cm, cu apertură 20cm x 100 cm, material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 120 cm x 65 cm - 1 buc.</p>	ISO /CE

						<p>5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc</p> <p>7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc.</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termenul de valabilitate - >36 luni - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) 	<p>5. Cearșaf steril pentru picior 150cm x 180 cm , material neșesut 5 straturi SSMMS (Spunbond Spunbond Meltblown Meltblown Spunbond) 45g/m.p.,repellent, respirabil, zona reînforțată absorbantă 40cm x 32,5 cm, cu adeziv hipoalergic - 1 buc.</p> <p>6.Șervețel steril 40 cmx 40 cm – 2buc</p> <p>7.Șervețel steril de ambalare 100cmx 100cm – 1 buc.</p> <p>Certificări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - termenul de valabilitate - >36 luni - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)
37	33600000-6	Lotul 37 Halat chirurgical,steri, nivel inalt de protective L,XL,XXL	SG- 01201-03, 04, 05	Turcia	Bay Dis Ticaret A.Ș.	Material SMS	Material SMS
41	33600000-6	Lotul 41 Saci deseuri (galbene) 50L	MGF	Repub lica Moldo va	MedGl obalFa rm SRL	<p>Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și șampilată de către participant).</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :</p>	<p>Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și șampilată de către participant).</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :</p>

						<p>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>
44	33600000-6	Lotul 44 Termometru de corp	T-CLASSIC	Italia	CA- MI Srl	Certificat metrologic	Certificat metrologic

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Boris Granaci**

În calitate de: Director General

Ofertantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: Str.Miron Costin 17/2, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com