

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1588764073709/ 21022549
Denumirea procedurii de achiziție:	Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale	UP-7000	China	Shenzen Creative	"Tip: pacient adult, pediatric; Display, tip Diagonala – 12.1 inch LCD TFT ""Numărul de curbe afișate concomitent"" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul, SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv; Temperatura Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; Modul ECG ""Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi"" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn; Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥; 100 dB Rata cardiacă 25- 300 bpm Detectarea aritmiei; Monitorizarea respirației 0 -150rpm; Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm; Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul 10 - 300mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start; Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,120 min. ""Buton de activare/dezactivare manual a NIBP"" Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adult, pediatric, noul-născut ""Buton de selectare rapidă a regimului de pacient""; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocole de lucru preprogramate ; Protocole de lucru setate de utilizator Memorie internă ; Trendingul evenimentelor ; Arhivarea datelor Imprimantă Incorporată Forme de raportare Viteza de înscris 5, 10, 25 mm/s Înscris continuă; Preprogramate; Personalizate; Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz da; Baterie internă; Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfața de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc.; Alarma Vizuala, sonora; Manjetă deconectată; Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat;Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită; Nivelul bateriei scăzut; Alarmerata cardiacă scăzută/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; Ajustarea nivelului de alarmă. "	Conform Anexei 1; Accesorii incluse: Printer, Senzor temperatura; Manjeta NIBP, Cablu ECG; Sensor SpO2	CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocar V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**ELECTEH**” S.R.L.

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**