

Datasheet

BIOMEDICAL

CATEGORY - FREEZER

MODEL - VT 306

Controller

Defrost	Manual
High/Low Temp. Alarm	Yes
Open Door Alarm	No
Probe Failure Alarm	Yes
Power Failure Alarm	No
USB Connection	No
Temperature Graph	No

Features

Lock	Yes
LED Light	No
Battery Backup for Controller, 48h	No
Porthole	Yes
Dry Contact	No
Compressor	1

Construction

Outer Dimensions, HxWxD	885x1265x605
Inner Dimensions, HxWxD	650x1100x437
Volume Gross/net, L	296 / 284
Net Weight, kg	63,4
Material Inner Cabinet	Painted Steel
Material Outer Cabinet	Painted Steel
Insulation Thickness, mm	80
Insulation Type	Polyurethane with Cyclopentane
Refrigerant	R290
Refrigeration System	Static
Feet / Castors	Castors



LOW NOISE



ENVIRONMENT FRIENDLY



USER FRIENDLY

Operation

Temperature Range, C°	-25 to -45
Noise, dB	55
Energy Consumption 24/h, kWh	3,7
Frequency, Hz	50
Power Supply, V	220 / 240

Storage

Number of Baskets (Standard/max)	1 / 1
Shelf material	Steel coated with Plastic Powder
Max Loading pr. Basket, kg	16
Max no. Drawers Available	N/A
Drawer Material	N/A
Max Loading pr. Drawer, kg	N/A

Anexa 12. Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L

Vestfrost VT 306

Parametri solicitati	Parametri oferiti
An productie: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 280-300 litri; Număr de sertare incluse: ≥ 6 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -20 .. -30°C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 dB(A); Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	An productie: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 296 litri; Număr de cosuri incluse: 1.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. - NU Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; - NU Răcire: statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -25 .. -45°C; Nivelul de zgomot: 55 dB(A); Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.