

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr.21076832				Data: „31” Martie 2023		Alternativa nr.:		
Denumirea licitației:			achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (listă suplimentară 4)						Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic			
1		2		3	4	5	6	7		8	
33100 000-1	6	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	H100B	China	EDAN	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil da Tip pacient Adult, pediatric da Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤2 % Pulsul 30 - 250 bpm, ± 2% Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 da Valoare pulsului da Puterea semnalului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD da Alarmer Auditiv da Vizual da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic da Sensor deconectat da Sensor epuizat da Buton de dezactivare alarmei sonore da Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc. Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc. Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc. Husă pentru transportare 1 buc.	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil da Tip pacient Adult, pediatric da Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, 2 % Pulsul 25 - 300 bpm Rezoluția SPO2 1% Pulsul 1 bpm Afișaj SPO2 - da Valoare pulsului - da Puterea semnalului - da Indicator baterie descărcată - da Display LCD Alarmer Auditiv - da Vizual - da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic - da Sensor deconectat - da Sensor epuizat - da Buton de dezactivare alarmei sonore - da Alimentare Baterie reîncărcabilă , de la 220V 50Hz - da Durata de viață 30 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult - 2 buc. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric - 1 buc. Bloc de alimentare de la rețeaua electrică - 1 buc. Acumulator/Baterii reîncărcabile - 1 buc. Husă pentru transportare - 1 buc		Certificat CE, ISO 9001, ISO 13485 Înregistrat în Registrul de stat al Dispozitivelor medicale cu Nr. DM000101948, ordin A07.PS-01.Rg04-100 din 11.04.2018	
33100 000-1	9	Paravan	Paravan	M600825	Italia	Titanox s.r.	3 segmente, cu structura robusta tubulatura ovala, vopsita cu pulbere epoxidica, draperii lavabile, cu p4 picioare , reglabilecare asigura stabilitatea ridicata	3 segmente, cu structura robusta tubulatura ovala, vopsita cu pulbere epoxidica, draperii lavabile, cu 4 picioare reglabile care asigura stabilitatea ridicata		ISO 9001, ISO 13485 Declaratie de la producator ca modelul ofertat nu este dispozitiv medical	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ioan-Razvan Carstoccea În calitate de: Administrator
 Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piata D. Cantemir, MD-2069, mun. Chisinau