

<b>Numărul licitației:</b>			LP nr. <b>21116434</b>					Data: „ <b>28</b> ” noiembrie 2023	Alternativa
<b>Denumirea licitației:</b>			Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 35)						Pagina:
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	7	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270		BTL-08 Holter H600	Bulgaria	BTL Industrie s Ltd	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repaosului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz Impedența de intrare $\geq 100$ MOhm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 100$ dB Detectare pacemaker Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție $\geq 1200$ Hz Frecvența ajustabilă Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) $\geq 14$ bit Ecran LCD lumină fundal te ecran ora	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270 <b>BTL-08 Holter H600</b> Descriere Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizând parametrii în timpul repaosului și la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric <b>-DA</b> Numărul de canale de procesare 12 - <b>DA</b> Configurația Portabil <b>-DA</b> Derivațiile Tip înregistrare automat- <b>DA</b> Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz <b>-DA</b> Impedența de intrare $\geq 100$ MOhm- <b>DA</b> Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 100$ Db- <b>DA</b> Detectare pacemaker Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție $\geq 1200$ Hz- <b>DA</b> Frecvența ajustabilă Rezoluția ADC (Convertor Analog/Digital) $\geq 14$ bit- <b>DA</b>	ISO, CE

					statut baterie Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Buton evenimente Buton navigare meniu Blocarea automată a butoanelor Posibilitatea transmiterii telor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Baterie reîncărcabilă tip baterie AA sau AAA Tip operare autonomă $\geq 72$ h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status system deconectare alimentare baterie descărcată Posibilități soft PC de interpretare Introducere te pacient Adnotare eveniment ECG Clasificarea de evenimente Analiza ST Analiza QT Analiza PQ Analiza PM Analiza aretmiilor Variabilitate ritm cardiac după timp Variabilitate ritm cardiac după frecvență Reprezentarea grafică a telor Reprezentarea tabelară a telor Raport presetabil de utilizator Interfața presetabilă utilizator	Ecran LCD <b>-DA</b> lumină fundal te ecran ora <b>-DA</b> statut baterie- <b>DA</b> Indicator deconectare electrod acustic sau vizual <b>-DA</b> Buton evenimente <b>-DA</b> Buton navigare meniu <b>-DA</b> Blocarea automată a butoanelor <b>-DA</b> Posibilitatea transmiterii telor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT <b>-DA</b> Baterie reîncărcabilă tip baterie AA sau AAA <b>-DA</b> Tip operare autonomă $\geq 72$ h <b>-DA</b> Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact <b>-DA</b> status system <b>-DA</b> deconectare alimentare <b>-DA</b> baterie descărcată <b>-DA</b> Posibilități soft PC de interpretare Introducere te pacient Adnotare eveniment ECG <b>-DA</b> Clasificarea de evenimente Analiza ST Analiza QT Analiza PQ Analiza PM Analiza aretmiilor Variabilitate ritm cardiac după timp <b>-DA</b> Variabilitate ritm cardiac după frecvență	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Posibilitate printare raport Accesorii Cablu ECG 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor	<b>-DA</b> Reprezentarea grafică a telor Reprezentarea tabelară a telor Raport presetabil de utilizator Interfața presetabilă utilizator Posibilitate printare raport <b>-DA</b> Accesorii Cablu ECG 2 unități <b>-DA</b> Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. <b>-DA</b> Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. <b>-DA</b> Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare <b>-DA</b> Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor <b>- DA</b> <b>DM00415309</b> <b>Descriere din catalog</b>	
<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Zagareanu Tatiana** În calitate de: **Manager achiziții**

Ofertantul: **Polisano Prim SRL** Adresa: **or. Chișinău, str. N. Testemițianu 3/18**