

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1608809542054	Data: 14.01.2021	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivelor și articolelor pentru laborator	Lotul ”Reagenți pentru investigații ibiochimice, la analizatorul automat, tip închis,”RX-Imola”	Pagina 1 din 16

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul ”Reagenți pentru investigații ibiochimice, la analizatorul automat, tip închis,”RX-Imola”								
1	39369600-5	Humman Assayed control level 2	HN1530	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	Human Assayed Control level 2 – control de calitate utilizat pentru controlul testelor de biochimie generala pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 20 x 5 ml; Conform cerințelor generale	CE, ISO
2	39369600-5	Lactatdehidrogenaza (LDH)	LD3842	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	Reactiv LD pentru detelerminarea activitatii lactat dehidrogenazei din ser pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 20 ml R1, 3 x 18 ml R2, 852 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO

3	39369600-5	Antistreptolizina -O	LO3998	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv ASO pentru determinarea cantitativa a concentrației de antistreptolizinei O din ser pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 2 x 9 ml R1, 2 x 14 ml R2, 194 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
4	39369600-5	Wash concentrate N. 1	RX3963	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Solutie de spalare concentrata no. 1 utilizata pe analizorul RX. Impachetare: Kit 6 x 25 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
5	39369600-5	CRP Full Range 6 level series	CP2499	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Calibrator CRP Full Range – utilizat pentru calibrarea testului CRP pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 1 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

6	39369600-5	Acidu Uric	UA3824	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Acid uric pentru determinarea cantitativa a concentrației de acid uric din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 6 x 51 ml R1, 4 x 20 ml R2 1668 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
7	39369600-5	Calciu	CA3871	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Calciu pentru determinarea cantitativa a concentrației de calciu din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 9 x 51 ml R1, 2637 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
8	39369600-5	Fosfor	PH3820	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Fosfor pentru determinarea cantitativa a fosforului din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 6 x 20 ml R1, 3 x 20 ml R2, 678 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

9	39369600-5	Specific Protein control level 2	PS2683	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Specific Protein Control Level 2 – control de calitate utilizat pentru controlul testelor ASO, CRP si FR pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 1 ml; Conform cerințelor generale	CE, ISO
10	39369600-5	Glucoza	GL3815	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Reactiv Glucoza pentru determinarea cantitativa a concentratiei de glucoza din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 9 x 51 ml R1, 2232 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO
11	39369600-5	γ-Glutamintranspeptidaza (g-GTP)	GT3817	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Reactiv GGT pentru determinarea cantitativa a GGT din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 51 ml R1, 6 x 14 ml R2, 1920 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO

12	39369600-5	HDL/LDL calibrator	CH2673	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>HDL/LDL Calibrator – calibrator utilizat pentru calibrarea testelor HDL/LDL Colesterol pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 1 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
13	39369600-5	LDL-colesterol	CH3841	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv LDL Colesterol pentru determinarea cantitativa a concentratiei de LDL Colesterol din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 51 ml R1, 3 x 20 ml R2 867 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
14	39369600-5	Factorul Reumatoid	RF3836	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Factor reumatoid pentru determinarea cantitativa a concentratiei de factor reumatoid din ser pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 2 x 20 ml R1, 2 x 8 ml R2 246 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

15	39369600-5	Humman Assayed control level 3	HE1532	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Human Assayed Control level 3 – control de calitate utilizat pentru controlul testelor de biochimie generala pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 20 x 5 ml; Conform cerințelor generale	CE, ISO
16	39369600-5	Alaninaminotransferaza (ALT)	AL3801	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Reactiv ALT pentru determinarea cantitativa a concentratiei de ALT din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 51 ml R1, 6 x 14 ml R2, 1968 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO
17	39369600-5	Calibration sera level 3	CAL2351	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Calibrator teste biochimie generala – calibrator utilizat pentru calibrarea testelor de biochimie generala pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 20 x 5 ml; Conform cerințelor generale	CE, ISO

18	39369600-5	RF calibrator series	RF2301	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerițe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Calibrator Factor reumatoid – utilizat pentru calibrarea testului Factor reumatoid pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 5 x 1 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
19	39369600-5	Lipaza	LI3837	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerițe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Lipaza pentru determinarea cantitativa a concentrației de lipaza din serul si plasma umana pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 9 ml R1, 3 x 6 ml R2 156 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
20	39369600-5	Trigliceride	TR3823	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerițe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Trigliceride pentru determinarea cantitativa de trigliceride din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 51 ml R1a, 6 x 51 ml R1b, 1488 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

21	39369600-5	Specific Protein control level 1	PS2682	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	Specific Protein Control Level 1 – control de calitate utilizat pentru controlul testelor ASO, CRP si FR pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 1 ml; Conform cerințelor generale	CE, ISO
22	39369600-5	Proteina totală	TP4001	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	Reactiv proteina totală pentru determinarea cantitativa a concentrației de protine totale din ser pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 4 x 51 ml R1, 4 x 44 ml R2, 1172 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO
23	39369600-5	Colesterol total	CH3810	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	Reactiv Colesterol pentru determinarea cantitativa a Colesterolului in ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 9 x 51 ml R1, 2232 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO

24	39369600-5	HDL-colesterol	CH3811	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv HDL Colesterol pentru determinarea cantitativa a HDL Colesterol in ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 51 ml R1, 3 x 20 ml R2 1023 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
25	39369600-5	Aspartataminotransferaza (AST)	AS3804	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv AST pentru determinarea cantitativa a concentratiei de AST din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 51 ml R1, 6 x 14 ml R2, 1968 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
26	39369600-5	Bilirubina directa	BR3807	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Bilirubina directa pentru determinarea cantitativa a bilirubinei directe din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 2 x 30 ml R1, 8 x 4 ml R2a 1 x 2 ml R2b, 316 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

27	39369600-5	Foasfataza alcalina	AP3803	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Fosfataza Alcalina pentru determinarea cantitativa a fosfatazei alcaline in ser si plasma pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 6 x 51 ml R1, 6 x 14 ml R2 1920 teste/kit;</p> <p>Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
28	39369600-5	C1 Wash solution	RX3973	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Solutie de spalare C1 utilizata pe analizorul RX.</p> <p>Impachetare: 1 x 2.5 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
29	39369600-5	Lipid control level 3	LE2663	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Control Lipide nivel 3 – control de calitate utilizat pentru controlul de calitate al testelor HDL, LDL Colesterol pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 3 x 1 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

30	39369600-5	Specific Protein control level 3	PS2684	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Specific Protein Control Level 3 – control de calitate utilizat pentru controlul testelor ASO, CRP si FR pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 1 ml; Conform cerințelor generale	CE, ISO
31	39369600-5	Amilaza	AY3805	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Reactiv Amilaza pentru determinarea activitatii alfa amilazei din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 4 x 16 ml R1, 4 x 5 ml R2, 356 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO
32	39369600-5	Magneziu	MG3880	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Reactiv Magneziu pentru determinarea cantitativa a magneziu din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 20 ml R1, 576 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO

33	39369600-5	Acid Wash solution	WS3853	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Solutie acida de spalare utilizata pe analizorul RX Imola la spalarea acelor si cuvetelor.</p> <p>Impachetare: Kit 6 x 80 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
34	39369600-5	Albumina	AB3800	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Albumina pentru determinarea cantitativa a concentratiei de albumina din ser si plasma pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 9 x 51 ml, 1845 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
35	39369600-5	Lipid control level 2	LE2662	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții , seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Control Lipide nivel 2 – control de calitate utilizat pentru controlul de calitate al testelor HDL, LDL Colesterol pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 3 x 1 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

36	39369600-5	Creatinina	CR3814	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Reactiv Creatinina pentru determinarea cantitativa a creatininei din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 51ml R1, 3 x 28 ml R2, 1953 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO
37	39369600-5	Wash concentrate N. 2	RX3962	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Solutie de spalare concentrata no. 2 utilizata pe analizorul RX. Impachetare: Kit 6 x 25 ml; Conform cerințelor generale	CE, ISO
38	39369600-5	Amilaza pancreatica	AY3855	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	Reactiv Amilaza pancreatica pentru determinarea cantitativa a concentratiei de amilaza pancreatica din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 4 x 16 ml R1, 4 x 5 ml R2, 380 teste/kit; Conform cerințelor generale	CE, ISO

39	39369600-5	Bilirubina total	BR4061	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Bilirubina totala pentru determinarea cantitativa a concentratiei de bilirubina totala din ser si plasma pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 4 x 20 ml R1, 4 x 8 ml R2 440 teste/kit;</p> <p>Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
40	39369600-5	ASO calibrator	LO2306	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Calibrator ASO utilizat pentru calibrarea testului ASO pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 5 x 1 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
41	39369600-5	Uree	UR3825	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Uree pentru determinarea cantitativa a concentratiei de uree din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola.</p> <p>Impachetare: Kit 6 x 51 ml R1, 4 x 20 ml R2, 1880 teste/kit;</p> <p>Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

42	39369600-5	Saline solution	SA3854	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Solutie salina utilizata pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 10 x 100 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
43	39369600-5	Lipid control level 1	LE2661	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Control Lipide nivel 1 – control de calitate utilizat pentru controlul de calitate al testelor HDL, LDL Colesterol pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 3 x 1 ml; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
44	39369600-5	Proteina C-reactiva	CP3847	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv CRP pentru determinarea cantitativa a concentratiei protinei C reactive din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 2 x 11 ml R1, 2 x 11 ml R2 216 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

45	39369600-5	Fier	SI3821	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Fier (Sideremie) pentru determinarea cantitativa a concentratiei de fier din ser si plasma pe analizorul RX Imola. Impachetare: Kit 6 x 20 ml R1, 3 x 11 ml R2 651 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO
46	39369600-5	Clor	CL1645	Marea Britanie	Randox Laboratories Ltd	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pbnă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	<p>Reactiv Clor pentru determinarea cantitativa a concentratiei clor din ser, plasma si urina pe analizorul RX Imola.6 x 500 ml, 11250 teste/kit; Conform cerințelor generale</p>	CE, ISO

Semnat:

Nume: **Bondarciuc Roman**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1**

Data: **14.01.2021**