

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1770895129102/21565173 din: 12.02.2026 conform SIARSAP Mtender									
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)									
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
	<b>Bunuri/servicii</b>								
18	Freze oscilante	Freze oscilante	NS-1511	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd.	<p style="text-align: center;"><b>Fierăstrăul</b> Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrilor inferioare <b>Electric</b> Cu dirijare de la buton încorporat în piesa de mină Multifuncțional Putere minim 100W Greutate maxim 4kg Sterilizabil, autoclavabil Viteza de rotație minim 10000 rpm <b>Mecanism de blocare</b> Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame Baterii minim 2 Stație de încărcare baterii pentru minim 2 baterii <b>Accesorii/adaptoare</b> Fereastră oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc Frecvența r.p.m minim 10000. Sterilizare, autoclavare da Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mişcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Fierăstrăul</b> Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrilor inferioare <b>Electric</b> Cu dirijare de la buton încorporat în piesa de mină Multifuncțional Putere minim 100W Greutate maxim 4kg Sterilizabil, autoclavabil Viteza de rotație minim 10000 rpm <b>Mecanism de blocare</b> Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame Baterii minim 2 Stație de încărcare baterii pentru minim 2 baterii <b>Accesorii/adaptoare</b> Fereastră oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc Frecvența r.p.m minim 10000. Sterilizare, autoclavare da Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mişcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm.</p>	CE ISO	
<p>Semnat: _____ Numele, Prenumele Jighili Tatiana În calitate de: administrator Ofertantul: SRL Triumf-Motiv Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4</p>									