

Nr. 21021797 F3.1 din 08.04. - 21.04.2020

IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Licitația nr. 21021797

Invitație la licitația publicată în BAP nr.:

Alternativa nr.: ocds-b3wdp1-MD-1585450960630

Către: IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

ProfilabDiagnostic SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.

b) **ProfilabDiagnostic SRL** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020

c)Suma totala a ofertei fara TVA constitutie :

Suma totală: 51 210,00 (Cincizeci și unu mii două sute zece) Lei 00 bani

d)Suma totala a ofertei cu TVA constitutie :

Suma totală: 55 306,80 (Cincizeci și cinci mii trei sute și șasă) Lei 80 bani.

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____
[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.** .

Semnat: _____

Nume: *Varman Irina*

În calitate de: *Director*

Ofertantul: *ProfilabDiagnostic SRL*

Adresa: *mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5*

Data: **08.04. - 21.04.2020**

Numărul COP-lui : 21021797						Data: 08.04. - 21.04.2020	Alternativa nr.
Denumirea COP-lui: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33696000-5	HBsAg de suprafață. Metoda Elisa + Cerințe generale, CE Marca	HBsAg ELISA	China	Wantai	HBsAg de suprafață. Metoda Elisa + Cerințe generale, CE Marca	Set penru determinarea HBsAg, 96 teste <i>Înregistrat în Republica Moldova</i> Metoda de determinare ELISA. Seturile sunt livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. În set sunt prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Reagenții, soluțiile din set sunt lichizi și gata de lucru. Setul include control și calibratori.Soluțiile de lucru sunt stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire este indicată specificitatea și sensibilitatea testelor să fie nu mai mica de 99,8%. Setul conține controlul pozitiv și negativ. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu.Este posibil de a testa cite o probă. <i>Conform cerințelor generale, CE Marca</i>	ISO, CE
33696000-5	Antistreptolizina. LATEX-TEST	ASO Latex	M.Britanie	Prestige Diagnostic	Antistreptolizina.LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	ASO: antistreptolizina O. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu streptolizina-O; sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - clorură de amoniu 200 mmol/l cu pH 8,2. Control pozitiv - ser cu conținutul ASO > 200 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul ASO < 200 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacției de aglutinare. <i>Cerințe generale, CE Marca</i>	ISO, CE
33696000-5	Proteina "C" Reactivă (CRP), teste. LATEX-TEST	CRP Latex	M.Britanie	Prestige Diagnostic	Proteina "C" Reactivă (CRP), teste. LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	CRP - Proteina C Reactivă. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru. Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi anti-Proteina C Reactivă de origine umană(anti-PCR); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - borate buffer 100 mmol/l cu pH 8,2. Control pozitiv - ser cu conținutul CRP> 6 mg/l. Control negativ - ser cu conținutul CRP < 6 mg/l. Carduri pentru efectuarea reacției de aglutinare. <i>Cerințe generale, CE Marca</i>	ISO, CE
33696000-5	Factorul Reumatoid (RF), teste. LATEX-TEST	RF Latex	M.Britanie	Prestige Diagnostic	Factorul Reumatoid (RF), teste. LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	FR - Factor Reumatoid. Metoda de testare- aglutinare pe placă pe fon negru.Compoziția reactivului: suspensie de particule de latex acoperite cu anticorpi gama-globulină de origine umană(anti-RF); sodium azide 0,95 g/l; soluție tampon - glycine buffer 100 mmol/l cu pH 8,2. Control pozitiv - ser cu conținutul FR > 30 Un/ml; Control negativ - ser cu conținutul FR < 30 Un/ml. Carduri pentru efectuarea reacției de aglutinare. <i>Cerințe generale, CE Marca</i>	ISO, CE
33696000-5	Cartridj test (reagent) determinarea troponinei, sensibilitate înaltă.	cTn I	China	AT	Cartridj test (reagent) determinarea troponinei, sensibilitate înaltă.	Test la Troponina I. Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. <i>Cerințe generale, CE Marca</i>	ISO, CE
33696000-5	Tromboplastină cu active, 14-18s și ISI nu mai mic 1,1.Cerințe generale, CE Marca	PT Lichid	Italia	BEN	Tromboplastină cu active, 14-18s și ISI nu mai mic 1,1.Cerințe generale, CE Marca	Tromboplastină, reagent lichid gata de lucru cu activitatea, 14-18s și ISI nu mai mic 1,1. <i>CE Marca. Conform cerintelor generale.</i>	ISO, CE
33696000-5	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut normal.	Coagulation Normal Control	Italia	BEN	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut normal. Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	Plasma de control 7 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut normal. Ambalaj standard – fl. 1ml. <i>Conform cerintelor generale, CE Marca</i>	ISO, CE
33696000-5	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut patologic.	Coag.Abnormal Control LEV 1	Italia	BEN	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut patologic. Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	Plasma de control 7 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut patologic. Ambalaj standard – fl. 1ml. <i>Conform cerintelor generale, CE Marca</i>	ISO, CE

Semnat :  Nume: Varman Irina În calitate de: DirectorOfertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

Numărul procedurii de achiziție: 21021797						Data: 08.04. - 21.04.2020			Alternativa nr.	
Denumirea licitației publice: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2020						Lot:			Pagina 1 din 1	
№ d/o		Denumirea bunurilor solicitate	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot.12 Reactivi chimici pentru investigații imunologice pentru analizatorul Stat Fax 303										
12.1	33696000-5	HBsAg de suprafață. Metoda Elisa + Cerințe generale, CE Marca	set	35	399,00	430,92	13 965,00	15 082,20	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Lot.16 Reactivi chimici pentru investigații imunologice pentru analizatorul Stat Fax 303										
16.1	33696000-5	Proteina "C" Reactivă (CRP), teste. LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	buc	3000	1,77	1,91	5 310,00	5 734,80	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Lot.17 Reactivi chimici pentru investigații imunologice pentru analizatorul Stat Fax 303										
17.1	33696000-5	Antistreptolizină.LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	buc	3000	2,00	2,16	6 000,00	6 480,00	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Lot.18 Reactivi chimici pentru investigații imunologice pentru analizatorul Stat Fax 303										
18.1	33696000-5	Factorul Reumatoid (RF), teste. LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	buc	3000	1,70	1,84	5 100,00	5 508,00	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Lot.20 Reactivi chimici pentru investigații imunologice pentru analizatorul Stat Fax 303										
20.1	33696000-5	Cartridj test (reagent) determinarea troponinei, sensibilitate înaltă (set 20 teste). Cerințe generale, CE Marca	set	40	218,00	235,44	8 720,00	9 417,60	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Lot.21 Reactivi pentru coagulometru „Trombostat”										
21.1	33696000-5	Tromboplastină cu active, I4-18s și ISI nu mai mic 1,1.Cerințe generale, CE Marca	ml	1500	7,77	8,39	11 655,00	12 587,40	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Lot.22 Reactivi pentru coagulometru „Trombostat”										
22.1	33696000-5	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut normal. Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	fl	5	46,00	49,68	230,00	248,40	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Lot.23 Reactivi pentru coagulometru „Trombostat”										
23.1	33696000-5	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut patologic. Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	fl	5	46,00	49,68	230,00	248,40	în termen de 10 zile din momentul preluării comenzii	
Total ofertă:							51 210,00	55 306,80		

Suma totală: 55 306,80 (Cincizeci și cinci mii trei sute și șasă) Lei 80 bani.

Semnat:  Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5



MD68VI000000022512265MDL